

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

1. Найменування замовника: **Київська міська клінічна лікарня №6**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25680355**
3. Місцезнаходження замовника: **03680, Україна, Київська обл., Київ, проспект
Космонавта Комарова, 3**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

<p>Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні 32.50.1 (Напівавтоматичний біохімічний аналізатор) Кількість товарів: Напівавтоматичний біохімічний аналізатор - 1 шт. 8. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАКУПІВЛІ УСТАТКУВАННЯ МЕДИЧНОГО ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 1.1 Загальні вимоги 1. Рік виготовлення пристрою - не раніше 2015 року Вказати 2. Гарантійний термін експлуатації - не менше двох років Вказати 3. Наявність реєстрації виробу в Україні Надати копію реєстраційного свідоцтва МОЗУ 4. Наявність сервісного центру сертифікованого обслуговування в Україні Надати довідку та копії сертифікатів сервісних інженерів 5. Специфікація (комплектність) запропонованого обладнання Відповідність 6. Наявність інструкції з експлуатації російською або українською мовами Надати повну копію 2. Комплектація та технічні параметри обладнання 1. Комплектація біохімічного аналізатора: - Аналізатор-напівавтомат; - Необхідні витратні матеріали: Стартовий комплект реактивів: (альбумін, білірубін загальний, білок загальний, глюкоза, креатинін, сечовина, холестерин, АлАТ, АсАТ, контроль норма, контроль патологія, мультикалібратор) Навести комплектацію 2. Напівавтоматичний біохімічний аналізатор: 2.1 Характеристика системи Відкрита система 2.2 Методики, які виконуються за допомогою даного приладу: Кінцева точка; Фіксований час; Мультистандарт; Диференційний; Біхроматичний; Імунотурбідиметрія. 2.3 Світлофільтри на 340/405/492/510/546/578/620 нм З можливістю установки 8-го та 9-го світлофільтрів Наявність Вказати 2.4 Діапазон вимірювання: 0 ~ 3.000 ОЩ Лінійність: ± 2% Точність: ± 1% Вказати 2.5 Перенесення: ≤1% Вказати 2.6 Зміщення: < 0.005 ОЩ/год. Вказати 2.7 Пам'ять: 200 методик з можливістю додавання, редагування та видалення Відповідність 2.8 Об'єм реакційної суміші: 500 мкл Вказати 2.9 Рідинно-кристалічний дисплей 64x114 мм Вказати 2.10 Кювета 2 типів кювета прямого зчитування та кювета проточна Вказати 2.11 Вбудований термостат Вказати 2.12 Вбудований термопринтер Вказати 2.13 Програмне забезпечення на англійській та російській мовах Вказати 2.14 Стандартний порт RS-232 Вказати 2.15 Живлення: 200В, 50 Гц, 100 Вт Відповідність 2.16 Габарити: 39x37x18 см Вказати 2.17 Вага: 8,5 кг Вказати 2.18 Запобіжник: 2А Наявність 2.19 Споживання потужності: 100 Вт Відповідність 2.20 Температура: 10oC - 30oC Вказати 2.21 Вологість: 30 - 70 % Вказати 2.22 Атмосферний тиск: 86,0-106,0 кПа Вказати Вимоги до кваліфікації учасників: Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи: - Цінова пропозиція. - Заповнені таблиці 1.1 Загальні вимоги та 2 Комплектація та технічні параметри обладнання: - Копія свідоцтва про державну реєстрацію(для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності) (у разі наявності) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичної та фізичних осіб - підприємств із зазначенням відповідних відомостей. - Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) - Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду(для фізичних осіб) - Копія довідки про взяття на облік платника податків. - Контактні дані компанії-учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон)). Інша інформація: Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та копія статуту (іншого установчого документу, а також іншого документу (за наявності), що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю), в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, надаються замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю за вимогою замовника.</p>	<p>ДК 021:2015: 38434500-1 — Аналізатори біохімічні ДК 016:2010: 32.50.1 — "Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні"</p>	<p>1 штуки</p>	<p>03680, Україна, Київська, Київ, пр-т Комарова, 3</p>	<p>від 06 грудня 2015 до 30 грудня 2015</p>
--	--	----------------	---	---

9. Найменування учасника – переможця **ТОВ ДІАМЕБ**
процедури закупівлі (для юридичної
особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи):

10. Інформація про ціну пропозиції: **77 150,00 UAH з ПДВ**