

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2016-02-01-000037-b

1. Найменування замовника: **Київська міська клінічна лікарня №1**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01981738**
3. Місцезнаходження замовника: **02091, Україна, Київськ обл., Київ, вул. Харківське шосе 121**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Хмельницька Наталя Сергіївна, 5644581, econkml1@ukr.net**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

<p>Паровий напівавтоматичний стерилізатор з вакуумною сушкою. Призначений для стерилізації водяним насиченим паром під тиском виробів медичного призначення. Використовується в лікувально-профілактичних та інших медичних установах. Тех.характеристики: об'єм камери- 100 дм3, завантажувальний об'єм камери- 72 дм3, розмір камери- 400x830 мм, габаритні розміри- 1220x604x1445 мм, висота завантаження- 785, перший режим - 132-20-0,2; другий режим- 120-45-0,11; продуктивність вбудованого парогенератора, кг/год пара - 15,87; Напруга- 380 В; потужність- 14 кВт, маса не більше 180 кг. Час нагріву не більше 30 хв., Попереднє видалення повітря з камери- методом гравітаційної продувки; вакуумна сушка за допомогою конденсатора, глибина розрідження - не менше -0,06 МПа; залишкова вологість текстильних матеріалів не більше 2%; фільтр бактеріальної очищення повітря, що надходить в камеру на етапі вирівнювання тиску; витрата води на 1 цикл стерилізації (з сушкою) - не більше 100 л; середнє напрацювання на відмову - не менше 2500 циклів; термін експлуатації -10 років. Обов'язково: наявність свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення МОЗ України; гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців; наявність сервісного центру обслуговування у м.Києві.</p>	<p>ДК 021:2015: 33191100-6 — Стерилізатори ДК 016:2010: 32.50.1 — Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні</p>	<p>1 штуки</p>	<p>Відсутнє</p>	<p>Відсутній</p>
---	---	----------------	-----------------	------------------

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **125 000,00 UAH**
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **1 000,00 UAH**
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **05 лютого 2016 15:00**
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**

- | | |
|---|-----------------------------|
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | 08 лютого 2016 12:42 |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону: | 08 лютого 2016 12:09 |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода: | відсутній |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: | відсутня |