

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
UA-2016-02-04-000200-a

1. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського району м. Києва"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01981655**
3. Місцезнаходження замовника: **02154, Україна, Київськ обл., Київ, вул. Ентузіастів, 49**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Якубенко Світлана Вікторівна, 295-78-67, rusanivka-tender@ukr.net**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

<p>1 Одночасна реєстрація 12-ти стандартних ЕКГ-відведень за Ейнтховеном, Гольдбергом і Вільсоном 2 Реєстрація відведень за Небом 3 Реєстрація відведень за Слопаком 4 Ручний та автоматичний режим роботи. 5 Реєстрація в ручному режимі (прямий друк) 3-х або 6-ти довільно обраних ЕКГ-відведень. 6 Реєстрація в автоматичному режимі всіх 12 ЕКГ-відведень. 7 Обов'язкова наявність кольорового TFT-дисплею, що забезпечує візуалізацію до 6 ЕКГ-кривих одночасно, ЧСС, поточної дати, стану фільтрів 8 Наявність вбудованого термопринтеру з шириною паперу не менше 80 мм, що забезпечує роздрукування ЕКГ-кривих, міліметрової сітки, результатів аналізу та службової інформації. 9 Розподільча здатність друку термопринтера не менше 16 крапок /мм. 10 Можливість друку масштабної сітки на термопапері 11 Енергонезалежна пам'ять для запису фрагментів ЕКГ за всіма 12-ма відведеннями з можливістю їх подальшого перегляду, аналізу та друку 12 Кількість записів у енергонезалежну пам'ять - не менше 250. 13 Тривалість запису ЕКГ- не менше 10 сек 14 Чутливість, мВ - 5, 10, 20 15 Наявність режиму безперервного моніторингу кардіосигналів і частоти серцевих скорочень із звуковим супроводженням 16 Швидкість розгортки - не менше 5, 10, 25, 50 мм\сек 17 Наявність порту та програмного забезпечення для передачі електрокардіограм у комп'ютер для додаткової обробки та зберігання у базі даних 18 Наявність системи автоматичного аналізу і інтерпретації ЕКГ (повної та скороченої): вимірювання зубців та інтервалів ЕКГ, положення електричної осі, усереднених ЕКГ- комплексів, зміщення ST сегменту, інтерпретація результатів з отриманням діагностичного заключення. 19 Формат передачі ЕКГ на центральну станцію у відповідності з вимогами директиви європейському комітету по стандартизації EN1064 (SCP-ECG) 20 Наявність вбудованої телеметричної системи передачі даних через GSM-канал мобільного оператора через CSD та GPRS канали 21 Можливість перегляду отриманого заключення кардіолога на екрані кардіографа та друк на термопринтері 22 Наявність фільтру 50 Гц та фільтру м'язового тремтіння 35 Гц. 23 Коефіцієнт ослаблення синфазних перешкод не менше 100 дБ. 24 Автоматична компенсація дрейфу ізолінії 25 Автоматичне розпізнавання водія ритму 26 Мережевий та антитреморний фільтри 27 Захист від імпульсів дефібрилятора. 28 Меню користувача українською або російською мовою 29 Живлення: - від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц; - автономно (до 3 годин) з автоматичною підзарядкою при підключенні до мережі 220 В; - від бортової електромережі автомобіля. 30 Компактний, переносний, вага не більше 2 кг, включаючи акумуляторну батарею. 31 Обов'язкова наявність транспортної сумки.</p>	<p>ДК 021:2015: 33121500-9 — Електрокардіографи ДК 016:2010: 26.60.12-30.00 — Електрокардіографи</p>	<p>5 штуки</p>	<p>Відсутнє</p>	<p>від 19 лютого 2016 до 26 лютого 2016</p>
---	--	----------------	-----------------	---

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **199 000,00 UAH**

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **5 970,00 UAH**

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:                                  | <b>16 лютого 2016 15:00</b> |
| 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | <b>відсутній</b>            |
| 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):    | <b>відсутній</b>            |
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій                                    | <b>відсутній</b>            |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону:                                 | <b>відсутній</b>            |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода:                                     | <b>відсутній</b>            |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:                     | <b>відсутня</b>             |