

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2016-02-19-000213-a

1. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Оболонського району міста Києва**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **23379143**
3. Місцезнаходження замовника: **04201, Україна, Київськ обл., Київ, проспект Мінський, буд 8**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Іваницька Ірина Олександрівна, 464-27-15, oblpol3@ukr.net**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

21.20.24-20.00 - Матеріали перев'язувальні клейкі чи подібні вироби; просочені або вкриті фармацевтичними речовинами; або розфасовані для роздрібної торгівлі № п/п Найменування предмету закупівлі Вимоги виробу Одиниці виміру Кількість 1 Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х10см Бинт повинен бути виготовлений зі 100% бавовняної відбіленої медичної марлі. Білізна має бути не менше 80%. Бинт марлевий медичний повинен бути нестерильним; довжина повинна бути не менше 5,0м±0,2; ширина повинна бути не менше 10см±0,5. Товщина виробу не більше 16 та навантаження на розрив не менше 7,8 кгс. Капілярність повинна бути не менше 7 см/год. Пакування - 1шт. в індивідуальній упаковці. шт 1300 2 Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х14см Бинт повинен бути виготовлений зі 100% бавовняної відбіленої медичної марлі. Білізна має бути не менше 80%. Бинт марлевий медичний повинен бути нестерильним; довжина повинна бути не менше 7,0м±0,3; ширина повинна бути не менше 14см±0,5. Товщина виробу не більше 20 мм та навантаження на розрив не менше 9 кгс. Капілярність повинна бути не менше 7,0см. Пакування - 1шт. в індивідуальній упаковці. шт 1700 3 Марля медична в рулоні, 5м*90см Відрізи повинні бути чистими без плям і бруду. Марлевий відріз повинен мати ширину не менше 0,9 см+/-0,15 та довжину не менше 5,00 м+/-0,5 Поверхнева щільність не менше 28 г/м² , капілярність не менше 7,0см; білізна не менше 80%. Склад бавовна 100% Упакування - в рулоні. шт 250 4 Медичний пластир 5м*1,25см №1 Медичний пластир на тканинній основі тілесного кольору. До складу клейкого матеріалу повинен входити оксид цинку щоб зменшує ризик виникнення подразнення та забезпечити щільне прилягає до шкіри і тривале приклеювання та вологостійкість. Дозволяє шкірі дихати. Після видалення не залишає клейкі сліди. Легко рветься вздовж і впоперек. Пропускає рентгенівські промені. Повинен мати можливість застосування для фіксації всіх видів пов'язок, кріплення зондів, катетерів та ін. допоміжних медичних засобів шт 50 5 Медичний пластир 9,14м*1,25см №24 Медичний пластир на основі прозорої полімерної плівки. Перфорована структура пластиру повинна забезпечувати випаровування вологи і дозволяти шкірі дихати, прозора клейка плівка повинна дозволяти спостерігати зміну кольору шкіри, гіпоалергенна клейка речовина не повинна викликати подразнення. Знімається без болю. Легко рветься вздовж і впоперек. Пропускає рентгенівські промені шт 48 6 Пластир - пов'язка стерильна 5см*9см №50 Стерильна еластична пластир - пов'язка яка призначена для асептичної захисту рани. Складається з м'якого нетканого матеріалу та адсорбуючої подушечки, яка не прилипає до рани, добре вбирає рановий секрет і є проникною для ексудату тільки в напрямку "від рани", що дозволяє повноцінно осушити рану. Зберігає "дихання" шкіри і повноцінний повітряний обмін без зменшення фіксації. Повинна дозволяти, при необхідності, використовувати будь-які мазеві склади, має бути гіпоалергенна і підходити для нормальної та чутливої шкіри. Знімається без болю. Кожна пластир - пов'язка стерильна і має індивідуальну упаковку. Пропускає рентгенівські промені. шт 50 7 Пов'язка ранова антимікробна сорбційна стерильна для лікування гнійних ран 10*10 см Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною. Повинна бути виготовлена з атравматичного сітчастого матеріалу (що не липне до рани) і антисептичного сорбційного слою на основі ацетата целюлози просоченого частками гідроксиду алюмінію, обробленого колоїдним сріблом. Повинна бути паро і повітряно проникною. Повинна бути квадратної форми. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування. шт 120 8 Пов'язка ранова антимікробна сорбційна стерильна для лікування опікових ран 10*10 см Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною Повинна використовуватись для місцевого лікування опікових ран (в комплексній терапії). Повинна бути виготовлена з атравматичного сітчастого матеріалу (що не липне до рани) і антисептичного сорбційного слою на основі ацетата целюлози просоченого частками гідроксиду алюмінію, обробленого колоїдним сріблом. Повинна бути квадратної форми. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування. Повинна мати термін використання 5 років. шт 120 9 Пакет перев'язувальний медичний першої допомоги з однією подушечкою стерильний, тип марлі 17 Марлевий виріб до складу якого входить бинт марлевий медичний, до якого пришита ватно-марлева подушечка розміром 13 см х 11 см шт 120	ДК 021:2015: 33141110-4 — Матеріали перев'язувальні ДК 016:2010: 21.20.24-20.00 — Матеріали перев'язувальні клейкі чи подібні вироби; просочені або вкриті фармацевтичними речовинами; або розфасовані для роздрібної торгівлі	3758 штуки	04201, Україна, Київська, Київ, проспект Мінський, буд 8	від 29 лютого 2016 до 30 грудня 2016
--	---	-------------------	---	---

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **54 600,00 UAH**

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **280,00 UAH**

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **23 лютого 2016 13:00**

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): **відсутній**

- | | |
|--|-----------------------------|
| 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | відсутній |
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | 23 лютого 2016 15:01 |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону: | відсутній |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода: | відсутній |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: | відсутня |