

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

1. Найменування замовника:

**Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно-діагностичний центр"
Солом'янського району міста Києва**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

04593340

3. Місцезнаходження замовника:

**03067, Україна, Київська обл., Київ, вул.
Гарматна, 36**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коды відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
<p>Вимоги до якості товару: Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати: - Гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується відповідність цим медико-технічним вимогам та можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, зі строком придатності та в терміні, визначені документацією та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: таблицю відповідності цим медико-технічним вимогам, повну назву замовника та учасника, назву закупівлі відповідно до оголошення. - Сертифікат якості або інший документ, що підтверджує якість; Документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF або JPEG (скановані або оцифровані) та містити розбірливі зображення. Вимоги до тари та упакування: Тара та упакування повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Умови поставки: Автотранспортом Учасника для перевезення вищезазначеного товару.</p> <p>Транспортні витрати та розвантаження: За рахунок Учасника. Розвантаження здійснюється представниками Учасника в приміщенні складу представника Учасника. Розвантажувальні роботи виконують особи, які супроводжують товар у дорозі. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) 1 Шприц ін'єкційний 1,0 мл 2 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язевих ін'єкцій. 3 Повинен мати з'єдну голку з ковпачком. 4 Повинен бути трьохкомпонентним. 5 Повинен мати об'єм 1,0 мл. 6 Повинен мати шкалу на 100 поділок. 7 Повинен мати прозорий циліндр. 8 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 9 Повинен мати поршень з плунжером. 10 Повинен мати стопорне кільце. 11 Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 12 Повинен мати розмір голки 0,45*13мм. 13 Повинен мати конус з типом з'єднання "Луер". 14 Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. 15 Повинен бути для одноразового використання. 16 Повинен мати індивідуальне пакування. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) 1 Шприц ін'єкційний 2,0 мл 2 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язевих ін'єкцій. 3 Повинен мати з'єдну голку з ковпачком. 4 Повинен бути трьохкомпонентним. 5 Повинен бути об'ємом 2,0 мл. 6 Повинен мати прозорий циліндр. 7 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 8 Повинен мати поршень з плунжером. 9 Повинен мати стопорне кільце. 10 Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 11 Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). 12 Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. 13 Повинен мати металеву голку. 14 Повинен мати розмір голки 0,6*25мм. 15 Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. 16 Повинен бути для одноразового використання. 17 Повинен мати індивідуальне пакування. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) 1 Шприц ін'єкційний 5,0 мл 2 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язевих ін'єкцій. 3 Повинен мати з'єдну голку з ковпачком. 4 Повинен бути трьохкомпонентним. 5 Повинен бути об'ємом 5,0 мл. 6 Повинен мати прозорий циліндр. 7 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 8 Повинен мати поршень з плунжером. 9 Повинен мати стопорне кільце. 10 Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 11 Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). 12 Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. 13 Повинен мати металеву голку. 14 Повинен мати розмір голки 0,7*38мм. 15 Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. 16 Повинен бути для одноразового використання. 17 Повинен мати індивідуальне пакування. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) 1 Шприц ін'єкційний 10,0 мл 2 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язевих ін'єкцій. 3 Повинен мати з'єдну голку з ковпачком. 4 Повинен бути трьохкомпонентним. 5 Повинен бути об'ємом 10,0 мл. 6 Повинен мати прозорий циліндр. 7 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 8 Повинен мати поршень з плунжером. 9 Повинен мати стопорне кільце. 10 Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 11 Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). 12 Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. 13 Повинен мати металеву голку. 14 Повинен мати розмір голки 0,8*38мм. 15 Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. 16 Повинен бути для одноразового використання. 17 Повинен мати індивідуальне пакування. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) 1 Шприц ін'єкційний 20,0 мл 2 Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язевих ін'єкцій. 3 Повинен мати з'єдну голку з ковпачком. 4 Повинен бути трьохкомпонентним. 5 Повинен бути об'ємом 20,0 мл. 6 Повинен мати прозорий циліндр. 7 Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. 8 Повинен мати поршень з плунжером. 9 Повинен мати стопорне кільце. 10 Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. 11 Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). 12 Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. 13 Повинен мати металеву голку. 14 Повинен мати розмір голки 0,8*38мм. 15 Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. 16 Повинен бути для одноразового використання. 17 Повинен мати індивідуальне пакування. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) Одноразові системи для переливання інфузійних розчинів "MEDICARE" (Luer Slip) Повинна використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинна мати довжину трубки - не менше 1450 мм. Повинна мати тип з'єднання Luer lock (Луер сліп). Повинна мати роликковий регулятор швидкості потоку. Повинна мати металеву розміром не менше голку, не менше 0,8*38мм. Повинна мати повітрявід, що складається з металеві голки та повітряного клапана виготовленого з металу та поліпропілену Повинна бути трубка системи виготовлена з полівінілхлориду. Не повинна містити латекс. Повинна мати гумовий перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною в індивідуальному пакуванні. Повинна бути для одноразового використання. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) 1 Одноразова система для переливання інфузійних розчинів (4-х ходів) 2 Повинна використовуватись для внутрішньовенних вливань інфузійних розчинів. 3 Повинна мати довжину трубки - не менше 1450 мм. 4 Повинна мати 4-регулятора швидкості потоку. 5 Повинна мати чотири пластикові голки для підключення в флакони з інфузійними розчинами. 6 Повинна бути трубка системи виготовлена з полівінілхлориду. 7 Повинна підходити до внутрішньовенної канюлі та мати тип з'єднання Луер Локк. 8 Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною. 9 Повинна бути для одноразового використання. 10 Повинна мати індивідуальне пакування. № Технічна вимога замовника Відповідність (так/ні) 1 Скарифікатор „MEDICARE” 2 Матеріал повинен бути з нержавіючої сталі 1 Cr 17 3 Міцність ≥240HV03 4 Гострота ≤ 0.8N 5 Нерівність ≤ 0.8µm 6 Поверхня повинна бути гладкою без дефектів 7 Розмір L: 40 ± 1.5 мм S: 30 ± 1.5 мм Еквіваленти, аналоги не пропонувати!</p>	ДК 021:2015: 33141000-0 — Матеріали витратні медичні нехімічні та гематологічні, одноразові ДК 016:2010: 32.50.1 — "Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні"	23550 штуки	03067, Україна, Київська, Київ, Гарматна, 36	від 05 квітня 2016 до 30 грудня 2016

9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи):

**Фізична особа-підприємець Ігнатенко Наталія
Валентинівна**

10. Інформація про ціну пропозиції:

22 888,00 UAH з ПДВ