

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
UA-2016-06-21-000497-с

1. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" Солом'янського району міста Києва**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04593340**
3. Місцезнаходження замовника: **03067, Україна, Київська обл., Київ, вул. Гарматна, 36**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Чепіков Олександр Миколайович, 380444579718, poliklinika1solom@yandex.ua**

| 5. Конкретна назва предмета закупівлі | 6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
|                                       |  |  |   |  |

|  |   |                 |   |   |
|--|---|-----------------|---|---|
| <p>Вимоги до якості товару: Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати: - Гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується відповідність цим медико-технічним вимогам та можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, зі строком придатності та в терміни, визначені документацією та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: таблицю відповідності цим медико-технічним вимогам, повну назву замовника та учасника, назву закупівлі відповідно до оголошення. Документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF та містити розбірливі зображення. Вимоги до тари та упаковки: Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Умови поставки: Автотранспортом</p> <p>Учасника для перевезення вищезазначеного товару. Транспортні витрати та розвантаження: За рахунок Учасника. Розвантаження здійснюється представниками Учасника в приміщення складу представниками Учасника. Розвантажувальні роботи виконують особи, які супроводжують товар у дорозі. № з/п Найменування</p> <p>Одиниця виміру Кількість 1 Шафа медична ШМ-2с шт 20 2 Столик маніпуляційний СМ-3 шт 20</p> <p>ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Шафа медична ШМ-2с Шафа призначена для розміщення інструментів, матеріалів та медикаментів в перевязувальних, операційних та інших лікувальних закладах. Шафа медична має бути виготовлена з профільної труби і пофарбованою порошковою емаллю, що додержує дезинфекцію по ОСТ 42-21-2. В обов'язковому порядку шафа повинна мати не менше 2-ох прозорих полиць, а також прозорі верхні дверцята, всі інші стінки з усіх сторін мають бути металевію. Нижня частина шафи повинна бути цільнометалевою і замикатися на ключ. В середині сейфу повинна бути скляна полиця, максимальне навантаження на котру має бути 8 кг. Шафа повинна повністю розбиратися для складського зберігання. Всі кромки на дверях і передні кромки на полицях в обов'язковому порядку мають бути обрамленні для запобігання порізів. Шафа обов'язково повинна мати реєстраційне посвідчення та дозвіл на використання в медичній практиці в Україні. Розмір шафи має бути не менше: висота - 1610мм; глибина - 400мм; ширина - 955 мм. Розміри полиці, +5 мм: 950*355 Габаритні розміри в розібраному вигляді мають бути не менше, мм: 980*120*1650</p> <p>СТОЛИК МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ СМ-3 Столик маніпуляційний СМ-3 представляє собою конструкцію, виконану із уніфікованих елементів, які конструктивно попереджують перекидання при повністю вивинутому ящику з допустимим навантаженням. Столик повинен бути виготовлений з металевого профілю і бути пофарбованим білою порошковою емаллю, яка витримує дезинфекцію по ОСТ 42-21-2. На стойках, з'єднаних полкотримачами, установлені дві полицьки. Верхня полиця повинна бути виготовлена із нержавіючої сталі, під якою розміщений ящик на телескопічних направляючих. Нижня полиця повинна бути виготовлена зі скла. Стіл повинен мати колеса, які не залишають слідів гуми, і роблять неможливим його переміщення. Столик є розбірним. Технічні характеристики: Розміри полки, мм: 420*570. Габаритні розміри не менше, мм: 660*510*920. Маса, кг, не більше: 20кг. Доступне навантаження масою, кг: 25кг. Габаритні розміри в упакованому вигляді, не менше, мм: 620*270*900. Еквіваленти, аналоги не пропонувати!</p> | <p>ДК 021:2015: 33192000-2 — Меблі медичного призначення ДК 016:2010: 32.50.3 — Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини</p> | <p>40 штуки</p> | <p>03067, Україна, Київська область, Київ, Гарматна, 36</p> | <p>від 04 липня 2016 до 10 липня 2016</p> |
|--|---|-----------------|---|---|

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **194 000,00 UAH**

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **970,00 UAH**

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:                                  | <b>29 червня 2016 07:00</b> |
| 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | <b>відсутній</b>            |
| 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):    | <b>відсутній</b>            |
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій                                    | <b>29 червня 2016 10:00</b> |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону:                                 | <b>відсутній</b>            |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода:                                     | <b>відсутній</b>            |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:                     | <b>відсутня</b>             |