

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

1. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно - діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26188952**
3. Місцезнаходження замовника: **02002, Україна, Київська область обл., Київ, А . Шептицького ,5**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Технічні умови на автоклав Автоклав — герметичний пристрій для здійснення технологічної обробки речовин в герметичній посудині під дією підвищених температур та надлишкового тиску. Модель: Стерилізатор паровий ВК-75-01 Обсяг робочої камери: 54 л. Час нагріву, не більше хвилини: 30 Розміри камери: діаметр - 400 мм, глибина - 600 мм. Габаритні розміри: довжина - 740 мм, ширина - 570 мм, висота - 1070 мм. Продуктивність вбудованого парогенератора, кг/год пара - 7,94 Напруга - 380 В. Установча потужність - 8 кВт. Маса, не більше, кг - 80. Середнє напрацювання на відказ, не менше - 3000 циклів. Термін експлуатації - 10 років. Система безпеки - відключення ТЕН-ів при зниженні рівня води в парогенераторі. Захисний пристрій від перевищення тиску в парогенераторі.	ДК 021:2015: 33191110-9 — Автоклави ДК 016:2010: 28.29.6 — "Машини та устаткування для обробляння матеріалів зміненням температури, н.в.і.у."	1 штуки	02002, Україна, Київська область, Київ, вул. Митрополита А.Шептицького, 5 каб. 347	від 21 листопада 2016 до 30 листопада 2016

9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи): **ФОП "ПАНІВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА"**
10. Інформація про ціну пропозиції: **66 666,00 УАН з ПДВ**