

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2017-03-10-001086-a

Лот №1 Стент системи коронарні

Дата формування звіту: 18 квітня 2017

1. Найменування замовника: **Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний диспансер**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20535186**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Стент системи коронарні	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	33 штуки	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 114	до 31 грудня 2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **10 березня 2017 14:39**
9. Кількість учасників процедури закупівлі: **3**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ ЕКОМЕД	105 930,00 UAH з ПДВ	105 930,00 UAH з ПДВ	Не відповідає вимогам тендерної документації За результатами оцінки було встановлено, що тендерна пропозиція вказаного учасника не відповідає медико-технічним вимогам тендерної документації, а саме: в запропонованих учасником стент-системах коронарних без лікувального покриття виробництва Biosensorsнаявні розбіжності з медико-технічними вимогами встановленими замовником у тендерній документації, а саме: 1) дизайн - стентсистема виготовлена за допомогою лазера, а вимагалось - із суцільного кобальт-хромового дроту за синусоїдною технологією; 2) номінальний тиск розкриття має бути не менше 9 атм - а наявний 8 атм; 3) рекойл повинен бути не більше - 2%, а наявний 3,33%; 4) в лінійці спектру діаметрів відсутні розміри: 2,25*30мм; 2,5*30мм, 2,75*30мм, 3,0*30 мм, 3,5*30мм, 4,0*30мм. Все це має суттєве значення при наданні ургентної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом та не відповідає визначеним пунктами 3, 4, 8, 10 медико-технічним вимогам.
ТОВ "ІРИДІУМ"	120 407,10 UAH з ПДВ	119 408,88 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ Пріоритет-Л	130 647,00 UAH з ПДВ	120 405,00 UAH з ПДВ	Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: **03.04.2017 12:53**

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відсутні

16. Дата укладення договору про закупівлю: **18 квітня 2017**

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ІРИДІУМ"**

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **03150, Україна, Київ обл., Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б**

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **119 408,88 УАН з ПДВ**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **ВТ-3**