

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2017-05-12-000147-b

Дата формування звіту: 12 червня 2017

1. Найменування замовника: **Роменська центральна районна лікарня Сумської області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01981477**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система холтерівського монітору ЕКГ з 2 реєстраторами - 1 шт.; система добового моніторингу АТ - 1 шт.; Апарат штучної вентиляції легенів для дорослих та дітей віком від 6 років з забезпеченням інгаляційного наркозу - 1 шт.)	ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини	3 штуки	42000, Україна, Сумська область, Ромни, б-р. Московський, буд. 24	від 10 червня 2017 до 31 грудня 2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **12 травня 2017 09:22**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **3**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

<p>ФОП Литвиненко Наталія Миколаївна</p>	<p>534 143,00 UAH з ПДВ</p>	<p>534 143,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації Пропозиція не відповідає медико-технічним вимогам до предмета закупівлі, а саме: Системи холтерівського монітору ЕКГ з 2 реєстраторами: - Гарантійний термін запропонованого обладнання вказаний у гарантійному листі від офіційного представника заводу виробника (12 місяців) не відповідає вимогам тендерної документації (Гарантійний термін повинен бути не менше 18 місяців, п.3 загальні Медико-технічні вимоги до Системи холтерівського монітору ЕКГ з 2 реєстраторами) - Холтерівська система ЕС-2Н не призначена для аналізу роботи кардіостимулятора (Інструкція по експлуатації Cardiospy® для систем ЕС-2Н; ЕС-3Н; ЕС-12Н; ЕС-3Н/АВР, ст. 112) і не відповідає вимогам тендерної документації (Наявність: Гістограма ШВР-R для кількісного аналізу порушень в роботі ШВР; Індикація артефактів електрокардіостимулятора; Інтелектуальний аналіз дисфункцій водія ритму). - Холтерівська система ЕС-2Н не має можливості проводити спектральний аналіз варіабельності ритму серця (частотний інтервал HRV) (Інструкція з експлуатації Cardiospy® для систем ЕС-2Н; ЕС-3Н; ЕС-12Н; ЕС-3Н/АВР, ст. 112) і не відповідає вимогам тендерної документації (Вимога: Наявність: Аналіз варіабельності ритму серця та спектральний аналіз варіабельності ритму серця). Медико-технічні вимоги до системи добового моніторингу АТ - Керівництво по експлуатації не надане в пропозиції учасника (у наданій інструкції з експлуатації наведен комбінований апарат ЕС-3Н/АВР, а учасником запропоновано реєстратор моніторингу артеріального тиску ЕС-АВР) - "Інтерфейс передачі даних" запропонованого обладнання (USB) не відповідає Медико-технічним вимогам тендерної документації (Бездротовий Bluetooth) - Запропоноване обладнання не має екрану, що не відповідає Медико-технічним вимогам тендерної документації (ЖК-екран - наявність). - Розміри запропонованого обладнання (125 x 68 x 32), не відповідають (суттєво перевищують) Медико-технічним вимогам тендерної документації (100 x 60 x 30 мм). - Вага запропонованого обладнання (250 г), не відповідає (суттєво перевищує) Медико-технічним вимогам тендерної документації (120 г). Медико-технічні вимоги до апарату штучної вентиляції легенів для дорослих та дітей віком від 6 років з забезпеченням інгаляційного наркозу не відповідають вимогам Замовника, а саме: - Наявність блокувального пристрою по закису азоту - немає в наявності; - Аварійна сигналізація - Перевищення температури дихальної суміші понад +40 °С - не відповідає вимозі.</p>
--	---------------------------------	---------------------------------	---

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медична компанія КМ"	588 200,00 UAH з ПДВ	588 200,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТ-ТРЕЙД ЛТД"	590 000,00 UAH з ПДВ	590 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: **01.06.2017 08:37**
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю: **12 червня 2017**
17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Медична компанія КМ"**
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24-в**
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **588 200,00 UAH з ПДВ**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **234**