

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2017-08-03-000413-с

Інкубатор для немовлят

Дата формування звіту: 13 вересня 2017

1. Найменування замовника: **Міський пологовий будинок №2**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05483144**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Інкубатор для немовлят	ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії	1 шт	54034, Україна, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Будівельників, 8	від 05 вересня 2017 до 31 грудня 2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **03 серпня 2017 14:51**
9. Кількість учасників процедури закупівлі: **3**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

ПП Колар-СВ	470 000,00 УАН з ПДВ	470 000,00 УАН з ПДВ	Не відповідає вимогам тендерної документації Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації 1. Тендерну пропозицію ПП Колар-СВ вважати такою, що не відповідає умовам закупівлі (Медико-технічним вимогам п.4,5; 4.7; 4.11; 5.1.1; 5.2.1 Додатку № 8 Тендерної документації по лоту Інкубатор для немовлят 4.5 ЖК-дисплей з діагоналлю, не менше 10,1 дюйма - не відповідає технічним вимогам 4.7 Час розігріву - не відповідає технічним вимогам 4.11 Повітряний фільтр, не гірше 0,5 мкм - Інформація не підтверджена технічною документацією 5.1.1 Діапазон відображення - не відповідає технічним вимогам 5.2.1 Діапазон відображення - не відповідає технічним вимогам Тривалий час розігріву може спричинити не своєчасне надання невідкладної допомоги новонародженим безпосередньо після пологів, що в деяких випадках може загрожувати здоров'ю а то і життю малюка
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО"	477 000,00 УАН з ПДВ	477 000,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
Товариство з додатковою відповідальністю "Медтехніка-ХХІ"	479 000,00 УАН з ПДВ	479 000,00 УАН з ПДВ	Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: **01.09.2017 10:52**

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відсутні

16. Дата укладення договору про закупівлю: **13 вересня 2017**
17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО"**
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Україна, 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 39-41, офіс 82**
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **477 000,00 УАН з ПДВ**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **665Н/2017**