

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2017-08-03-000413-с

**Насос інфузійний; Шприцевий насос**

Дата формування звіту: 13 вересня 2017

1. Найменування замовника: **Міський пологовий будинок №2**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05483144**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Насос інфузійний	ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії	1 шт	54034, Україна, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Будівельників, 8	від 05 вересня 2017 до 31 грудня 2017
Шприцевий насос	ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії	1 шт	54034, Україна, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Будівельників, 8	від 05 вересня 2017 до 31 грудня 2017

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **03 серпня 2017 14:51**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **3**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<b>ФАРМ-ЛАЙН,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМ</b>	<b>39 697,00</b> <b>UAN з ПДВ</b>	<b>39 697,00</b> <b>UAN з ПДВ</b>	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації  Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p><b>1. Тендерну пропозицію ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ""ФАРМ-ЛАЙН" вважати такою, що не відповідає умовам закупівлі (Медико-технічним вимогам - п. 3.27Ступень захисту IPX2 значно гірший ніж IP34, це може ускладнити роботу з апаратом та під-вищує вірогідність виходу з ладу приладу під час дезінфекції, чистки та експлуатації. п. 3.27 Додатку№ 8 Тендерної документації по лоту Насос інфузійний; Шприцевий насос (Насос інфузійний)</b></p> <p>-</p> <p><b>п. 6.5 Діапазон швидкості не відповідає технічним вимогам</b></p> <p><b>п. 6.6 Діапазон швидкості введення болюса не відповідає технічним вимогам</b></p> <p><b>п. 6.26 Ступень захисту IPX2 значно гірший ніж IP34, це може ускладнити роботу з апаратом та під-вищує вірогідність виходу з ладу приладу під час дезінфекції, чистки та експлуатації.</b></p> <p><b>п.6.34 Ємність акумуляторної батареї не відповідає технічним вимогам, так як ємність значно менше, при роботі від акумулятора прилад буде працювати менше, що може зашкодити пацієнту.</b></p> <p><b>п.6.5; 6.6; 6.26; 6.34 Додатку№ 8 Тендерної документації по лоту Насос інфузійний; Шприцевий насос (Шприцевий насос)</b></p>
<b>Товариство з додатковою відповідальністю "Медтехніка-XXI"</b>	<b>50 000,00</b> <b>UAN з ПДВ</b>	<b>50 000,00</b> <b>UAN з ПДВ</b>	<b>Не розглядався</b>
<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО"</b>	<b>49 000,00</b> <b>UAN з ПДВ</b>	<b>49 000,00</b> <b>UAN з ПДВ</b>	<b>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</b>

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: **01.09.2017 10:55**
15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю: **13 вересня 2017**
17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДРАВО"**
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Україна, 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 39-41, офіс 82**
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **49 000,00 УАН з ПДВ**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **666Н/2017**