

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2017-10-12-001343-b

1. Найменування замовника: **Ружинська районна центральна лікарня**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01991932**
3. Місцезнаходження замовника: **13600, Україна, Житомирська обл., Ружин, Київська, 30**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Кича Оксана Юріївна, 380413831199, ruzincrl@gmail.com**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

<p>Автоматичний гематологічний аналізатор НВ - 7021</p> <p>1.Комплектація та технічні параметри обладнання: Комплектація гематологічного аналізатора:(Аналізатор+Стартовий комплект реактивів). 2.Гематологічний аналізатор: (Використовується метод імпедансу, Вага не більше 23 кг, Габарити: 32x50x42, Живлення:220В ± 10%, 50 ±1 Гц, , Температура середовища: 18 ~ 35оС, Відносна вологість: ≤ 80%, Атмосферний тиск: 80 - 106 кПа, Продуктивність: 60 аналізів/год, Пам'ять вбудована: не менше 200 тис записів, Розрахунковий ресурс: 8 років, Дозування зразка:Цільна кров: не менше 13 мкл; Попереднє розведення: не менше 20 мкл, Дозування реагенту: Розчинник: 20 мл, Лізуючий розчин: 0,4 млДетергент: 10 мл, араметри/одинаця: WBC - 109 клітин/л, LY# - 109 клітин/л, MO# - 109 клітин/л, GR# - 109 клітин/л, LY% -,МО% ,GR% , RBC - 1012 клітин/л,HGB-г/л, HCT - %, MCV - фл, MCH - пг, MCHC - г/л, RDW-CV - %, RDW-SD - фл, PLT - 109 клітин/л, MPV- фл, PDW - фл, PCT- %.Похибка багаторазового вимірювання: (WBC ≤ 2,0%, RBC ≤ 1,5%, HGB ≤ 1,5%, CV ≤ 0,5 %, PLT ≤ 5,0 %) Характеристика точності: (WBC ≤ ±4%, RBC ≤ ±3%, HGB ≤ ±3%, MCV ≤ ±3%, PLT ≤ ±8 %), Лінійність приладу: Параметр/Діапазон/Допустима похибка :WBC/0×10⁹/л - 6.0×10⁹/л/±0.3×10⁹/л, 6.0×10⁹/л - 99.9×10⁹/л/±5%; RBC/0×10¹²/л - 0.99×10¹²/л/±0.05×10¹²/л,1.0×10¹² - 9.99×10¹²/л/±5%;HGB/0 г/л - 99 г/л/±2 г/л, 100 г/л - 300 г/л/±2%; PLT/0×10⁹/л - 99×10⁹/л/±10×10⁹/л, 100×10⁹/л - 999×10⁹/л/±10%. Вбудована клавіатура не менше 25 клавiш, Роз'їм клавіатури PS2, З'єднувач RS232, Можливість аналогово-цифрового перетворення лейкоцитів, ритроцитів/тромбоцитів, гемоглобіну, Наявність двох камер підрахунку .</p> <p>3.Гарантійний лист виробника чи офіційного представника виробника. 4. Копії документів: 1.Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів. 2. Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки . 3. Сертифікат відповідності. 4. Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) 5. Оригінал або копія гарантійного листа виробника "(представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.</p>	<p>ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори</p>	<p>1 штуки</p>	<p>13600, Україна, Житомирська область, смт.Ружин, вул.Київська,30</p>	<p>до 30 листопада 2017</p>
--	---	----------------	--	-----------------------------

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **199 500,00 UAH**

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **1 995,00 UAH**

- | | |
|--|-----------------------------|
| 12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: | відсутня |
| 13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 20 жовтня 2017 15:10 |
| 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | 0,00 UAH |
| 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | відсутній |
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | 20 жовтня 2017 15:11 |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону: | відсутній |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода: | відсутній |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: | відсутня |