

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2017-10-24-001624-a

1. Найменування замовника: **Шкірно - венерологічний диспансер Солом'янського р-ну м. Києва**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26189518**
3. Місцезнаходження замовника: **03035, Україна, Київська обл., Київ, Патріарха Мстислава Скрипника, 48**
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: **Каховський Володимир Федорович, 380442453897, solomkvd@ukr.net**

5. Конкретна назва предмета закупівлі	6. Коды відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

<p>Заклучення договору на закупівлю імуноферментних тест - систем.</p> <p>1.Тест - система імуноферментна Vitro-test Anti- Ascaris - 4 упаковки.</p> <p>2..Тест - система імуноферментна Vitro-test Anti -Lambliа - 3 упаковки.</p> <p>3.Тест - система імуноферментна Vitro-test Helicobacter IgG -3 упаковки. .Вимоги до імуноферментних тест-систем : 1. Тест-системи повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок.</p> <p>2. Тест-системи повинні бути сумісні з лабораторним обладнанням відкритого типу для проведення імуноферментного аналізу. 3.Тест-системи повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ, стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4. Загальний термін придатності тест-систем повинен становити 12 місяців. На момент поставки продукції кінцевий термін їх придатності має бути не менше 90% терміну придатності, вказаного в документах виробника та/або сертифікаті аналізу. 5. Стабільність ІФА-планшету після розкриття вакуумної упаковки повинна бути не менше 3 місяців, а усіх інших реагентів набору - протягом загального терміну придатності. 6. Специфічність та чутливість тест-систем повинна бути не менше 100%, що підтверджено документально; 7. Система забезпечення якості виробництва для імуноферментних тест-систем має відповідати вимогам ДСТУ ISO 13485:2005 (надати завірені копії сертифікатів). 8. Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника продукції торгової марки Vitrotest.</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви</p>	<p>10 упаковка</p>	<p>03035, Україна, Київська область, Київ, п.м.Скрипника</p>	<p>від 07 листопада 2017 до 10 листопада 2017</p>
---	---	------------------------	--	---

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **19 761,00 UAH**

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: **98,81 UAH**

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: **відсутня**

- | | |
|---|--------------------------------|
| 13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 01 листопада 2017 09:00 |
| 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | 0,00 UAH |
| 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): | відсутній |
| 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | 01 листопада 2017 09:03 |
| 17. Дата та час проведення електронного аукціону: | відсутній |
| 18. Строк, на який укладається рамкова угода: | відсутній |
| 19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: | відсутня |