

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

1. Найменування замовника: **Шкірно - венерологічний диспансер
Солом'янського р-ну м. Києва**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26189518**
3. Місцезнаходження замовника: **03035, Україна, Київська область обл., Київ,
Патріарха Мстислава Скрипника, 48**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---------------------------------------	--	--	---	--

<p>Заклучення договору на закупівлю імуноферментних тест - систем. 1.Тест - система імуноферментна Vitro-test Anti- Ascariis - 2 упаковки. 2..Тест - система імуноферментна Vitro-test Anti -Lambliia - 2 упаковки. 3.Тест - система імуноферментна Vitrotest Anti-HCV для виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (192 опрeділ) - 2 упаковки.4.Тест - система імуноферментна Vitrotest HBsAg для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (192 (опреділ)- 2 упаковки</p> <p>Вимоги до імуноферментних тест-систем : 1. Тест-системи повинні бути стрипової комплектації з можливістю відокремлення лунок. 2. Тест-системи повинні бути сумісні з лабораторним обладнанням відкритого типу для проведення імуноферментного аналізу. 3.Тест-системи повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ, стабільний протягом загального терміну придатності набору. 4. Загальний термін придатності тест-систем повинен становити 12 місяців. На момент поставки продукції кінцевий термін їх придатності має бути не менше 90% терміну придатності, вказаного в документах виробника та/або сертифікаті аналізу. 5. Стабільність ІФА-планшету після розкриття вакуумної упаковки повинна бути не менше 3 місяців, а усіх інших реагентів набору - протягом загального терміну придатності. 6. Специфічність та чутливість тест-систем повинна бути не менше 100%, що підтверджено документально; 7. Система забезпечення якості виробництва для імуноферментних тест-систем має відповідати вимогам ДСТУ ISO 13485:2005 та EN ISO 13485:2012 (надати завірені копії сертифікатів). 8. Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника продукції торгової марки Vitrotest.</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви</p>	<p>8 упаковка</p>	<p>03050, Україна, Київська область, Київ, М.Скрипника</p>	<p>від 28 листопада 2017 до 02 грудня 2017</p>
--	---	-------------------	--	--

9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи):

ФОП Плотко Юрій Іванович

10. Інформація про ціну пропозиції:

14 362,00 УАН з ПДВ