

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

1. Найменування замовника: **Ружинська районна центральна лікарня**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01991932**
3. Місцезнаходження замовника: **13600, Україна, Житомирська область обл., Ружин, Київська, 30**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
<p>Стерилізатор СП-ГК-100. 1. Основними технічними характеристиками є: 1) Робочий тиск пари в парогенераторі та стерилізаційній камері, МПа (кгс/см²), не більше - 0,22 (2,2) , 2) Вид струму - Змінний, Трьохфазний; 3) Частота, Гц - 50 чи 60; 4) Напруга, В - 380; 5) Споживча потужність, кВт, не більше - 14; 6) Внутрішній діаметр стерилізаційної камери, мм - 400+2; 7) Кількість режимів стерилізації - 2; 8) Параметри першого режиму стерилізації: (Робочий тиск МПа (кгс/см²) - 0,20±0,02 (2,0±0,2) ; Температура, °С - 132±2; Час стерилізаційної витримки, хв, не менше - 20), 9) Параметри другого режиму стерилізації: (Робочий тиск, МПа (кгс/см²) - 0,11 + 0,02 (1,1 + 0,2); Температура, °С *-120+2; Час стерилізаційної витримки, хв, не менше - 45), 10) Габарити, мм (Довжина - 1170+50; Ширина - 604+25; Висота - 1465+50), 11. Вага, кг, не більше - 230. 2. Середнє напруцювання не менше 2500 циклів стерилізації. 3. Середній термін служби 10 років. 4. Норма витрати води за 1 цикл роботи стерилізатора не більше 100 літрів.</p>	<p>ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні</p>	<p>1 штуки</p>	<p>13600, Україна, Житомирська область, смт.Ружин, вул.Київська,30</p>	<p>до 10 грудня 2017</p>

9. Найменування учасника – переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи):

ФОП Костенко Руслан Анатолійович

10. Інформація про ціну пропозиції:

92 000,00 UAH