

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-02-14-003195-с

Лот 2 - медичні матеріали одноразового застосування для лікування хворих з ХНН методом гемодіалізу: медичні матеріали

Дата формування звіту: 25 березня 2018

1. Найменування замовника:

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ”**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02005585

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Лот 2 - медичні матеріали одноразового застосування для лікування хворих з ХНН методом гемодіалізу: медичні матеріали	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	194830 штуки	18009, Україна, Черкаська область, Черкаси, Менделеева, 3	до 31 грудня 2018

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

14 лютого 2018 16:40

9. Кількість учасників процедури закупівлі:

5

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр "М.Т.К."	302 472,90 UAH з ПДВ	302 472,90 UAH з ПДВ	Не відповідає вимогам тендерної документації Не відповідає умовам тендерної документації Замовника: 1) надана тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації щодо кількості товару.
ТОВ Макромед	281 519,50 UAH з ПДВ	281 519,50 UAH з ПДВ	Не відповідає вимогам тендерної документації Невідповідність медико-технічним вимогам: 1) пропозиція ТОВ «МАКРОМЕД» не відповідає «Медико-технічним вимогам» Замовника згідно Додатку №2 на товар: Рукавички оглядові латексні н/с припудрені Відрізок марлевий Тип №17, 500 см x 90 см 2) не наданий гарантійний лист від виробника на поставку Системи для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів з пластиковою голкою, згідно Додатку №2 «Медико-технічні вимоги».
"МК МЕДГРУПП" ТОВ	249 211,40 UAH з ПДВ	231 178,50 UAH з ПДВ	Не відповідає вимогам тендерної документації Невідповідність медико-технічним вимогам: 1) згідно Додатку №2 «Медико-технічні вимоги» передбачено вимогу до Системи для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів - наявність пластикової голки. Пропозиція ТОВ «МК МЕДГРУПП» не містить підтвердження відповідності вимогам до наявності пластикової голки, що передбачалось вимогами до Системи для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів згідно медико-технічних вимог тендерної документації.

ТОВ "ІНТЕРСИСТЕМ"	350 000,00 UAH з ПДВ	231 500,00 UAH з ПДВ	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Невідповідність медико-технічним вимогам:</p> <p>1) згідно Додатку №2 «Медико-технічні вимоги» передбачено вимогу до Терміну придатності товару на момент поставки, який повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності. В пропозиції ТОВ «ІНТЕРСИСТЕМ» надається гарантійний лист від виробника медичних виробів та офіційного дистриб'ютора виробника марлі медичної ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», який гарантує поставку товару з терміном придатності не менше ніж 75%, що суперечить вимогам тендерної документації;</p> <p>2) пропозиція Учасника не містить документального підтвердження повноважень Представництва «ФОГТ МЕДІКАЛ ФЕРТРІБ ГМБХ» від виробника продукції VOGT MEDICAL, фірми «VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH» (Germany).</p>
ТОВ "ІГАР"	342 379,67 UAH з ПДВ	342 379,67 UAH з ПДВ	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Невідповідність медико-технічним вимогам:</p> <p>1) згідно Додатку №2 «Медико-технічні вимоги» передбачено вимогу до Терміну придатності товару на момент поставки, який повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності. В пропозиції ТОВ «ІГАР» надається гарантійний лист від виробника медичних виробів та офіційного дистриб'ютора виробника марлі медичної ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», який гарантує поставку товару з терміном придатності не менше ніж 75%, що суперечить вимогам тендерної документації;</p> <p>2) пропозиція ТОВ «ІГАР» не містить документального підтвердження повноважень його як представника виробника в Україні продукції Semperit investmnt Asia Pte ltd, Малайзія, Maxter Glove Manufacturing, Малайзія.</p>

14. Дата оприлюднення повідомлення про Відсутня
намір укласти договір:

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):	Відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом про публічні закупівлі
16. Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):	Відсутня
22. Ідентифікатор договору:	Відсутній