

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2018-02-21-000202-с

Дата формування звіту: 30 квітня 2018

1. Найменування замовника: **Публічне акціонерне товариство
"Укртранснафта"**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **31570412**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
автоматичний аналізатор вмісту сірки у нафті та нафтопродуктах (рентгенофлуоресцентний енергодисперсійний спектрометр)	ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів	4 шт	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2018

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **21 лютого 2018 09:29**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **3**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"	—		Не відповідає вимогам тендерної документації в таблиці 1 додатку до тендерної документації «Інформація щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі», в колонці «Характеристики приладу, що пропонується учасником», в пп. 16.1, 16.2 (температура навколишнього середовища, не вужче 10 - 35 0С, відносна вологість, не вужче 20 - 80 %) учасником наведене посилання на стор. 12 «Керівництва з експлуатації приладу», яке підтверджує технічні вимоги. Але в паспорті виробника приладу в п. 2.4 та п. 2.7 наведені характеристики п.п. 16.1, 16.2 (температура навколишнього середовища 10 - 30 0С, відносна вологість, 45 - 80 %), які не відповідають вимогам пп. 16.1, 16.2.
ТОВ "СПЕКТРАН"	—		Не відповідає вимогам тендерної документації Учасник ТОВ "СПЕКТРАН" надав копію власного статуту без відмітки про державну реєстрацію, проте не надав завірнену копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення відповідної реєстраційної дії, чим порушив вимоги п. 3.1 Розділу 3, п. 5.2.1 Розділу 5 тендерної документації та Таблиці 2 Додатку 6 до тендерної документації.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІКЛАБГРУПА"	3 960 000,00 UAH з ПДВ	3 960 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):	Відсутня
22. Ідентифікатор договору:	Відсутній