

ФОРМА ПРОТОКОЛУ

розгляду тендерних пропозицій

1. Найменування замовника: **Харківський національний медичний університет**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01896866**
3. Місцезнаходження замовника: **61022, Україна, Харківська область обл., Харків, пр.Науки,4**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-04-000504-b**

5. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	6. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	7. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ РІМЕД	Допущено до аукціону	
ТОВ "АДВАНСЕД МЕДТЕХНОЛОДЖИ"	Допущено до аукціону	

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДПРОЕКТ»	Пропозицію відхилено	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «МЕДПРОЕКТ» на відповідність вимогам тендерної документації, комітетом встановлено наступне: Учасник торгів надав пропозицію симулятору SURGICALSCIENCE. На сайті виробника https://surgicalscience.com у вільному доступі мається повний опис симулятора, вказана комплектація запропонованого обладнання, специфікація, технічні характеристики, а також посібник користувача. 1. Так при перевірці технічних вимог запропонованого ТОВ «МЕДПРОЕКТ» симулятору було виявлено відсутність у Специфікації виробника деяких технічних параметрів, зазначених у Додатку 3 Медико- технічних вимог Тендерної документації, а саме: -3D анатомічний атлас; - Операція ендоскопічної холецистектомії (генерація різних анатомічних розташувань протоки і артерії, ускладнень); -Холангіографія; - Вентральна герніопластика (дисекція грижового дефекту, виділення його з спайок, використання сітки-протеза; -Шунтування шлунка (використання зшивачів, створення анастомозів: тонко-кишкового, гастроєюнального, по Ру); - Гінекологічні втручання: Позаматкова вагітність; -Колоректальна сігмоїдектомія. що не відповідає вимогам до предмету закупівлі. 2. На сайті виробника, який є відкритому доступі, а саме - у посібнику користувача симулятору SURGICALSCIENCE (https://surgicalscience.com/wp-content/uploads/PARTNER-PORTAL/software-manuals/LapSim%20Software%20User%20Manual.pdf) комітетом не знайдено характеристик, заявлених ТОВ «МЕДПРОЕКТ» за посиланням на сторінку 71 Посібника користувача симулятору SURGICALSCIENCE: а саме: - Навички управління камерою, кліпування судин, та потоків, різка та електрокоагуляція тканин; - Дає можливість отримання навичок накладання швів різних типів; - Холангіографія; - Накладання обхідного анастомозу по Ру, резекція шлунка, сігмоїдектомія. що не відповідає вимогам до предмету закупівлі. 3. На сайті виробника, який є відкритому доступі, а саме - в технічних характеристиках симулятору SURGICALSCIENCE (https://surgicalscience.com/wp-content/uploads/PARTNER-PORTAL/sales-materials/LapSim%20Haptic%20System%20Technical%20Specification%20v1.4.pdf) не знайдено технічних характеристик, ТОВ «МЕДПРОЕКТ» за посиланням на сторінки 15-16, а саме: - Панель керування / клавіатура ПК або клавіатура з трекболом; - Ножний перемикач (для коагулятора, відеокамери та інтерфейсу); - Камера зі змінними кутами огляду; - Режим - Freeze image (заморозка зображення). що не відповідає вимогам до предмету закупівлі 4. неналежним чином заповнено технічну документацію, а саме: Згідно вимог Додатку 3 Медико- технічних вимог Тендерної документації (останній абзац) «Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.» ТОВ «МЕДПРОЕКТ» не надав інформації про наступне: - Симулятор для відпрацювання навичок лапароскопічної хірургії; - Повинен бути призначеним для відпрацювання навичок ендоскопічної хірургії та відпрацювання техніки виконання лапароскопічних операцій; - Апаратна платформа (Систему на колесах, 24 дюймовий сенсорний монітор, Змінне положення монітору, Робоче місце, що регулюється по висоті, Тактильний зворотний зв'язок лапароскопічних інструментів з імітацією опору тканин); - Вимоги до інструментів (Наявні два місця для введення інструментів у вигляді гаптичних троакарів, Наявні гаптичні інструментальні рукоятки (для передачі тактильного відчуття) не менше 2-х лапароскопічних і не менше 2-х для накладання швів, Можливість змінювати кут огляду камери: 0, 30, 45 градусів, стоп-кадр, Наявність ногого перемикача для активації симуляції електрокоагулятору); що не відповідає вимогам до предмету закупівлі.</p>
---	----------------------	---