

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2019-08-23-001269-b

Дата формування звіту: 22 жовтня 2019

1. Найменування замовника:

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

01982749

2¹. Вид предмета закупівлі:

Товари

| 3. Конкретна назва предмета закупівлі | 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»:17634 Багатоканальна інфузійна помпа загального призначення | ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 30 шт | 21032, Україна, Вінницька обл., Вінниця, Київська, 68 | до 20 грудня 2019 |
| НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»:13217 Шприцева помпа | ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 60 шт | 21032, Україна, Вінницька обл., Вінниця, Київська, 68 | до 20 грудня 2019 |
| НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»:17148 Пульсоксиметр, з живленням від мережі. | ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 14 шт | 21032, Україна, Вінницька обл., Вінниця, Київська, 68 | до 20 грудня 2019 |

7¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----|
| Поставка товару | Попередня оплата у розмірі 70 % суми Договору, на строк не більше 90 календарних днів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» | Аванс | 90 | Календарні | 70 |
| Поставка товару | 30 % післяоплата протягом 30 календарних днів з дня отримання товару. | Післяоплата | 30 | Календарні | 30 |

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **23 серпня 2019 17:57**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **4**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | 11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | 12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | 13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ТОВ УКР
ДІАГНОСТИКА

—

Не відповідає вимогам тендерної документації
Пропозиція Учасника підлягає відхиленню, оскільки при розгляді пропозиції учасника було встановлено: -
Відповідно до вимог п.1 Додатку 2 до тендерної документації відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена шляхом заповнення таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні сторінку(и) та/або розділ технічного документу (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або комплектацію поставки або інших документів, або витягів з документів, українською, або російською мовами), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й). Однак вказаним не надано гарантійні листи про поставку аксесуарів відповідно до комплектаций операційних столів, згідно вимог викладених в таблиці «Медико-технічні вимоги». Технічна частина:
Інфузомат для крапельних інфузій- 30 шт:
- Швидкість інфузії має бути не гірше від 0,1-999мл/год: - 0,1-99,9 мл/год. з кроком 0,1 мл/год; 100-999 мл/год. з кроком 1 мл/год, однак учасником не підтверджено відповідність вказаній умові; -
Можливість встановлювати не менше трьох рівнів оклюзії від 100 до 950 мм. рт. ст., однак учасником не підтверджено відповідність вказаній умові; -
Можливість програмування: - швидкості інфузії від 0,1 до 999 мл/год; - сумарного об'єму інфузії від 0.1 до 9999 мл; швидкість БОЛЮСА від 10 до 999 мл/ год, однак учасником не підтверджено відповідність вказаній умові; Насос шприцевий - 60 шт: - Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): - насос інфузійний - 1 шт.; - кабель живлення - 1 шт.; - інструкція українською або російською мовою - 1 шт. Однак учасником не надано відповідний гарантійний лист.
Пульсоксиметр - 14 шт: Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): - блок апарату - 1 шт.; - датчик для дорослих багаторазового використання - 1 шт.; - кабель живлення - 1 шт.; - інструкція українською або російською мовою - 1 шт. Однак учасником не надано відповідний гарантійний лист.

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЛІМЕД" | — | | <p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Тендерним комітетом проведено розгляд пропозиції Учасника. Пропозиція Учасника підлягає відхиленню, оскільки при розгляді пропозиції учасника було встановлено: - Відповідно до вимог п.1 Додатку 2 до тендерної документації відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена шляхом заповнення таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні сторінку(и) та/або розділ технічного документу (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або комплектацію поставки або інших документів, або витягів з документів, українською, або російською мовами), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його(їх) копії(й). Однак вказаним не надано гарантійні листи про поставку аксесуарів відповідно до комплектаций операційних столів, згідно вимог викладених в таблиці «Медико-технічні вимоги». Технічна частина: Насос шприцевий - 60 шт: - Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): - насос інфузійний - 1 шт.; - кабель живлення - 1 шт.; - інструкція українською або російською мовою - 1 шт. Однак учасником не надано відповідний гарантійний лист.</p> <p>Пульсоксиметр - 14 шт: Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): - блок апарату - 1 шт.; - датчик для дорослих багаторазового використання - 1 шт.; - кабель живлення - 1 шт.; - інструкція українською або російською мовою - 1 шт. Однак учасником не надано відповідний гарантійний лист.</p> |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВІН" | 5 620 000,00 UAH з ПДВ | 5 480 000,00 UAH з ПДВ | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі" |
| ТОВ ВІАС ПЛЮС | 5 680 000,00 UAH з ПДВ | 5 550 000,00 UAH з ПДВ | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі" |

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 07.10.2019 15:00

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відсутні
16. Дата укладення договору про закупівлю: **22 жовтня 2019**
17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВІН"**
18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21050, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Театральна, 20**
19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Залучатись не будуть
20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **5 480 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 358 504,67 UAH)**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **125**