

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2020-03-31-001329-b

1. Дата укладення договору: **31 березня 2020 00:00**
2. Номер договору: **МД3103/1**
3. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Монастириська центральна районна лікарня" Монастириської районної ради**
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **36338715**
5. Місцезнаходження замовника: **48300, Україна, Тернопільська обл., місто Монастириська, вулиця Шевченка,29**
6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір: **ТзОВ " Медгарант"**
7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: **321572726511**
8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: **02132, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Дніпровська набережна,26 (літера А)
0445851070
0445851071**
- 8¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**
9. Конкретна назва предмета закупівлі: **Обладнання для анестезії та реанімації(апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії)**

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	11. Кількість товарів, робіт чи послуг	12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії модель V8600	2 шт	48300, Україна, Тернопільська область, місто Монастириська, вул, Шевченка,29	по 30 квітня 2020

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ Апарат штучної вентиляції легень V8600 або еквівалент Базові режими вентиляції • VCV(A/C), PCV(A/C), PRVC (опція), PSV (опція), Режим очікування • SIMV(VCV)+PSV, SIMV(PCV)+PSV, SIMV(PRVC)+PSV • SPONT/CPAP+PSV • BiVENT/APRV+PSV (опція) • NIV/CPAP, NIV-T, NIV-S/T Унікальні особливості • Апноє вентиляція • Тригер по Тиску і Потіку • Автоматична компенсація газів в дихальному контурі • Небулайзер • Ручний вдих • Затримка виходу і видиху • Зупинка графіків • Розумне всмоктування • Маневр мобілізації альвеол Базові режими вентиляції • Дихальний об'єм (VT) 20-2000 мл • Частота дихання (RR) 1 до 80 вдих / хв. • Час вдиху (Ti) 0.2 до 9с (дорослий), 0.2 до 5 с (дитина) • Потік вдиху (Flow) 0 до 180 л / хв (дорослий), 0 до 100 л / хв (дитина) • Інспіраторного тиску (PINSP) 5 до 70мбар (або см H₂O) • Ліміт тиску вдиху (P_{MAX}) 80 мбар (або см H₂O) • (PEEP) ПДКВ 0 до 35мбар (або см H₂O) • Час схилу 0 - 2сек • Концентрація кисню (FiO₂) 21 до 100% • Чутливість тригера 0.5 до 20 л / хв. (Тригер по потоку), -20 до 0 мбар (або см H₂O) (Тригер по тиску) • Співвідношення вдиху і видиху 1/10 до 4/1 Вимірювані параметри • Значення тиску P_{LAT}, P_{PEAK}, P_{MEAN}, P_{MIN}, PEEP • Значення об'єму / потоку V_T, V_E, M_V, M_{Ve}, M_{Vspont} • Значення часу F_{total}, F_{spont}, I: E; • Концентрація кисню (FiO₂), Концентрація CO₂ до кінця видиху (etCO₂); • Комплайнс (динамічний & статичний), Резистанс (R), M_{Vleak}, R_{SBI}, WOB, I: E, V_{daw}, PEEP_i; • Петлі: Тиск / Об'єм, Тиск / Потік, Потік / Об'єм. * - у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження або виробника - читати з виразом «або еквівалент» Товар повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства України у сфері технічного регулювання. Учасник повинен надати документальне підтвердження відповідності запропонованого товару технічному регламенту. У разі не надання відповідних документів, Учасник повинен надати відповідне пояснення із посиланням на чинне законодавство України. Доставка, установка (монтаж) та введення в експлуатацію товару має здійснюватися за рахунок Учасника за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Транспортний, 4а. До вартості Пропозиції обладнання обов'язково включаються усі додаткові витрати, які пов'язані з доставкою товару, його монтажем, запуском, випробуванням, обов'язкові платежі, збори тощо. Медичне обладнання та вироби медичного призначення, яке пропонується, повинно бути новим та таким, що не було у використанні. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію. 5. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів України та/або міжнародних стандартів. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством. 6. Вимоги щодо якості товару: якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. Строки поставки: згідно із заявкою Замовника. Учасник повинен мати усі необхідні дозволи на пра-во реалізації та транспортування товару (предмету закупівлі) в заклади охорони здоров'я та поставляти товар з документальним підтвердженням відповідності товарів, а саме: - Копії декларації про відповідність вимогам технічного регламенту, завірену Продавцем; - Копію Висновку щодо якості ввезеного товару в Україну, завірену Продавцем; - Копії сертифікатів якості та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі; - Видаткову накладну (в 2-х примірниках) та рахунок. Методичні рекомендації/ інструкції по використанню, щодо застосування надаються під час поставки на кожну партію товару.

15. Ціна договору: **1 827 000,00 UAH**
16. Строк дії договору: **від 31 березня 2020**
до 31 грудня 2020

16¹. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	700000 гривень - кошти місцевого бюджету, 1127000 гривень- кошти від благодійних внесків(надходжень) від населення	1827000 UAH

17. Ідентифікатор договору **UA-2020-03-31-001329-b-c1**

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг	18. Одиниця виміру	19. Ціна за одиницю
Апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії модель V8600	шт	913500 UAH