

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-04-17-002496-a

Дата формування звіту: 12 червня 2020

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"**

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37700171**

2¹. Вид предмета закупівлі: **Товари**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Лабораторний холодильник, Лабораторний холодильник невеликого об'єму, Лабораторний холодильник з морозильною камерою, Морозильна камера лабораторна, Морозильна камера зі сталевими дверима, Морозильна камера лабораторна, Низькотемпературна морозильна камера, Холодильник лабораторний зі скляними дверима, Холодильник лабораторний зі скляними дверима	ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	26 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 15 червня 2020

7¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Укладення договору за наслідками даної процедури закупівлі може бути здійснено виключно у разі, якщо використання коштів за договором відповідатиме наявним бюджетним призначенням / бюджетним асигнуванням / напрямкам використання бюджетних коштів. В іншому випадку замовник залишає за собою право відмінити процедуру закупівлі (враховуючи статтю 31 Закону України «Про публічні закупівлі») та не укласти відповідний договір без жодної відповідальності перед учасниками та / або іншими особами. Авансування може бути здійснено виключно в порядку, в розмірах та на умовах, що передбачені чинним в Україні законодавством (якщо такі передбачені) та підлягають застосуванню при виконанні даного Договору	Аванс	10	Банківські	100
-----------------	---	-------	----	------------	-----

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **17 квітня 2020 12:28**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **4**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

ТОВ "ГЕМОМЕД"	2 009 019,60 УАН з ПДВ	2 009 019,60 УАН з ПДВ	<p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>За результатами аукціону найбільш економічно-вигідною пропозицією визначено учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМОМЕД» з ціновою пропозицією 2 009 019,60 УАН, з ПДВ.</p> <p>За результатами розгляду тендерного комітету щодо відповідності учасника встановленим вимогам замовника відповідно до тендерної документації було встановлено наступне:</p> <p>- Відповідно до вимог п.2 Забезпечення тендерної пропозиції, розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації наявна вимога Замовника: Термін дії банківської гарантії наданої як забезпечення тендерної пропозиції Учасника, має відповідати строку дії тендерної пропозиції (не менше 120 календарних днів) з дати та часу розкриття тендерних пропозицій, натомість учасником в складі тендерної пропозиції надано банківську гарантію з терміном дії до 25.06.2020 року, що становить менше 120 днів та не відповідає вимогам Замовника відповідно до абз.2 п.1 ч.1 Закону України «Про публічні закупівлі» (Далі-Закон).</p> <p>- Учасником в складі тендерної пропозиції надано авторизаційний лист від виробника англійською мовою, що суперечить вимогам Замовника відповідно до п. 7 Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.</p> <p>- Учасник не відповідає медико-технічним вимогам Замовника відповідно до таблиці 3 Додатку 3 до тендерної документації, а саме:</p> <p>№ Лабораторний холодильник - 2 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>10. Наявність металевих дверцят Невідповідність - скляні двері</p> <p>12. Діапазон температури в межах не гірше від +2°C до +12°C Невідповідність - діапазон +2°C до +8°C (менший діапазон)</p> <p>13. Об'єм не більше 700 л Невідповідність - 725 л.</p> <p>15. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>16. Зовнішні розміри (ШxГ) не більш 730x810 мм Невідповідність - 1090x758</p> <p>№ Лабораторний холодильник невеликого об'єму - 4 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>10. Діапазон температури в межах не гірше від +2°C до +12°C Невідповідність - діапазон +2°C до +8°C (менший діапазон)</p> <p>13. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>14. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 600x610 мм Невідповідність - 650x673</p> <p>№ Лабораторний холодильник з морозильною камерою - 6 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>9. Наявність не менш, ніж 3 полиць та 2 напівкошика в холодильній камері Невідповідність - 1 кошик</p> <p>10. Наявність не менш, ніж 1 полиці та 2 кошиків в морозильній камері Невідповідність - немає полиць</p> <p>12. Діапазон температури холодильної камери в межах не гірше від +1°C до +11°C, а морозильної не гірше від -10°C до -25°C Невідповідність - діапазон холодильної камери +2°C до +8°C (менший діапазон)</p> <p>13. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>14. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 550x610 мм Невідповідність - 700x640</p> <p>№ Морозильна камера лабораторна - 2 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>2. Об'єм не менш 1400 л. Невідповідність - 1008 л.</p> <p>4. Наявність не менш, ніж 6 полиць Невідповідність - 3 полиці</p> <p>12. Функція автоматичного розморожування За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>13. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>14. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 1440x800 мм Невідповідність - 1360x1006</p> <p>№ Морозильна камера зі сталевими дверима - 1 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>11. Наявність сигналізації про засмічення конденсатора За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>12. Функція автоматичного розморожування За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>14. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>15. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 610x610 мм Невідповідність - 810x735</p> <p>№ Морозильна камера лабораторна - 2 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>10. Функція автоматичного розморожування За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>14. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>15. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 720x800 мм Невідповідність - 1360x1006</p> <p>№ Низькотемпературна морозильна камера - 3 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>8. Споживання електроенергії не повинно перевищувати 12,7 кВт-год/ день за умови, що задана температура в камері -80 °C та температура навколишнього середовища 20 °C Невідповідність - 14,1 кВт-год/ день</p> <p>9. Час відновлення температури в камері після відкриття дверцят на 60 секунд не більше, ніж 21 хв. за умови, що задана температура в камері -80 °C та температура навколишнього середовища 20 °C За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>10. Наявність функції безпеки, таких як код доступу до налаштувань та цифровий замок сумісний з дверцятами Невідповідність - навісний замок</p> <p>11. Наявність в комплекті системи інвентаризації (штативи та бокси) для пробірок висотою 50 та 80 мм За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>13. Об'єм камери не менше 680 л Невідповідність - 678 л.</p> <p>16. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>17. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 870x980 мм Невідповідність - 1090x1025</p> <p>№ Холодильник лабораторний зі скляними дверима - 4 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>1. Призначений для зберігання реактивів та зразків при температурі в діапазоні від +2 до +12°C. Невідповідність - діапазон +2°C до +8°C (менший діапазон)</p> <p>11. Діапазон температури в межах від +2°C до +12°C Невідповідність - діапазон +2°C до +8°C (менший діапазон)</p> <p>14. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>15. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 700x800 мм Невідповідність - 1090x758</p> <p>№ Холодильник лабораторний зі скляними дверима - 2 шт.</p> <p>Опис вимог Подробиці невідповідності</p> <p>1. Призначений для зберігання реактивів та зразків при температурі в діапазоні не гірше від +2 до +12°C. Невідповідність - діапазон +2°C до +8°C (менший діапазон)</p> <p>8. Наявність сигналізації про засмічення конденсатора За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>11. Діапазон температури в межах від +2°C до +12°C Невідповідність - діапазон +2°C до +8°C (менший діапазон)</p> <p>14. Наявність СЕ сертифікації За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується</p> <p>15. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 1500x860 мм Невідповідність - 1800x798</p> <p>А тому, пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМОМЕД», з ціновою пропозицією 2 009 019,60 УАН, з ПДВ не відповідає вимогам Замовника відповідно до абз.2 п.2, ч.1 та п.4 ч.1 статті 30 Закону.</p>
---------------	------------------------	------------------------	--

ТОВ Оселя ЮТ	2 584 876,00 UAH з ПДВ	2 584 876,00 UAH з ПДВ	Не відповідає вимогам тендерної документації Наступною найбільш економічно-вигодною пропозицією визначено учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Оселя ЮТ» з ціною пропозицією 2 584 876,00 UAH, з ПДВ. За результатами розгляду тендерного комітету щодо відповідності учасника встановленим вимогам замовника відповідно до тендерної документації було встановлено наступне: Учасник не відповідає медико-технічним вимогам Замовника відповідно до таблиці 3 Додатку 3 до тендерної документації, а саме: № Лабораторний холодильник - 2 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 16. Зовнішні розміри (ШxГ) не більш 730x810 мм Невідповідність - 750x720 № Лабораторний холодильник невеликого об'єму - 4 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 14. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 600x610 мм Невідповідність - 600x650 № Лабораторний холодильник з морозильною камерою - 6 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 9. Наявність не менш, ніж 3 полиць та 2 напівкошика в холодильній камері Невідповідність - відсутність полиць, лише ящики 10. Наявність не менш, ніж 1 полиці та 2 кошиків в морозильній камері Невідповідність - відсутність полиць, лише ящики 14. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 550x610 мм Невідповідність - 600x620 № Морозильна камера лабораторна - 2 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 12. Функція автоматичного розморожування За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується 14. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 1440x800 мм Невідповідність - 1500x820 № Морозильна камера зі сталевими дверима - 1 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 1. Призначена для заморожування та зберігання реактивів та зразків в умовах низьких температур не гірше -10°C до -25°C. Невідповідність - діапазон -5°C до -20°C (менший діапазон) 3. Діапазон температури не гірше від -10°C до -25°C Невідповідність - діапазон -5°C до -20°C (менший діапазон) 12. Функція автоматичного розморожування За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується 15. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 610x610 мм Невідповідність - 600x700 № Морозильна камера лабораторна - 2 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 10. Функція автоматичного розморожування За наданим учасником посиланням наявність зазначеного параметру не підтверджується 15. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 720x800 мм Невідповідність - 750x820 № Низькотемпературна морозильна камера - 3 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 1. Призначена для зберігання зразків, що вимагають температурних умов в межах від -50°C до -86°C Невідповідність - діапазон -60°C до -86°C (менший діапазон) 5. Фільтр, що захищає компресор, має легко зніматися та митися За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується 6. Наявність чотирьох внутрішніх дверцят Невідповідність - 2 дверцят 8. Споживання електроенергії не повинно перевищувати 12.7 кВт·год/день за умови, що задана температура в камері -80 °C та температура навколишнього середовища 20 °C За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується 9. Час відновлення температури в камері після відкриття дверцят на 60 секунд не більше, ніж 21 хв. за умови, що задана температура в камері -80 °C та температура навколишнього середовища 20 °C За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується 15. Тип розморожування - ручне розморожування За наданою учасником інформацією наявність зазначеного параметру не підтверджується 17. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 870x980 мм Невідповідність - 1200x890 № Холодильник лабораторний зі скляними дверима - 4 шт. Опис вимог Подробиці невідповідності 15. Зовнішні розміри (ШxГ) не більше 700x800 мм Невідповідність - 750x820 А тому, пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю «Оселя ЮТ», з ціною пропозицією 2 009 019,60 UAH, з ПДВ не відповідає вимогам Замовника відповідно до п.4 ч.1 статті 30 Закону.
ТОВ Хімлаборреактив	2 819 076,00 UAH з ПДВ	2 819 076,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПНІОЛ УКРАЇНА"	2 825 598,30 UAH з ПДВ	2 825 598,30 UAH з ПДВ	Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

08.05.2020 15:22

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):

Відсутні

16. Дата укладення договору про закупівлю:

11 червня 2020

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ Хімлаборреактив

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

03006, Україна, м. Київ обл., місто Київ, вулиця Червоноармійська, 57/3

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

2 819 076,00 UAH (в тому числі ПДВ 469 846,00 UAH)

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**

22. Ідентифікатор договору: **2020/63-Т**