

# ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  
UA-2020-05-15-000923-b

<b>Дата договору/документа:</b>	15 травня 2020 10:00
<b>Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):</b>	ШВЛ-1505
<b>Найменування замовника</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03098229
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	87547, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІОРЕ-М"
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:</b>	41863208
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:</b>	03194, Україна, м. Київ, г. Киев, Святошинський район БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА будинок 14Д офіс 610
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Апарат ШВЛ

**Код за Єдиним закупівельним  
словником:**

ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для  
радіотерапії, механотерапії, електротерапії та  
фізичної терапії

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів, робіт чи послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Ціна за одиноцю</b>
Апарат ШВЛ	1 штуки	87547, Україна, Донецька область, Маріуполь, ул.Троицкая,46	по 31 грудня 2020	штуки	

**Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:**

1. Апарат повинен застосовуватися як для інвазивної так і для неінвазивної ШВЛ у дорослих, та дітей від 3 кг в умовах стаціонару та при транспортуванні (у тому числі наземне транспортування та санавіація); 2. Автоматичне самотестування після запуску; 3. Апарат повинен мати сенсорний кольоровий графічний монітор розміром не менше 8,4 дюйма; 4. Доступ до усіх функцій через сенсорний екран та через ручку-кнопку; 5. Можливість використання при внутрігоспітальному транспортуванні за рахунок наявності вбудованої та додаткової батареї високої ємності, що забезпечує не менше 2 годин автономної роботи; 6. Звуковий сигнал тривоги апарату може бути автоматично вимкнено на 2 хвилини; 7. Збереження даних тривог на не менше ніж трендів 72 год, які дозволяють проводити детальний ретроспективний аналіз роботи; 8. Вбудований датчик кисню; 9. Апарат ШВЛ повинен мати наступні режими із контролем по об'єму та тиску: -вентиляція контрольована за тиском; -вентиляція контрольована за об'ємом; -синхронізована перемежована примусова керована по об'єму; - спонтанна вентиляція із підтримкою тиском; - вентиляція з постійним позитивним тиском у дихальних шляхах; -допоміжна перемежована керована вентиляція по тиску; - неінвазивна масочна ШВЛ, з компенсацією витоку; - вентиляція з регулюванням тиску з контрольованим об'ємом; - підтримка тиском зі змінною частотою; 10. Апарат повинен забезпечувати принаймні наступні параметри та показники вентиляції: - дихальний об'єм 20-2000 мл; - частота подиху 4-80 под/хв.; - піковий потік 2-150 л/хв; - ПДКВ 1-20 см H<sub>2</sub>O; - інспіраторний тригер по потоку не гірше 0,5-2 л/хв.; - експіраторний тригер по потоку; - тиск у дихальних шляхах: 5-60 см H<sub>2</sub>O; - підтримка тиском (понад ПДКВ): 5-40 см H<sub>2</sub>O; - концентрацію кисню 21-100%; 11. Апарат повинен забезпечувати моніторинг параметрів: - дихальний об'єм на вдиху; - дихальний об'єм на видиху; - хвилинний об'єм видиху; - частота дихання; - піковий тиск; - пдкв; - концентрацію кисню; - тиск плато; - крива потоку і тиску в реальному часі (з можливістю зупинки для виміру); - категорії пацієнта, статус електроживлення; - режими вентиляції та доступ до змін режиму; - змінювання до шкали тиску, потоку, часу, перевод кривих в стоп-кадр; - петлі: тиск-об'єм, об'єм-потік, потік-тиск; - поле настроювання сигналів тривог; 12. Апарат ШВЛ повинен мати систему сигналізації, яка має трирівневий пріоритет та спрацьовує при: - низький тиск подачі кисню; - роботі автономного живлення; - відсутності роботи або розрядженні акумулятору; - від'єднанні контуру пацієнта; 13. Вимоги до основного джерела електроживлення: 13.1. Напруга живлення 100 - 240 В +/- 5 (мережа перемінного струму); 13.2. Частота 50 - 60 Гц (мережа перемінного струму); 14. Вимоги до вбудованого та додаткового акумулятора: 14.1. Номінальна ємність не менше 2600 мА/ч; 15. Вимоги до постачання газопостачання: 15.1. -апарат повинен мати у своєму складі повітряну турбіну; 15.2. Типи газового з'єднувача NF, DISS, NIST; 15.3. Тиск постачання O<sub>2</sub> 2,8 - 6 бар / 280 - 600 кПа; 16. Загальні характеристики: 16.1. Вага апарату повинна бути не більше 16 кг; 16.2. Розміри повинні бути не більше (Д x Ш x Г) 40 x 30 x 35 см; 16.3. Рівень шуму на відстані 1 м не більше 49 дБ; 17. Апарат повинен мати наступну комплектацію: - інструкція з експлуатації; - газовий конектор до мережі, дріт живлення 220 В,- контур для пацієнта; - комплектування мобільним візком; - батарея; - зволожувач

**Ціна договору:**

677 570,00 UAH

**Строк виконання договору:**

від 15 травня 2020  
до 31 грудня 2020

**Джерело фінансування закупівлі:**

<b>Джерело фінансування закупівлі</b>	<b>Опис</b>	<b>Сума</b>
Місцевий бюджет		750000 UAH

**Ідентифікатор договору**

UA-2020-05-15-000923-b-b1