

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-12-01-002975-b

Дата формування звіту: 05 березня 2021

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"
Категорія замовника:	Підприємство, установа або організація, в тому числі міжнародна, що не належить до замовників
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31821381
Місцезнаходження замовника:	54018, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, ПРОСПЕКТ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, 42А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Течешукач Leak detector PHOENIX Quadro арт.250000V02, або еквівалент*	ДК 021:2015:38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	від 14 січня 2021 до 10 березня 2021
Тестова тіч Test Leak TL7 With Helium Reservoir арт.140 23V, або еквівалент*	ДК 021:2015:38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	від 14 січня 2021 до 10 березня 2021

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Передоплата, у розмірі 50% від ціни Договору здійснюється «Покупцем» протягом 10 банківських днів від дати отримання рахунку «Постачальника» на оплату	Аванс	10	Банківські	50
Дата подання заявки	Остаточний розрахунок здійснюється «Покупцем» не пізніше 10 банківських днів з дня отримання письмового повідомлення від «Постачальника» про готовність Товару до відвантаження. Строк надання письмового повідомлення від «Постачальника» про готовність Товару до відвантаження не може перевищувати 56 календарних днів від дати перерахування «Покупцем» передоплати	Аванс	10	Банківські	50

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 01 грудня 2020 11:17

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВ-ПРИЛАД"	940 200,00 UAH без ПДВ	898 800,00 UAH без ПДВ	

МАТЕРІАЛЗ ЛАБ	850 000,00 UAH без ПДВ	850 000,00 UAH без ПДВ	<p>Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі</p> <p>Відхилення поданої ТОВ "МАТЕРІАЛЗ ЛАБ" (код ЄДРПОУ 38262067) пропозиції у Лоті 4 конкурсу (аукціону) на закупівлю ДК 021:2015 Код 38420000-5 «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів, номер ЦБД ProZorro UA-2020-12-01-002975-b у зв'язку з не відповідністю вимог щодо предмету закупівлі, установлені Замовником згідно Додатку 3 конкурсної документації в частині технічних вимог, а саме у запропонований ТОВ "МАТЕРІАЛЗ ЛАБ" (код ЄДРПОУ 38262067) течешукач Pfeiffer Vacuum ASM 310, не підходить, бо не відповідає заявленим нами технічним характеристикам, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в технічній специфікації (далі - ТС) (п.2.12) на течешукач Leak detector PHOENIX Quadro вказаний загальний діапазон вимірюваних течей: 1•10⁻¹² до 1•10⁻¹ мбар•л/с. Чутливість течешукача при вакуумному методі складає ≤ 5•10⁻¹² мбар•л/с, а модель ASM 310 згідно з каталогом Pfeiffer (сторінка 17) має мінімальну чутливість при вакуумному методі 5•10⁻¹³ Па•м³/с (тобто ≥ 5•10⁻¹² мбар•л/с), що не відповідає вимогам ТС. - чутливість течешукача PHOENIX Quadro при режимі щупа складає < 1•10⁻⁹ мбар•л/с, а модель ASM 310 згідно з каталогом Pfeiffer (сторінка 17) має мінімальну чутливість при режимі щупа 1•10⁻⁸ Па•м³/с (тобто 1•10⁻⁷ мбар•л/с), що не відповідає вимогам ТС. - режим ULTRA пов'язаний із необхідністю забезпечення максимальної чутливості при вакуумному методі, тобто < 5•10⁻¹² мбар•л/с. В ТС (п.2.11) обумовлена швидкість відкачки за гелієм в режимі ULTRA > 3,1 л/с. В каталозі Pfeiffer (сторінка 17) швидкість відкачки за гелієм складає 1,1 л/с, що не відповідає вимогам ТС. Назва режиму не має значення, важливо, що технічні характеристики ASM 310 не відповідають ТС. Швидкість відкачки за гелієм має важливе значення для забезпечення чутливості приладу, а також для миттєвого відновлення після «захлинання» від великої порції гелію. - відповідно до ТС швидкість форвакуумної відкачки - 2,5 м³/ч, а у течешукача за каталогом Pfeiffer (сторінка 17) швидкість форвакуумної відкачки - 1,7 м³/ч, що не відповідає вимогам. У зв'язку з низкою швидкістю форвакуумної відкачки суттєво знижується якість відбору проби від загального потоку, що не припустимо. - для виконання калібрування течешукача ми замовили тестову тіч TL7, яка має приєднання до течешукача типу KF 10. Згідно з ТС тестова тіч Calibrated Leak PL T10 007 має приєднання до течешукача типу KF 25, що не дає можливості використовувати її на нашому устаткуванні. - течешукання виконкується у цілодобовому режимі. Згідно з каталогом Pfeiffer (сторінка 6) модель ASM 310 є портативною, лабораторною та не придатна для промислового використання. Течешукач Vacuum ASM 310 не відповідає вимогам ТС. <p>Прийняте рішення з обґрунтуванням: відхилити пропозицію ТОВ "МАТЕРІАЛЗ ЛАБ" (код ЄДРПОУ 38262067) у Лоті 4 конкурсу (аукціону) ДК 021:2015 Код 38420000-5 «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів, номер ЦБД ProZorro UA-2020-12-01-002975-b на підставі п.8 конкурсної документації, коли конкурсна пропозиція не відповідає вимогам Конкурсної документації та Учасник не виправив виявлені Замовником після розкриття конкурсних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй пропозиції, протягом 24 годин з моменту повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.</p>
«J.RICHTER Engineering GmbH & Co.KG»	984 573,50 UAH без ПДВ	898 934,00 UAH без ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

03.02.2021 14:31

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	01 березня 2021
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	1 078 560,00 UAH (в тому числі ПДВ 179 760,00 UAH)
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВ-ПРИЛАД"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	61050, Україна, Харківська область, Харків, 61050, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ПРИМЕРІВСЬКА, будинок 25/27
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	7938
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%