

# ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  
UA-2020-12-03-006081-с

<b>Дата договору/документа:</b>	02 грудня 2020 10:00
<b>Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):</b>	3764
<b>Найменування замовника</b>	Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01998147
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79066, Україна, Львівська обл., Львів, Зелена, буд. 477
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД ЕКСІМ"
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:</b>	38203897
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:</b>	01032, Україна, м. Київ, м. Київ, Назарівська, буд. 1
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Мобільна рентген система IMAX 101A

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів, робіт чи послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Ціна за одиницю</b>
Мобільна рентген система IMAX 101A у складі: VacuDAP compact (Дозиметр VacuDAP compact) в комплекті: VacuDAP compact( Дозиметр VacuDAP compact), Guide-pair 147 (Направляюча пара 147), Cable for power supply 15m (Кабель живлення 15м), Plug-in power supply VacuDAP(EU) (Блок підключення живлення зі штепсельним роз'ємом VacuDAP(EU))	1 комплект	79066, Україна, Львівська область, Львів, Зелена, буд. 477	по 12 грудня 2020	комплект	1760000 UAH

**Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:**

характеристики мобільної рентгенівської системи:  
Вихідна потужність, не менше ніж, 5 кВт Розмір фокусної плями, не менше 1,5 мм Кут нахилу аноду, не менше 15 градусів Діапазон анодної напруги від 40 до 120 кВ Максимальне значення сили струму, не менше ніж 100 мА Діапазон зміни мАс, не гірше ніж, 0.1 ~ 180 Кількість встановлених значень мАс, не менше ніж 46 Діапазон зміни часу експозиції, не гірше ніж, 0,001 - 6,3 сек Кількість встановлених значень експозиції, не менше 32 Теплоємність анода, не менше ніж, 35 кДж Максимальна вага рентгенівської системи, не більше ніж, 150 кг Наявність високочастотного генератора Частота генератора, не менше ніж 100 кГц Анатомічні програми не менше 84 Кольоровий сенсорний екран, не менше 6 дюймів Мікропроцесорне управління із сенсорного дисплею: - 2-краткове управління ( кВ та мАс ) - 3-краткове управління ( кВ, мА та с ) Мінімальна відстань фокус-зображення не більше 500 мм Максимальна відстань фокус-зображення не менше 1750 мм Діапазон обертання рентгенівської трубки не менше  $\pm 90^\circ$ . Параметри електричного живлення - 220В, 50Гц Довжина шнура не менше 6 м Автоматична перевірка та захист трубки Автоматичний контроль та захист від перевантаження Кнопка спуску експозиції, 4 м, довжина шнура не менше 4 м Наявні характеристики плоскопанельного детектора: Тип детектора: безпровідний Розподільча здатність, не менше ніж, 3,4 пар.л/мм. Розмір детектора, не менше ніж, 43x43 см Розмір пікселя, не менше ніж, 140um Вага, не більше 3,5 кг Дозиметр Кріплення Дозиметра: на зовнішньому боці коліматора рентгенівського апарата, у спеціальних рейлінгах Відображення результатів вимірювань здійснюється на дисплеї вимірювальної камери Конструктивне виконання Дозиметра: світлопроникна прямокутна іонізаційна камера з інтегрованим у неї електронним блоком Кріпильний розмір (відстань між рейлінгами коліматора), мм Комплектація: Мобільна рентгенівська системи Плоскопанельний детектор Дозиметр

**Ціна договору:**

1 760 000,00 UAH

**Строк виконання договору:**

до 31 грудня 2020

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1760000 UAH

**Ідентифікатор договору**

UA-2020-12-03-006081-c-a1