

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-02-03-006459-с

Дата формування звіту: 12 березня 2021

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2 ІМЕНІ М.Х. ГЕЛЬФЕРІХА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02001759
Місцезнаходження замовника:	61050, Україна, Харківська область, Харків, м. Харків, вул. Чигирин Юлія, буд.7
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 021:2019 - 35121- інкубатор для транспортування новонароджених, ДК021:2015 - 33152000-0 Інкубатори (ДК 021:2015 - 33150000 -6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії та фізичної терапії)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 021:2019 - 35121- інкубатор для транспортування новонароджених, ДК021:2015 - 33152000-0 Інкубатори (ДК 021:2015 - 33150000 -6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії та фізичної терапії)	ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії НК 024:2019: 35121 — Інкубатор для транспортування новонароджених	1 шт.	61050, Україна, Харківська область, Харків, Чигирин Юлія, буд.7	до 31 грудня 2021

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної.	Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 03 лютого 2021 17:41

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

ПП "МЕДЛАЙТ"	424 000,00 UAH з ПДВ	424 000,00 UAH з ПДВ	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Учасник не надав належного обґрунтування ціни або вартості тендерної пропозиції, що була визначена електронною системою закупівель як аномально низька (відповідно до частини 14 статті 29 Закону)</p> <p>У відповідності до п.1 ч.1 ст.31 Закону відхилити тендерну пропозицію Учасника процедури відкритих торгів UA-2021-02-03-006459-с ПП "МЕДЛАЙТ" (код ЕДРПОУ 31618270) за предметом закупівлі - Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 021:2019 - 35121-інкубатор для транспортування новонароджених, ДК 021:2015 - 33152000-0 Інкубатори (ДК 021:2015 - 33150000 -6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії та фізичної терапії) з наступних підстав: 1) невідповідність медико-технічним вимогам документації Замовника, а саме: - п.4 медико-технічних вимог Додатку 1 до тендерної документації предмета закупівлі Замовником передбачено, що "Інкубатор повинен мати можливість відображати на дисплеї температуру повітря в діапазоні не менше ніж від 20.0-42.0°C з наростанням 0.1°C та налаштувати її у діапазоні не менше ніж від 23.0-38.0°C з наростанням 0.1°C", але на сайті уповноваженого представника в Україні виробника запропонованого обладнання (версія керівництва з використання 1.9.), а саме компанії ТОВ «Віола Медтехніка», з якою співпрацює Учасник, зазначено інший діапазон регулювання температури повітря в межах 20-38°C; - п.7 зазначених медико-технічних вимог Замовника передбачено: "Інкубатор повинен мати можливість відображати на дисплеї температуру шкіри в діапазоні не менше ніж від 30.0-42.0°C з наростанням 0.1°C", а на сайті уповноваженого представника виробника в Україні зазначений діапазон становить 32-38°C; - в описі предмета закупівлі, зазначеном на сайті представника виробника в Україні, вказано: "Інкубатор для новонароджених ВТ-100 призначений для безпечного перевезення новонароджених, що потребують термінової медичної допомоги, а також для їх переміщення з одного лікувального закладу до іншого, зі збереженням заданих кліматичних параметрів". Аналогічний опис вказано і в керівництві з використання зазначеним виробом (п.1.2.Цільове використання): "використовується для транспортування новонароджених, які потребують інтенсивної терапії а також для відновлення температури тіла, інфузій, порятунку та трансферу недоношених новонароджених, критично хворих немовлят та немовлят з обмеженою життєдіяльністю", що також не відповідає вимогам Замовника, передбаченим п.1 медико-технічних вимог: "Транспортний інкубатор закритого типу для новонароджених та передчасно народжених немовлят (далі - Інкубатор), призначений для транспортування немовлят з низькою масою тіла при народженні, а також тяжко хворих новонароджених". - Керівництвом з використання інкубатора ВТ-100 (п.4.1 Загальний огляд) не передбачено акумуляторний блок живлення з дисплеєм, що вимагається Замовником в медико-технічних вимогах п.2 п.п.11. - Замовником вимагається (п.10 медико-технічних вимог) можливість розміщення та кріплення додаткових приладів і пристосувань, але керівництвом з використання інкубатора, запропонованого Учасником (стор.29 зазначеного керівництва) це не передбачено. - Замовником вимагається (п.11 медико-технічних вимог) наявність спеціальних можливостей для перевірки візуальних та звукових сигналів тривоги та рівня заряду батареї та блоку живлення, але п. 4.3.9.3 (Пріоритетність сигналів тривоги) керівництва з використання інкубатора, запропонованого Учасником (стор.56) сигнальна система не має візуального та аудіо сигналів рівня заряду батареї та блоку живлення. 2) Учасник ПП "МЕДЛАЙТ" (код ЕДРПОУ 31618270) надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, та протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції надав її обґрунтування, але Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо вважає за неналежне обґрунтування вказаної у ній ціни предмета закупівлі.</p>
ТОВ "ТСМ АСІСТАНС"	759 900,00 UAH з ПДВ	759 900,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ПП Колар-СВ	760 000,00 UAH з ПДВ	760 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався

**Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:**

26.02.2021 14:50

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	12 березня 2021
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	759 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 126 650,00 UAH)
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТСМ АСІСТАНС"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03189, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	41/2-21
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%