

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-06-16-013457-b

Найменування замовника: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 42574629

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2021-06-16-013457-b

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ПРОФІ КО"	Допущено до аукціону	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМЕДТЕХНІКА"	Пропозицію відхилено	Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Відповідно до п.7.3 Розділу I Додатку 2 до тендерної документації учасник повинен був завантажити в електронну систему закупівель Порівняльну таблицю відповідності предмета закупівлі технічним характеристикам (згідно з таблицею 1 Додатка 1 до тендерної документації), в якій повинні бути зазначені відповідні сторінки документів, які учасник надає в складі пропозиції для підтвердження відповідності запропонованого товару заданим технічним характеристикам. Такими документами можуть бути каталог, та/або буклет, та/або копія інструкції по застосуванню, та/або копія технічного паспорту, та/або інший документ (або витяг з документа), тощо. В наданих матеріалах повинні бути виділені дані, що підтверджують відповідність заданим медико-технічним вимогам. У наданих учасником матеріалах не виділені та не підтверджені наступні вимоги технічного завдання замовника: 1) Форма плетення тканого покриття повинна утворювати подвійний чохол для унеможливлення розриву манжети і спрощення прошивання. Враховуючи викладене, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (абзац другий пункту 2 частини першої статті 31 Закону).
---	-----------------------------	---