

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-06-16-015326-b

Найменування замовника: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 42574629

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2021-06-16-015326-b

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ПРОФІ КО"	Допущено до аукціону	

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМЕДТЕХНІКА"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Під час розгляду тендерним комітетом ДП «Медзакупівлі України» тендерної пропозиції ТОВ "ЄВРОМЕДТЕХНІКА" встановлено, що вона не відповідає вимогам тендерної документації з огляду на наступне: Вимогою до предмета закупівлі, зазначеною в п.3 таблиці 1 додатка 1 до тендерної документації встановлено: «Кільце складається з металевої або пластикової основи та тканого покриття. Форма плетення тканого покриття повинна утворювати подвійний чохол для унеможливлення розриву манжети і спрощення прошивання». Вимогою п. 7.3 розділу I додатка 2 до тендерної документації встановлено надання учасником Порівняльної таблиці відповідності предмета закупівлі технічним характеристикам (згідно з таблицею 1 Додатка 1 до тендерної документації), в якій повинні бути зазначені відповідні сторінки документів, які учасник надає в складі пропозиції для підтвердження відповідності запропонованого товару заданим технічним характеристикам. Такими документами можуть бути каталог, та/або буклет, та/або копія інструкції по застосуванню, та/або копія технічного паспорту, та/або інший документ (або витяг з документа), тощо. В наданих матеріалах повинні бути виділені дані, що підтверджують відповідність заданим медико-технічним вимогам. На виконання вимоги п.7.3 розділу I додатка 2 до тендерної документації учасником ТОВ «Євромедтехніка» надано Порівняльну таблицю відповідності з посиланням на стор. 2 Інструкції із застосування запропонованого товару як підтвердження його відповідності вимозі п.3 таблиці 1 додатка 1. Однак, на вказаній сторінці Інструкції, відсутня інформація, яка підтверджує, що запропонований товар має таку форму плетення тканого покриття, яка утворює подвійний чохол для унеможливлення розриву манжети і спрощення прошивання. Підтвердження відповідності запропонованого товару заданим технічним характеристикам, а саме відповідності вимозі п.3 таблиці 1 додатка 1 не міститься в жодному з документів, наданих учасником в складі його тендерної пропозиції. Отже, учасником ТОВ «Євромедтехніка» не підтверджено відповідність запропонованого товару заданим технічним характеристикам, що не відповідає вимогам тендерної документації. Враховуючи викладене вище, відповідно до абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, зокрема, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
---	-----------------------------	---