

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-08-10-012550-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02008951
Місцезнаходження замовника:	36011, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, 7а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-08-10-012550-a

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України «Про публічні закупівлі»
ТОВ МЕД ТРЕЙД СЕРВІС	Пропозицію відхилено	Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства Учасник ТОВ "МЕД ТРЕЙД СЕРВІС" не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства (абз. 3 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі»), так як у складі своєї пропозиції не надав лист-погодження з проектом договору зазначеного у Додатку 4 до тендерної документації (п. 3 ч. 2 Додатку 2 до тендерної документації).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІОРЕМ"	Допущено до аукціону	
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА"	Допущено до аукціону	

ТОВ "АРМАТО"	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Пропозиція ТОВ "АРМАТО" не відповідає встановленим медико-технічним вимогам в тендерній документації:</p> <p>1. Медико-технічні вимоги до функціонального ліжка:</p> <p>1) Наявність бокових відгороджень (виготовлених з труби не менше Ø25x1,2 мм), що складаються, для захисту пацієнта від падіння на підлогу - Не знайдено підтвердження про виготовлених з труби не менше Ø25x1,2 мм.</p> <p>2) Комплектація: матрац 2-секційний, штатив для в/в вливань з регулюванням по висоті - Не знайдено підтвердження про те, що матрац 2-секційний</p> <p>2. Медико-технічні вимоги до конвекційної системи обігріву:</p> <p>1) Комплект «Конвекційна система обігріву» - Не заповнено</p> <p>2) Конвекційна система обігріву повинна складатися з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвекційного блоку нагріву (електронного нагнітального вентилятору, який подає повітря до ковдри) - 1 шт.; - ковдри для обігріву верхньої частини тулуба 2 шт. - Не указано № сторінки технічної документації 3) Конвекційний блок нагріву повинен мати наступні технічні параметри: <ul style="list-style-type: none"> - наступні температурні режими, не менше 5 : кімнатної температури, низький не більше 35 °С , середній не більше 41 °С, високий не менше 45°С, режим не менше 46 °С; - для швидкого обігріву, температура нагріву ковдри не більше 44,2 °С; - середній час нагріву контактної поверхні до 37 °С не більше 7 хвилин; - кріплення для можливості встановлення на штатив для внутрішньовенних ін'єкцій, для встановлення на ліжку; - систему захисту від переохолодження та перегріву. - джерело живлення 100-240 В змін.ток, 50-60 Гц - На ст.3 відсутня інформація <p>Інформація відображена на 4 сторінці опису</p> <p>Не підтверджені дані режим не менше 46 °С; - для швидкого обігріву, температура нагріву ковдри не більше 44,2 °С; - джерело живлення 100-240 В змін.ток, 50-60 Гц, що штатив можливо установити на ліжку</p> <p>Не відповідає високий не менше 45°С вказано 43°С±1,5</p> <p>4) Ковдра для обігріву верхньої частини тулуба повинна мати наступні параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> - міти спеціальні перфоровані отвори для рівномірного розподілення потоку повітря; - наявність водостійкого покриття; - розміри Ширина x Довжина, не більше ніж 210x72 см в здутому стані. - двома виходами кріплення патрубку. - Не підтверджено наявність водостійкого покриття <p>Керуючись абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» відхилити тендерну пропозицію ТОВ "АРМАТО", так як тендерна пропозиція даного учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
--------------	----------------------	---