

# ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій  
UA-2021-08-12-005161-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	36364624
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21018, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 46-А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:</b>	UA-2021-08-12-005161-a

## Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
--	---	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСЕНКО АВТО ПРОДАКШН"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>За результатами розгляду наданих учасниками документів тендерним комітетом встановлено, що тендерна пропозиція учасника торгів Товариство з обмеженою відповідальністю "КСЕНКО АВТО ПРОДАКШН" не відповідає технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, виходячи з наступного: № Найменування параметра Найменування в пропозиції Учасника</p> <p>Виробник Невідповідність вимогам ТД 1.2 Приймальний пристрій для нош EDEN-04X Stem S.r.l. Italia, Італія Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 1.3 Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить S-242 Ferno Slovakia s.r.o., Словачія Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 2.3 Прилад відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском мінус 65 кПа Прилад відсмоктування ASU-I Ambulanc (SHENZHEN) TECH. Co., Ltd., Китай Невідповідність у створенні вакууму, Величина параметру не повинна перевищувати 0,7 бар, в Учасника вакуум становить 0,8 бар. Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 3.2 Пульсоксиметр портативний+елементи живлення Пульсоксиметр G1B GENERAL Meditech. Inc., Китай Не надано декларацію чи сертифікат відповідності передбачених Технічними регламентами 3.3 Глюкометр Глюкометр Сенсолайт Нова Плюс 77Elektronika Muszeripari Kft., Угорщина Відповідно до вимог Глюкометра пункту 5. Повинен бути призначений для багаторазового використання. Учасник надав інструкцію в якій вказано, що Строк служби батареї приблизно 1 рік або 1000 вимірювань що є невідповідністю відповідно до Загальних вимог п.3 Гарантія на медичне обладнання повинна складати не менше ніж 24 місяці. Даний Глюкометр суперечить вимогам так як в умовах екстреної медичної допомоги прилад використовується безперервно.</p> <p>3.4 Дефібрилятор-монітор з записом показників пацієнта Дефібрилятор-монітор S5 Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd, Китай Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 3.6 Апарат для ШВЛ транспортний Транспортний ШВЛ T5 Ambulanc (SHENZHEN) TECH. Co., Ltd., Китай Відповідно до інструкції на сайті Виробника Ambulanc (SHENZHEN) TECH. Co., Ltd., Китай ступінь захисту, що є п. 6 в вимогах до Апарату ШВЛ (IP) не надається.</p> <p>3.8 Електрокардіограф з функцією дистанційної передачі ЕКГ 3-канальний електрокардіограф SE-301 EDAN INSTRUMENTS, INC, Китай У Вінниці та Вінницькій області встановлено центральні станції для прийому та обробки ЕКГ українського виробника ЮТАС, які можуть синхронізуватись з ЕКГ, які працюють по принципу телеметрії та сумісні з програмою UNET. Даний ЕКГ не буде працювати з центральною станцією, що призведе до окремої закупівлі Електрокардіографів, що спричинить неефективне використання коштів.</p> <p>5.6 Набір пристроїв іммобілізації шийного відділу хребта Комірець для фіксації шийних хребців, модель 449 Ferno-Washington, Inc.(США) Не надано декларацію чи сертифікат відповідності передбачених Технічними регламентами 5.7 Пристрій для іммобілізації шиї та верхньої частини спини Пристрій для іммобілізації KED 500, модель 125 Ferno-Washington, Inc.(США) Не надано декларацію чи сертифікат відповідності передбачених Технічними регламентами 9.1 Контейнер для використаних шприців та голок DISPO Контейнер для збору голوک і медичних відходів ємкість 1,5 л. (з РР, круглий) Keter Italia S.p.a., Італія Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 9.2 Сумка клінічна для відходів DISPO Контейнер для збору голوک і медичних відходів ємкість 3 л. (з РР, круглий) Keter Italia S.p.a., Італія Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання</p>
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром»</p>	<p>Допущено до аукціону</p>	

ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС"	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>За результатами розгляду наданих учасниками документів тендерним комітетом встановлено, що тендерна пропозиція учасника торгів Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" не відповідає технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, виходячи з наступного: № Найменування параметра Найменування в пропозиції Учасника</p> <p>Виробник Невідповідність вимогам ТД 1.1 Основні ноші (каталка) Каталка MonoCarry Devolve s.r.o., Чехія Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 1.2 Приймальний пристрій для нош Платформа EDEN Stem S.r.l. Italia, Італія Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 1.3 Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить Ноші EscaChair Devolve s.r.o., Чехія Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 2.3 Прилад відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском мінус 65 кПа Прилад відсмоктування ASU-I Ambulanc (SHENZHEN) TECH. Co., Ltd., Китай ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» та ТОВ «Віді Юнікомерс» у своїх пропозиціях надали однакові аспіратори, але з різним діапазоном створення вакууму. У вимогах Замовника до даного приладу п.4 Повинен створювати вакуум не менше 0,7 бар. В інструкції ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» надано інформацію, що аспіратор створює вакуум 0,8 бар, у брошурі ТОВ «Віді Юнікомерс» створює вакуум 0,7. Відповідно до інформації, що надає виробник даного обладнання аспіратор створює вакуум – 0,8 бар, тобто дана брошура є сфальсифікована. 3.1 Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів LD-71 Little Doctor Electronic Co., Ltd, Сінгапур Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 3.2 Пульсоксиметр портативний+елементи живлення Пульсоксиметр портативний SP-20 SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD., Китай Не надано гарантійного листа представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 3.3 Глюкометр Глюкометр Сенсолایت Нова Плюс 77Elektronika Muszeripari Kft., Угорщина Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 3.5 Небулайзер LD-210C Little Doctor Electronic Co., Ltd, Сінгапур Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 3.6 Апарат для ШВЛ транспортний Транспортний ШВЛ T5 Ambulanc (SHENZHEN) TECH. Co., Ltd., Китай ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» та ТОВ «Віді Юнікомерс» у своїх пропозиціях надали однакові Апарати ШВЛ, але з різними показниками ступеню захисту від навколишнього середовища. У вимогах Замовника до даного приладу п. 6 Рівень захисту від пилу та вологи не гірше IP24.. В інструкції ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» надано інформацію, що IP44, у брошурі ТОВ «Віді Юнікомерс» IP24. Виробник даного обладнання в офіційній інструкції на сайті не надає інформації щодо ступеня захисту Апарату ШВЛ транспортного. Учасник не надав документального підтвердження проходження тесту 10G 3.8 Електрокардіограф з функцією дистанційної передачі ЕКГ Електрокардіограф SE-301 EDAN INSTRUMENTS, INC, Китай У Вінниці та Вінницькій області встановлено центральні станції для прийому та обробки ЕКГ українського виробника ЮТАС, які можуть синхронізуватись з ЕКГ, які працюють по принципу телеметрії та сумісні з програмою UNET. Даний ЕКГ не буде працювати з центральною станцією, що призведе до окремої закупівлі Електрокардіографів, що спричинить неефективне використання коштів. 4.1 Інфузійний пристрій поршневий типу Шприцевий дозатор MP-30 MEDCAPTAIN MEDICAL TEDNOLOGY CO., LTD., Китай Не надано гарантійного листа представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 6.2 Ларингоскоп з клинками різних розмірів(можуть бути у наборі) Ларингоскопичний набір для дорослих Macintosh C ТОВ «Форзамед» Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 7.1 Стетофонендоскоп Стетоскоп Rapport з подвійною голокою Little Doctor Electronic Co., Ltd, Сінгапур Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 7.2 Термометр медичний безртутний Термометр LD-300 Little Doctor Electronic Co., Ltd, Сінгапур Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 7.3 Діагностичний ліхтарик Діагностичний ліхтарик Cliplight Led SET Little Doctor Electronic Co., Ltd, Сінгапур Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 9.1 Контейнер для використаних шприців та голок EASY Контейнер для збору голок і медичних відходів ємкість 1,5 л. (з РР), шт. (6-н) Keter Italia S.p.a., Італія Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання 9.2 Сумка клінічна для відходів DISPO Контейнер для збору голок і медичних відходів ємкість 0,7 л. (з РР), шт. (6-н) Keter Italia S.p.a., Італія Не надано авторизацію представника/імпортера/ дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником медичного обладнання</p>
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДАВТО»	Допущено до аукціону	