

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-09-23-001890-a

Найменування замовника:	Одеський національний медичний університет
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02010801
Місцезнаходження замовника:	65082, Україна, Одеська область, Одеса, Валіховський провулок, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-09-23-001890-a

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ОРТО-ЛАЙФ"	Пропозицію відхилено	Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації Учасником не підтверджено відповідність наданої тендерної пропозиції технічним вимогам тендерної документації за номенклатурною позицією № 47 «32390 Свердло хірургічне спіральне багаторазового використання (Свердло 1,67мм)», а саме, відповідно до інформації, зазначеній у заповненому з боку учасника Додатку 2 до тендерної документації та у Брошурі «Артроскопічні інструменти», наданих у складі тендерної пропозиції, діаметр канюляції складає 1,68 мм, що не відповідає наступній вимозі тендерної документації «Діаметр канюляції не більше 1,67 мм.» Вищезазначене є підставою для відхилення тендерної пропозиції відповідно до абзацу другого пункту 2 частини 1 статті 31 Закону через те, що тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХМЕД КАРДІО"</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації Учасником не підтверджено відповідність наданої тендерної пропозиції технічним вимогам тендерної документації за номенклатурною позицією № 47 «32390 Свердло хірургічне спіральне багаторазового використання (Свердло 1,67мм)», а саме, відповідно до інформації, зазначеній у заповненому з боку учасника Додатку 2 до тендерної документації та у Брошурі «Артроскопічні інструменти», наданих у складі тендерної пропозиції, діаметр канюляції складає 1,68 мм, що не відповідає наступній вимозі тендерної документації «Діаметр канюляції не більше 1,67 мм.» Вищезазначене є підставою для відхилення тендерної пропозиції відповідно до абзацу другого пункту 2 частини 1 статті 31 Закону через те, що тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
--	-----------------------------	---