

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-10-23-007016-b

Дата формування звіту: 05 січня 2022

Найменування замовника:	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012906
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Прорізна, 19
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Експрес-тести для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (50280 Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз) - 78975 шт.
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Експрес-тести для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (50280 Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз) - 78975 шт. (Категорія замовника: орган місцевого самоврядування. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: українська.)	ДК 021:2015:33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2019: 50280 — Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз	78975 шт	01001, Україна, м. Київ, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Прорізна, будинок 19	до 31 грудня 2021

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до договору, після їх отримання та згідно пред'явленої учасником видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 банківських днів з дати отримання замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.	Післяоплата	5	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 23 жовтня 2021 19:31

Кількість учасників закупівлі: 8

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "ЕКВІТЕСТЛАБ"	—		<p>Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки: - технічними вимогами Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю визначено, що «Відносна чутливість - Не гірше 98%», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника, у запропонованого ним товару відносна чутливість - 96,86%; - технічними вимогами Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю визначено, що «Пакування швидкого однокрокового імунохроматографічного тесту повинно включати: - Індивідульний тест, - Індивідульну ємність з буфером для екстракції, - Індивідуальну інструкцію», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника, у запропонованого ним товару пакування включає також зонд-тампон; - технічними вимогами Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю визначено, що «Швидкий однокроковий імунохроматографічний тест повинен зберігатися при температурі від 2 0С до 30 0С», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника, запропонований ним товар повинен зберігатися при температурі від 4 0С до 30 0С; - всупереч пункту 5 Загальних вимог Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю, в складі тендерної пропозиції учасника відсутній оригінал гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією; - всупереч пункту 9 Загальних вимог Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю, в складі тендерної пропозиції учасника відсутня заповнена форма тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).</p>
-------------------	---	--	---

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКІРА"</p>	<p>—</p>		<p>Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки: - технічними вимогами визначено, що «Подушечка для зразка повинна бути з'єднана з тестовою смужкою для забезпечення екстракції і тестової реакції без додаткового розкапування екстрагованого матеріалу, що забезпечує однокроковість процедури тестування», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника (зокрема, наданої інструкції), у запропонованого ним товару процедура тестування передбачає додаткове розкапування, а саме: додавання 3 крапель зразка у буферному розчині у віконце для зразка; - технічними вимогами визначено, що «Пакування швидкого однокрокового імунохроматографічного тесту повинно включати: - Індивідульний тест, - Індивідульну ємність з буфером для екстракції, - Індивідуальну інструкцію», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника, у запропонованого ним товару пакування включає також тампон для мазка.</p>
<p>ТОВ "ІМЕД"</p>	<p>—</p>		<p>Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації Зважаючи на рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 16.12.2021 №27802 -р/пк-пз та відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
<p>ТОВ "Нортон-Україна"</p>	<p>—</p>		<p>Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації Зважаючи на рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 16.12.2021 №27802 -р/пк-пз та відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>

ТОВ МЕД СЕРВІС+	—		<p>Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки: - технічними вимогами визначено, що «Подушечка для зразка повинна бути з'єднана з тестовою смужкою для забезпечення екстракції і тестової реакції без додаткового розкапування екстрагованого матеріалу, що забезпечує однокроковість процедури тестування», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника (зокрема, наданої інструкції), у запропонованого ним товару процедура тестування передбачає додаткове розкапування, а саме: додавання 3 крапель зразка у буферному розчині у віконце для зразка; - всупереч пункту 9 Загальних вимог до предмету закупівлі, в складі тендерної пропозиції учасника відсутня заповнена форма тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).</p>
-----------------	---	--	--

ТОВ АТІС ФАРМА	—	<p>Учасник процедури не відповідає вимогам встановленим абзацом 1 част. 3 статті 22 цього Закону. Тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: а) тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки: - технічними вимогами визначено, що «Подушечка для зразка повинна бути з'єднана з тестовою смужкою для забезпечення екстракції і тестової реакції без додаткового розкапування екстрагованого матеріалу, що забезпечує однокроковість процедури тестування», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника (зокрема, наданої інструкції), у запропонованого ним товару процедура тестування передбачає додаткове розкапування, а саме: додавання 3 крапель зразка у буферному розчині у віконце для зразка; - технічними вимогами визначено, що «Пакування швидкого однокрокового імунохроматографічного тесту повинно включати: - Індивідуальний тест, - Індивідуальну ємність з буфером для екстракції, - Індивідуальну інструкцію», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника, у запропонованого ним товару пакування включає також назофарингеальний тампон; - технічними вимогами визначено, що «Швидкий однокроковий імунохроматографічний тест повинен зберігатися при температурі від 2 0С до 30 0С», тоді як, згідно документів тендерної пропозиції учасника, запропонований ним товар повинен зберігатися при температурі від 4 0С до 30 0С; - всупереч пункту 9 Загальних вимог до предмету закупівлі, в складі тендерної пропозиції учасника відсутня заповнена форма тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності); б) учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства (тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації), оскільки: всупереч вимогам пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації на закупівлю, в складі тендерної пропозиції учасника відсутній проект договору.</p>
----------------	---	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій
Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%