

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2021-10-26-009924-b
Дата формування звіту: 28 січня 2022

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	21Т-279_38410000-2 - Лічильні прилади (Комплект приладів вимірювання та моніторингу витоків метану (Лот №1 - 38410000-2 - Лічильні прилади (Тепловізор-детектор витоків газів вибухозахищений); (Лот №2 - 38410000-2 - Лічильні прилади (Пробовідбірник витоків газів Hi-Flow або еквівалент)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38410000-2: Лічильні прилади

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38410000-2 Лічильні прилади (Тепловізор-детектор витоків газів вибухозахищений)	ДК 021:2015:38410000-2 — Лічильні прилади	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 20 лютого 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Оплата по факту поставки протягом 30 календарних днів з дати постачання та підписання акту прийому-передачі Товару.	Післяоплата	30	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 жовтня 2021 15:34

Кількість учасників закупівлі: 4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТАЛОН-ПРИЛАД"	—		Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Не відповідає вимогам додатку 3 до тендерної документації, а саме: згідно Додатку № 3 до тендерної документації на підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмету закупівлі згідно додатку №3 до тендерної документації, учасник надає заповнений додаток №3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі разом з заповненим графіком поставки та документи згідно з Додатком 3.1 до тендерної документації. Відповідно до Додатку №3 вимоги до системи захисту: Виконання копіюю ІРС. У зазначених документах Учасника: файл (тех специф та серт якості FLIR GFx20.pdf) та файл (FLIR GFx20-14902-0102-en-US_A4.pdf) вказаний ступінь захисту IP 54 (IEC 60529), у тендерній пропозиції ТОВ НВП "ЕТАЛОН-ПРИЛАД" вказано ступінь захисту IP 54, що не відповідає вимогам додатку 3 до тендерної документації. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

ТОВ "НЕОТЕСТ ЛТД"	—	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам додатку №3 до тендерної документації, де зазначено, що На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмету закупівлі згідно Додатку № 3 до тендерної документації, учасник надає заповнений додаток № 3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі разом з заповненим графіком поставки. Додатком № 3 до тендерної документації передбачено, зокрема: «виявлення газів, зокрема: етилен; характеристики датчика оптики, зокрема: режим високої чутливості». На виконання вказаних вимог учасник в складі тендерної пропозиції завантажив до системи інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі від 26.11.2021р. вихід № 614 (файл: «Інформація про технічні, кількісні та якісні характеристики.pdf»), в якій не зазначено, що запропонований учасником товар виявляє етилен, що датчик оптики має режим високої чутливості, що унеможливає ідентифікацію відповідності запропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмету закупівлі, та свідчить про невідповідність наданої інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вимогам тендерної документації. Не відповідає вимогам додатку 3.1 до тендерної документації, а саме: згідно Додатку № 3 до тендерної документації на підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмету закупівлі згідно додатку №3 до тендерної документації, учасник надає заповнений додаток №3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі разом з заповненим графіком поставки та документи згідно з Додатком 3.1 до тендерної документації. Згідно Додатку № 3.1 до тендерної документації на підтвердження відповідності технічним характеристикам предмету закупівлі, зазначеним вище, надати документ (-ти), а саме: скан-копію паспорту та/або сертифікату якості від фактичного виробника на запропонований товар (предмет закупівлі) із зазначенням технічних характеристик. На виконання вказаних вимог учасник в складі тендерної пропозиції завантажив до системи скан-копію технічної специфікації (Сертифікат якості) на інфрачервоний камеру Gas DetectIR VOC (файл: «Скан-копія Тех спец серт якості GAS DETECTIR VOC_УКР.pdf»), в якій виробник не зазначено, що камера виявляє етилен, що унеможливає ідентифікацію відповідності запропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмету закупівлі, та свідчить про невідповідність наданої технічної специфікації (Сертифікат якості) вимогам тендерної документації. Не відповідає вимогам додатку 3.1 до тендерної документації, а саме: згідно Додатку № 3 до тендерної документації на підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмету закупівлі згідно додатку №3 до тендерної документації, учасник надає заповнений додаток №3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі разом з заповненим графіком поставки та документи згідно з Додатком 3.1 до тендерної документації. Згідно Додатку № 3.1 до тендерної документації на підтвердження відповідності технічним характеристикам предмету закупівлі, зазначеним вище, надати документ (-ти), а саме: скан-копію паспорту та/або сертифікату якості від фактичного виробника на запропонований товар (предмет закупівлі) із зазначенням технічних характеристик. Відповідно до Додатку №3 вимагалось. Автоматичне та ручне налаштування зображень: Зберігання зображень - Режим зберігання зображень - ІЧ/візуальне зображення. Візуальне зображення автоматично наслідатється на відповідне ІЧ-зображення. Відеозапис і потокове відео: - Запис нерадіометричного ІЧ-відео - на карту пам'яті. Можливість об'єднання ІЧ-відео з візуальним відео в одному файлі - Потокова передача радіометричних ІЧ-зображень - повне динамічне на PC через USB або WLAN. У наданому Учасником документі, заповненому згідно з Додатком 3 до тендерної документації (Інформація про технічні, кількісні та якісні характеристики.pdf) зазначені відповідні вимоги, але підтвердження відповідності даних характеристик специфікації запропонованого приладу (Скан-копія Тех спец серт якості GAS DETECTIR VOC_УКР.pdf) не виявлено, що свідчить про невідповідність наданої технічної специфікації (Сертифікат якості) вимогам тендерної документації. Підставою відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
-------------------	---	---

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ"	13 250 000,00 UAH з ПДВ	13 250 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ Екоренсісг	13 400 000,00 UAH з ПДВ	13 400 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 11.01.2022 09:01

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 27 січня 2022

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 13 249 999,98 UAH (в тому числі ПДВ 2 208 333,33 UAH)

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Україна, 03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 1

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: УГВ 557/30-22

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%