

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-15-005334-a

Дата формування звіту: 06 грудня 2021

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯМПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЯМПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 01982726 |
| Місцезнаходження замовника: | 24500, Україна, Вінницька область, Ямпіль, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 1 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Швидкий тест на антиген COVID-19 (НК 024:2019 код 50280 - Коронавірус (SARS-CoV) антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз, 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Швидкий тест на антиген COVID-19: Касета мазок з носоглотки імунохроматографічний, експрес-аналіз | ДК 021:2015: 33124110-9 — Діагностичні системи НК 024:2019: 50280 — Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз | 1025 штуки | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | Оплата за Товар здійснюється протягом 30 (десяти) календарних днів від дня отримання Товару Замовником у безготівковій формі | Післяплата | 30 | Календарні | 100 |
|-----------------|--|------------|----|------------|-----|

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 15 листопада 2021 11:46

Кількість учасників закупівлі: 3

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
| ТОВ АТІС ФАРМА | 74 825,00 UAH з ПДВ | 74 825,00 UAH з ПДВ | <p>Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі</p> <p>Під час детального розгляду поданих документів у складі пропозиції Учасника було виявлено, що надана пропозиція не відповідає вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмету закупівлі, а саме:</p> <p>Учасником ТОВ АТІС ФАРМА запропоновано Товар, що не відповідає вимогам Технічної специфікації, але надана Інструкція не містить підтвердження наступних вимог:</p> <ol style="list-style-type: none"> В наданій Інструкції відсутня інформація стосовно кількості тестів, буферів для екстракції, стерильних тампонів для мазка та посібників користувача, що не відповідає вимогам Технічної специфікації. Вимагалось: Комплектація набору: 25 тест-касет, 25 буферів для екстракції, 25 стерильних тампонів для мазка, 1 посібник користувача. В наданій Інструкції наявна інформація Температура зберігання 4°C - 30°C, що не відповідає вимогам Технічної специфікації. Вимагалось: температура зберігання від +2 до +30 C. В наданій Інструкції відсутня інформація стосовно Інтерференції слизу, що не відповідає вимогам Технічної специфікації. Вимагалось: Інтерференція: наступні речовини не повинні впливати на результат тестування: слиз, цільна кров, фенілефрин, будесонід, спрей назальний, дексаметазон, оксиметазолін, флунізолід, ребетол, реленца, таміфлю, мупіроцин, тобраміцин. <p>Таким чином пропозиція Учасника підлягає відхиленню відповідно до пункту 1 частини 13 статті 14 Закону оскільки пропозиція Учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.</p> |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|---|
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКІРА"</p> | <p>82 000,00 УАН з ПДВ</p> | <p>82 000,00 УАН з ПДВ</p> | <p>Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі</p> <p>Під час детального розгляду поданих документів у складі пропозиції Учасника було виявлено, що надана пропозиція не відповідає вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмету закупівлі, а саме:</p> <p>Учасником ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКІРА" запропоновано Товар, що не відповідає вимогам Технічної специфікації, а надана Інструкція не містить підтвердження наступних вимог:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В наданій Інструкції відсутня інформація стосовно кількості тестів, буферів для екстракції, стерильних тампонів для мазка та посібників користувача, що не відповідає вимогам Технічної специфікації. Вимагалось: Комплектація набору: 25 тест-касет, 25 буферів для екстракції, 25 стерильних тампонів для мазка, 1 посібник користувача. 2. В наданій Інструкції відсутня інформація стосовно температури при якій проводиться тестування. Вимагалось: Процедура тестування проводиться при температурі 15-30 С. 3. В наданій Інструкції відсутня інформація стосовно Перехресної реактивності до наступних мікроорганізмів: arcanobacterium, corynebacterium, escherichia coli, moraxella catarrhalis, neisseria lactamica, nesseria subllava, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus subspaceus, staphylococcus epidermidis, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, streptococcus salivarius, streptococcus sp group F. Вимагалось: Перехресна реактивність: повинна бути відсутня до наступних мікроорганізмів, які можуть викликати респіраторні інфекції: arcanobacterium, candida albicans, corynebacterium, escherichia coli, moraxella catarrhalis, neisseria lactamica, nesseria subllava, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus subspaceus, staphylococcus epidermidis, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, streptococcus salivarius, streptococcus sp group F. 4. В наданій Інструкції відсутня інформація стосовно Інтерференції слизу, будесоніду, дексаметазону, ребетолу та реленца, що не відповідає вимогам Технічної специфікації. Вимагалось: Інтерференція: наступні речовини не повинні впливати на результат тестування: слиз, цільна кров, фенілефрин, будесонід, спреї назальний, дексаметазон, оксиметазолін, флунізолід, ребетол, реленца, таміфлю, мупіроцин, тобраміцин. 5. Учасником не надано копії, завірені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі наявності): декларацій відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів або ін. копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) запропонованого товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. 6. Учасником не надано документальне підтвердження повноважень для видачі листів Авторизації на участь в торгах, що поширюються на територію України. <p>Таким чином пропозиція Учасника підлягає відхиленню відповідно до пункту 1 частини 13 статті 14 Закону оскільки пропозиція Учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.</p> |
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКНА УКРАЇНА"</p> | <p>91 737,50 УАН з ПДВ</p> | <p>91 737,50 УАН з ПДВ</p> | |

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

02.12.2021 09:59

| | |
|--|--|
| Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 06 грудня 2021 |
| Сума, визначена в договорі про закупівлю: | 91 737,50 UAH |
| Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКНА УКРАЇНА" |
| Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 02141, Україна, м. Київ, Київ, вулиця Лариси Руденко, будинок 6А |
| Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | Відсутня |
| Ідентифікатор договору: | 328-12/21 |
| Застосовані критерії оцінки: | Ціна - 100% |