

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-11-26-005958-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03067009
Місцезнаходження замовника:	33027, Україна, Рівненська область, Рівне, вулиця Київська, будинок 60
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-11-26-005958-b

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ПП ТПК "ЕРГОКОМ"	Допущено до аукціону	

ТОВ "СТМ-Фарм"	Пропозицію відхилено	<p>тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації відсутнє підтвердження марки сталі голки шовного матеріалу; порядковий №23 Додаток 1 до Тендерної документації: Нитки (Сапфіл) USP 2/0 (або еквівалент) (код НК 024:2019 13908 - Полигліколеве кислотне шво), відповідно до технічних характеристик - Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується стерильний: Синтетична плетена нитка, полігліколідна, що розсмоктується (100% полігліколід) з покриттям з рівних частин сополімера гліколіду (30%) і L- лактиду (70%) і стеарату кальцію (1%). Колір фіолетовий, терміни розсмоктування: втрата 50% міцності через ~ 21 добу, повне розсмоктування через 60-90 діб. Умовний розмір USP 2/0, довжиною 75 см з одною колючою голкою чорного кольору 1/2 окружності , довжиною 30 мм, виготовлену зі сталі AISI 302 з подвійним силіконовим покриттям. Однак пропозиція подана учасником ТОВ «СТМ - Фарм» не відповідає вимогам технічних характеристик, а саме запропоновано: нитка ПГА виготовлена з гомополімеру гліколевої кислоти (100% полігліколід), з покриттям полікапролактону і стеарату кальцію, що є різними складовими по хімічному складу згідно медико технічного завдання. Порядковий №25 Додаток 1 до Тендерної документації: Мононитка з поліефіру №3/0 з зворотно ріжучою голкою 3/8 окружності довжиною 24 мм (або еквівалент) (код НК 024:2019 13906 - Поліестерне шво), відповідно до технічних характеристик - Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується стерильний: Мононитка виготовлена з поліефіру, колір синій, умовний розмір USP 3/0 довжиною 75 см з одною зворотно ріжучою голкою 3/8 окружності довжиною 24 мм, виготовлену зі сталі AISI 302 з подвійним силіконовим покриттям. Однак пропозиція подана учасником ТОВ «СТМ - Фарм» не відповідає вимогам технічних характеристик, а саме запропоновано: Неолен, хірургічний шовний матеріал що не розсмоктується та виготовлений з поліуританового поліефіру, що є різними складовими по хімічному складу згідно медико технічного завдання.</p>
----------------	----------------------	---

ФІЗИЧНА ОСОБА- ПІДПРИЄМЕЦЬ СІДО ВИЛИНА МИКОЛАЇВНА	Пропозицію відхилено	тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації порядковий №22 Додаток 1 до Тендерної документації: Технічна характеристика ниток нейлон 7-0: вказано колюча голка, а потрібно колюча голка з подовженим кінчиком чорного кольору. порядкові № 6, 8, 9, 10, 11 Додаток 1 до Тендерної документації: Технічна характеристика ПГА МО USP 0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0; склад вище вказаних ниток поліглекапрон, а потрібно синтетична монофіламентна нитка, яка складається з 75% гліколіда та 25% е-капролактона. порядковий №24 Додаток 1 до Тендерної документації: Технічна характеристика мононитки філен USP 3/0: склад вище вказаних ниток полівініліденфторід, а потрібно мононитка виготовлена з поліуретанового ефіру. порядковий №25 Додаток 1 до Тендерної документації: Технічна характеристика мононитки з поліефіру USP 3/0: склад вище вказаних ниток полівініліденфторід, а потрібно мононитка виготовлена з поліефіру.
---	----------------------	--