

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-12-14-020253-с

Дата формування звіту: 23 лютого 2022

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СЕВЕРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42853384
Місцезнаходження замовника:	93400, Україна, Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	код ДК 021:2015: 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (код НК 024:2019: 37627 «Система рентгенівська скринінгова для органів грудної клітини») (Пересувний діагностичний медичний комплекс на базі шасі автомобіля, оснащений цифровим флюорографом – 1 комплект)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Пересувний діагностичний медичний комплекс на базі шасі автомобіля, оснащений цифровим флюорографом	ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини	1 комплект	93400, Україна, Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5	до 31 грудня 2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 14 грудня 2021 17:49

Кількість учасників закупівлі: 4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ КВАНТ-С	—		<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТ-С" (Код ЄДРПОУ 31484329) не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: 1. На вимогу Додатку №2 тендерної документації Учасник повинен надати інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першої і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) однією довідкою в довільній формі. Довідка, надана від Учасника, не містить інформації про відсутність підстав, згідно п.2 ч.1, п.3 ч.1, п.4 ч.1, п.8 ч.1, п.9 ч.1, п.10 ч.1, п.11 ч.1 статті 17 Закону. 2. На вимогу Додатку №1 тендерної документації Учасник повинен надати копію декларації відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. Відповідно до тендерної пропозиції Учасник пропонує товар «Повнорозмірний фургон ATAMAN D093 зі встановленим Комплексом рентгенівським діагностичним «INDIascap»». На виконання вимоги Додатку №1 Учасник надає копію Декларації про відповідність, тим самим підтверджуючи можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, але іншого товару «Комплекс рентгенівський діагностичний КРД 50 «INDIascap», який може бути встановлено на шасі транспортного засобу Повнорозмірний фургон ATAMAN D093. Також Учасником не надана в тендерній пропозиції копія Сертифікату відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів № UA.TR.002.CB.1716-20 від 26.05.2020р., який зазначений у Декларації про відповідність. Таким чином, Учасник не надав підтвердження введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу - пересувного діагностичного медичного комплексу, який є предметом закупівлі. 3. На вимогу Додатку №1 тендерної документації Учасник повинен надати ліцензію на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, в якій зазначено товар, що запропонований Учасником. В складі тендерної пропозиції Учасника відсутня ліцензія на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання на «Повнорозмірний фургон ATAMAN D093 зі встановленим Комплексом рентгенівським діагностичним «INDIascap»». Таким чином, Учасник не надав ліцензію на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання на медичний виріб - пересувний діагностичний медичний комплекс, який є предметом закупівлі. 4. На вимогу Додатку №1 тендерної документації Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико - технічним вимогам тендерної документації, у вигляді технічної інформації виробника (технічного опису або інструкції користувача, тощо) українською мовою з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах. На підтвердження медико-технічних вимог Учасник надав в складі тендерної пропозиції Технічний паспорт на Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascap» на базі шасі переобладнаного транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter Van CDI», але згідно документів Учасника запропонованим товаром є Повнорозмірний фургон ATAMAN D093 зі встановленим Комплексом рентгенівським діагностичним «INDIascap»». Враховуючи вищезазначене Учасник не надав документального підтвердження медико-технічним вимогам, які зазначені в тендерній документації. 5. При проведенні аналізу наданих документів від Учасника, щодо відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам, встановлено: 1). В таблиці «Медико-технічні вимоги» в вимогах до п. 4.3.3. вказано, Розмір великої фокусної плями - Не більше 1,2 мм. Учасник зазначає, що Випромінювач рентгенівський діагностичний ИРД-2 відповідає даній вимозі, але на стор. 19 паспорту «Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascap»» зазначається, що в комплект Випромінювача рентгенівського діагностичного ИРД-2 входить Рентгенівська трубка SM 65-0.6/1.3-130, у якій розмір великої фокусної плями становить 1,3 мм, що не відповідає медико-технічним вимогам. 2). В таблиці «Медико-технічні вимоги» в вимогах до п. 4.6.5. вказано, Медичний монітор з матрицею 2 МП розміром по діагоналі - Не менше 54 см. Відповідно до паспорту «Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascap»» на стор.13 вказано, Монітор монохромний медичний двомегапіксельний, діагоналю, не менше 21", що становить 53,34 см, та не відповідає медико-технічним вимогам. 3). В наданий від Учасника таблиці «Медико-технічні вимоги» встановлені наступні невідповідності: - в п. 3.1.1 немає посилання на сторінку технічної документації; - п.4 не заповнений; - п.4.5.3 не заповнений; - п.4.5.4 не відповідає посилання на сторінку (підтвердження інформації відсутнє на 16 стор.) - п. 4.6.2 в таблиці відсутнє посилання на сторінку для підтвердження інформації. Таким чином, згідно абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону, тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>

ТОВ "ІНДІС"	—		<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Тендерна пропозиція ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДІС" (Код ЄДРПОУ 35847251) не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: 1. На вимогу Додатку №2 тендерної документації Учасник повинен надати Довідку в довільній формі про наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для постачання товару та виконання умов договору. Під наявністю слід розуміти власне, орендоване, або отримане як послугу майно чи технології. Але Довідка Учасника, яка надана в складі тендерної пропозиції, не містить необхідної інформації щодо наявності в учасника власного, орендованого, або отриманого як послугу майна чи технологій. Комп'ютерна техніка та засоби мобільного зв'язку, що знаходяться у офісному приміщенні, дозволяють оперативному реагувати на звернення Замовника - не несе в собі інформацію стосовно наявності власного, орендованого отриманого як послугу обладнання, приміщення, основних засобів. 2. На вимогу Додатку №1 тендерної документації Учасник повинен надати копію декларації відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. Відповідно до тендерної пропозиції Учасник пропонує товар «Комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 у модифікації Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascap» на базі шасі переобладнаного транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter Van CDI». На виконання вимоги Додатку №1 Учасник надає копію декларації про відповідності та сертифікат відповідності, тим самим підтверджуючи можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, але іншого товару «Комплекс рентгенівський діагностичний КРД 50 «INDIascap», який може бути встановлено на шасі транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter Van CDI. Таким чином, Учасник не надав підтвердження введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу - пересувного діагностичного медичного комплексу, який є предметом закупівлі. 3. На вимогу Додатку №1 тендерної документації Учасник повинен надати ліцензію на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, в якій зазначено товар, що запропонований Учасником. В складі тендерної пропозиції Учасника надана ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання на «Комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIascap», натомість ліцензія на запропонований товар «Комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 у модифікації Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascap» на базі шасі переобладнаного транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter Van CDI» відсутня. Таким чином, Учасник не надав ліцензію на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання на медичний виріб - пересувний діагностичний медичний комплекс, який є предметом закупівлі. 4. На вимогу Додатку №1 «Медіко-технічні вимоги» Учаснику необхідно заповнити таблицю, зазначити «Так» чи «Ні», вказати параметр системи, яка пропонується, з посиланням на сторінку технічної документації. Учасник надав в складі тендерної пропозиції заповнену таблицю, проте у всіх пунктах не вказав параметри системи, що пропонуються, а лише написав «Так» та вказав посилання на сторінку документу, тим самим не виконав вимоги тендерної документації. 5. При проведенні аналізу наданих документів від Учасника, щодо відповідності запропонованого товару медіко-технічним вимогам, встановлено: 1). В таблиці «Медіко-технічні вимоги» в вимогах до п. 4.3.3. вказано, Розмір великої фокусної плями - Не більше 1,2 мм. Учасник зазначає, що Випромінювач рентгенівський діагностичний ІРД-2 відповідає даній вимозі, але на стор. 19 паспорту «Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascap»» зазначається, що в комплект Випромінювача рентгенівського діагностичного ІРД-2 входить Рентгенівська трубка SM 65-0.6/1.3-130, у якої розмір великої фокусної плями становить 1,3 мм, що не відповідає медіко-технічним вимогам. 2). В таблиці «Медіко-технічні вимоги» в вимогах до п. 4.5.5. вказано, Медичний монітор з матрицею 2 МП розміром по діагоналі - Не менше 54 см. Відповідно до паспорту «Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIascap»» на стор.13 вказано, Монітор монохромний медичний двохмегапксельний, діагоналю, не менше 21", що становить 53,34 см та не відповідає медіко-технічним вимогам. Таким чином, згідно абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону, тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
ТОВ ГЕОСАНТРИС	9 000 000,00 UAH з ПДВ	9 000 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛТАНМЕД"	9 096 667,00 UAH з ПДВ	9 096 667,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 04.02.2022 10:22

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 23 лютого 2022

Сума, визначена в договорі про закупівлю:	9 000 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 588 785,05 UAH)
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ГЕОСАНТРИС
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	04116, Україна, м. Київ, Київ, Вулиця Ванди Василевської, будинок 13, корпус 1, квартира 14
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	32
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%