

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-12-30-006474-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02006113
Місцезнаходження замовника:	14029, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Волковича, 25
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-12-30-006474-с

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРТНЕРИ МЕД"	Допущено до аукціону	

ТОВ "Фармедіс"	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Під час перегляду уповноваженою особою, а також робочою комісією Замовника щодо медико-технічних вимог наданих документів Учасника ТОВ «Фармедіс», було встановлено, що даний Учасник не в повному обсязі підтвердив відповідність запропонованих товарів за п.8 - «Комплект серветок медичних №2, одноразовий» та п.9 - «Комплект серветок медичних №3, одноразовий» виробництва ТОВ «ЛТІ» медико-технічним вимогам, встановленим в таблиці щодо медико-технічних характеристик до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації). Враховуючи наведене, уповноваженою особою було вирішено відхилити пропозицію Учасника ТОВ «Фармедіс» згідно п.2 ч.1 ст.31 Закону (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації)</p>
----------------	----------------------	--

<p>ТОВ " Медичний центр "М.Т.К."</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Під час перегляду уповноваженою особою, а також робочою комісією Замовника щодо медико-технічних вимог наданих документів Учасника ТОВ «Медичний центр "М.Т.К."», було виявлено, що даний Учасник не повністю підтвердив відповідність усіх запропонованих товарів медико-технічним вимогам, встановленим в таблиці щодо медико-технічних характеристик до предмету закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації). Згідно таблиці «1.1.Перелік товарів, які підлягають закупівлі та їх технічна характеристика» ТЕХНІЧНОЇ СПЕЦИФІКАЦІЇ за п.4 «Шприц 2,0 мл» передбачалося придбання шприца об'ємом 2,0 мл з розміром голки 0,6x25 мм. Учасник в документі «5. Технічна частина.pdf» пропонує для придбання за п.4 «Шприц 2 мл луер двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 06x32 мм», що суперечить вимогам тендерної документації. За п.8 «Комплект ін'єкційний (шприци по 2 мл з серветками спиртовими)» та п.9 «Комплект ін'єкційний (шприци по 5 мл з серветками спиртовими)» запропонований товар також не відповідає медико-технічним вимогам Замовника: розмір голок в «Комплекті ін'єкційному, шприц 2мл - 10шт. з серветками спиртовими - 20 шт.», а також розмір серветок в обох комплектах (п.8 «Комплект ін'єкційний, шприц 2мл - 10шт. з серветками спиртовими - 20 шт.» та п.9 «Комплект ін'єкційний, шприц 5мл - 10шт. з серветками спиртовими - 20 шт.») не відповідають встановленим розмірам Замовника, крім того не підтверджені й інші медико-технічні вимоги Замовника за даними пунктами. За п.10 «Система ПР» запропонований товар «Система без фталатів для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів» не відповідає вимогам Замовника: діаметр трубки є меншим ніж 3,5 мм. За п.16 «Бинт марлевий нестерильний, 7м x 14см тип 7» Учасник пропонує бинт, товщина якого 35 мм, а повинен мати товщину не більше 25 см, що також не відповідає медико-технічним вимогам Замовника, встановленим в Технічній специфікації (додаток 2 до тендерної документації). Враховуючи наведене, уповноваженою особою було вирішено відхилити пропозицію Учасника ТОВ «Медичний центр "М.Т.К."» згідно п.2 ч.1 ст.31 Закону (тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації).</p>
--------------------------------------	-----------------------------	---