

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2022-01-06-004193-с

Найменування замовника: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади (ЦЗО)

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 42574629

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2022-01-06-004193-с

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
--	---	---

ТОВ "ЛЕДУМ"	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Відповідно до пп. 2.1 пункту 2 додатку 2 до тендерної документації «Інформація, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі» кожен учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати Довідку про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, за формою, що наведена у Додатку 1 до тендерної документації.</p> <p>Учасник також повинен зазначити відповідні сторінки документів для підтвердження відповідності запропонованого товару заданим медико-технічним вимогам. Ці документи учасник надає в складі тендерної пропозиції.</p> <p>Учасник ТОВ ЛЕДУМ надав відповідну довідку (файл «ДОВІДКА ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 01 12 21.PDF») (далі - Довідка Учасника). Так, відповідно до пунктів 11 позицій «Камера морозильна -10...-25С, не менше 700 л; Морозильна камера лабораторна об'ємом від 700 л» таблиць 1.1 та 2.1 додатку 1 до тендерної документації, замовник вимагає, що зовнішні розміри (ШхГ) повинні бути не більше 720×980 мм. В Довідці Учасника, а саме: в колонці за назвою «Підтвердження відповідності (учасник зазначає відповідність (так/ні) та номер сторінки і назву технічного документу, що підтверджує відповідність вимогам замовника**)» таблиці 2.1 за назвою «Підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам замовника» зазначено «Ні, 988× 951 мм». Документи «Технічний опис» та «Інструкція з експлуатації» підтверджують такі габарити. Враховуючи викладене, відповідно до абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону, пропозиція учасника процедури закупівлі не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІКЛАБГРУПА"	Допущено до аукціону	
ТОВ Хімлаборреактив	Допущено до аукціону	

ТОВ "ЮНІЛАБ"	Допущено до аукціону	
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКИТІВНА	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Відповідно до пп. 2.1 пункту 2 додатку 2 до тендерної документації «Інформація, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі» кожен учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати Довідку про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, за формою, що наведена у Додатку 1 до тендерної документації. Учасник також повинен зазначити відповідні сторінки документів для підтвердження відповідності запропонованого товару заданим медико-технічним вимогам. Ці документи учасник надає в складі тендерної пропозиції.</p> <p>Учасник ФОП Шевченко О.М. надав відповідну довідку (файл «3_Тех характеристики.pdf»). Так, відповідно до пунктів 1 позицій «Камера морозильна -10...-25С, не менше 700 л; Морозильна камера лабораторна об'ємом від 700 л» таблиць 1.1 та 2.1 додатку 1 до тендерної документації, замовник вимагає, що камера морозильна повинна бути призначена для зберігання зразків, що вимагають температурних умов в межах від -10°С до -25°С. Однак, в документах (стор 5 файлу «12_Інструкція з експлуатації.pdf»), що надані у складі тендерної пропозиції для підтвердження відповідності запропонованого товару заданим медико-технічним вимогам, зазначено, що температура корисного об'єму складає не вище мінус 18°С, що не відповідає вимогам тендерної документації. Враховуючи викладене, відповідно до абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону, пропозиція учасника процедури закупівлі не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>