

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-05-16-001479-a

Дата формування звіту: 17 липня 2022

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40538421
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, Київська область, Київ, 01001, місто Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Детектори та аналізатори
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Електрохімічний сенсор O2 до газоаналізатора Testo 350 2012 р.в. (з установкою)	ДК 021:2015:38432100-3 — Газоаналізатори	1 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022

Шейкер лабораторний орбітальний (перемішуючий пристрій)	ДК 021:2015: 38436000-0 — Шейкери та приладдя до них	1 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Блок керування	ДК 021:2015: 38431000-5 — Детектори	12 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Датчик метану	ДК 021:2015: 38431100-6 — Детектори газу	13 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Датчик чадного газу	ДК 021:2015: 38431100-6 — Детектори газу	12 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Сенсор для газоаналізатора. Вимірювання концентрації O2	ДК 021:2015: 38432100-3 — Газоаналізатори	4 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022

Сенсор для газоаналізатора. Вимірювання концентрації СО	ДК 021:2015: 38432100-3 — Газоаналізатори	3 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Апарат для визначення води в нафтопродуктах	ДК 021:2015: 38432000-2 — Аналізатори	2 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Кондуктометр/солемір/термометр водозахищений	ДК 021:2015: 38432000-2 — Аналізатори	2 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Кондуктометр/солемір портативний	ДК 021:2015: 38432000-2 — Аналізатори	2 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Набір запасних частин до насосу N 86 КТ.18	ДК 021:2015: 38432000-2 — Аналізатори	4 комп	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022

Спектрофотометр	ДК 021:2015: 38433000-9 — Спектрометри	4 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Спектрофотометр	ДК 021:2015: 38433000-9 — Спектрометри	1 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022
Кондуктометр портативний з датчиком	ДК 021:2015: 38432000-2 — Аналізатори	1 шт	„ Україна, Київська область, Київ, за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві	до 31 грудня 2022

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Протягом 30 к/д з дати підписання видаткових накладних. Within 30 calendar days from the date of signature of the expenditure invoices by the authorized representatives of the Parties.	Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

16 травня 2022 11:15

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"	—		<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>На поз. 1,6,7,11 не надано керівництва з експлуатації, а надано гарантійний лист №3694 від 06.06.2022 в якому Учасником вказано, що це є запасна частина і на неї не існує керівництва з експлуатації. Поз.2 в технічній специфікації вимагалось: діапазон регулювання обертів - 0-250 об/хв, а в керівництві з експлуатації діапазон регулювання обертів - 50-250 об/хв; в технічній специфікації прилад розроблений для закритих приміщень при температурах від -5 до +40 °С, а в керівництві з експлуатації - від +5 до +40 °С</p>

ТОВ "ЛОГІКЛАБГРУПА"	701 000,00 UAH з ПДВ	701 000,00 UAH з ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації На поз. 1,6,7,11 не надано керівництва з експлуатації, а надано інформаційну довідку №2090 від 10.06.2022, що на запасні частини не існує керівництва з експлуатації. Поз.2 в технічній специфікації вимагалось: діапазон регулювання обертів - 0-250 об/хв, а в керівництві з експлуатації діапазон регулювання обертів - 50-250 об/хв; вимагалось: прилад розроблений для закритих приміщень при температурах від -5 до +40 °С, а в керівництві з експлуатації - від +5 до +40 °С Поз.3. Учасником в технічній пропозиції не в повному обсязі прописані технічні характеристики товару згідно технічної специфікації Замовника. Поз. 14 вимагається діапазон температур від -5 ° С до 105 ° С, а в керівництві з експлуатації діапазон вимірів: 0...100 °С
---------------------	----------------------	----------------------	--

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%