

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-07-21-002489-a

Дата формування звіту: 22 серпня 2022

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42574629
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації (Наркозно-дихальний апарат (тип 2))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ: 42574629				
Наркозно-дихальний апарат (тип 2)	ДК 021:2015: 33172100-7 — Анестезійна апаратура НК 024:2019: 37710 — Система анестезіологічна, загального призначення	106 одиниця	Україна, Відповідно до документації	до 01 листопада 2022

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за партію поставленої Продукції за цим Договором здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання відповідної видаткової накладної та/або Акту приймання продукції за місцем призначення, визначеним п. 2.2. цього Договору, за умов відсутності будь-яких зауважень до продукції з боку ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИКОМ може здійснюватись попередня оплата з урахуванням положень бюджетного законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення попередньої оплати.	Післяоплата	30	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 21 липня 2022 11:21

Кількість учасників закупівлі: 9

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВІНД"	89 336 800,00 УАН без ПДВ	89 336 800,00 УАН без ПДВ	<p>Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі</p> <p>Під час розгляду пропозиції ТОВ «ХАРВІНД» встановлено, що вона не відповідає вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі, у зв'язку з наступним.</p> <p>1) Так, відповідно п. 8.7 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі міститься вимога «Частота дихання -діапазон: нижня межа не вище 4 дих/хв., верхня межа не нижче 99 дих/хв». На підтвердження зазначеної вимоги учасник надає інструкцію із застосування медичного виробу «апарат наркозно-дихальний WATO EX-65» в якій, на сторінці В-10 підтверджено частоту дихання «від 2 до 100 вдих/хв», проте на сторінці В-11 міститься інформація щодо похибки «± 1 вдих/хв або $\pm 10\%$ від заданого значення, залежно від того, що більше», тобто верхня межа може бути як 110, так і 90 вдих/хв.</p> <p>2) Відповідно до вимог пункту 8.11 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога «Інспіраторний тиск- діапазон: нижня межа не вище 5 см, верхня межа не нижче 50 см H2O». На підтвердження відповідності запропонованого товару даній вимозі, учасник надає інструкцію із застосування медичного виробу «апарат наркозно-дихальний WATO EX-65» в якій, на сторінці В-10 підтверджено «від 5 до 80 см H2O», проте на сторінці В-11 міститься інформація щодо похибки «$\pm 2,5$ см H2O або $\pm 7\%$ від заданого значення, більше зі значень».</p> <p>3) Відповідно до вимог пункту 8.13 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога «PEEP діапазон: нижня межа не вище 3 см, верхня межа не нижче 20 см H2O». На підтвердження відповідності запропонованого товару даній вимозі учасник надає Інструкцію із застосування медичного виробу «апарат наркозно-дихальний WATO EX-65» в якій на сторінці В-10 підтверджено «ВІМК, від 3 до 30 см H2O», проте на сторінці В-11 міститься інформація щодо похибки «ВІМК ± 3 см H2O; від 3 до 30 см H2O: $\pm 2,0$ см H2O або $\pm 8\%$ від заданого значення, більше зі значень».</p> <p>4) Відповідно до вимог пункту 10.3 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога «Випаровувач Севофлюрану- наявність». Проте, учасником на сторінці 15-5 Інструкції із застосування медичного виробу «апарат наркозно-дихальний WATO EX-65» виділено кольором 10 варіацій випаровувачів, якими можуть бути укомплектовані наркозно-дихальні апарати. Проте, відсутня інформація, який саме випаровувач пропонується до постачання.</p> <p>5) Відповідно до вимог пункту 10.3 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога «Параметри концентрації, що вимірюються - O₂ - CO₂, анестетики». На підтвердження зазначеної вимоги, учасник надає Інструкцію із застосування медичного виробу «апарат наркозно-дихальний WATO EX-65» в якій на сторінці В-22 міститься інформація «Тип - Модуль із двома або трьома відсіками (модулі BIS і O₂ поставляються за окремим замовленням)». Проте, відсутня інформація, яка варіація модуля газового аналізатора буде запропонована до постачання.</p> <p>6) Відповідно до вимог пункту 12.11 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога «Неінвазивний контроль SpO₂ із звуковою модуляцією пульсової хвилі, з використанням багаторазового пульсоксиметричного датчика у діапазоні: нижня межа не вище 1%, верхня межа не нижче 100%». Інструкція із застосування медичного виробу «апарат наркозно-дихальний WATO EX-65» не містить підтвердження звукової модуляції пульсової хвилі та містить інформацію щодо наявності похибки «Похибка від 70 до 100%: $\pm 2\%$ (у режимі для дітей і дорослих) від 70 до 100%: $\pm 3\%$ (у режимі для новонароджених) від 0 до 69%».</p> <p>7) Відповідно до вимог пункту 12.19 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога щодо комплектації «Датчик сатурації багаторазовий на палець для дорослих, дітей та немовлят – по 1 шт. кожного, або універсальний датчик для всіх вікових груп - 1 шт...». Учасник на підтвердження відповідності надав посилання на сторінки технічної документації, де міститься перелік аксесуарів, якими можуть бути укомплектовані наркозно-дихальні апарати. На сторінці 26-4, 26-5 Інструкції користувача монітора пацієнта мСЕМ виділено кольором 4 позиції: «1) 562A Vci / 009-004600-00, 2) 518В Новонароджені Нога 518В-30-72107, 3) 512F Дорослі Палець руки 512F-30-28263, 4) 512Н Діти Палець руки 512Н-30-79061». Учасником не запропоновано датчик сатурації багаторазовий на палець для немовлят.</p> <p>8) Відповідно до вимог пункту 13.1 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога «Апарат повинен комплектуватися масками багаторазового використання для анестезії, не менше 2 шт. кожного типу: для немовлят, для дітей, для дорослих». Учасник на підтвердження відповідності даній вимозі надав посилання на сторінки 15-4 Інструкції із застосування медичного виробу апарат наркозно-дихальний WATO EX-65, де міститься перелік 4 типів масок, якими можуть бути укомплектовані наркозно-дихальні апарати: 1) Силіконова маска, багаторазова, розмір №1 040-001836-0, 2) Силіконова маска, багаторазова, розмір №2 040-001837-00, 3) Силіконова маска, багаторазова, розмір №3 040-001841-00, 4) Силіконова маска, багаторазова, розмір №5 040-001843-00. Проте, відсутня інформація щодо кількості масок, якими буде укомплектований наркозно-дихальний апарат.</p> <p>9) Відповідно до вимог пункту 13.2 таблиці 2.1 медико-технічних вимог до предмета закупівлі, встановлених у Додатку 1 документації спрощеної закупівлі, міститься вимога «Апарат повинен комплектуватися багаторазовими контурами пацієнта, не менше 1 шт. кожного типу: для немовлят, для дітей, для дорослих». Учасник на підтвердження відповідності надав посилання на сторінки 15-1, 15-8 Інструкції із застосування медичного виробу «апарат наркозно-дихальний WATO EX-65» технічної документації, де міститься перелік аксесуарів, якими можуть бути укомплектовані наркозно-дихальні апарати. На сторінці 15-8 виділено кольором 2 позиції: «Багаторазовий набір приладдя для дихального контуру, для дорослих 115-031780-00, Багаторазовий набір приладдя для дихального контуру, для дітей 115-031781-00». Учасником не запропоновано багаторазовий набір приладдя для дихального контуру для немовлят.</p> <p>Враховуючи викладене, відповідно пункту 1 частини 13 статті 14 Закону, Замовник відхиляє пропозицію у разі, якщо пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТМЕД-СЕРВІС"	125 822 000,00 УАН без ПДВ	111 111 110,00 УАН без ПДВ	
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»	163 770 000,00 УАН без ПДВ	111 111 111,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
ТОВ "ГРІНЕР"	142 888 000,00 УАН без ПДВ	120 734 000,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
ТОВ МЕД ЕКСІМ	137 800 000,00 УАН без ПДВ	120 840 000,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
Товариство з обмеженою відповідальністю "КСЕНКО"	199 810 000,00 УАН без ПДВ	137 433 240,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прантекс"	174 900 000,00 УАН без ПДВ	159 000 000,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛМЕДГРУП"	201 400 000,00 УАН без ПДВ	201 400 000,00 УАН без ПДВ	Не розглядався
ТОВ "ЛАБ-СЕРВІС"	218 000 000,68 УАН без ПДВ	218 000 000,68 УАН без ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 12.08.2022 15:47

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ: 42574629	19 серпня 2022
--	----------------

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ: 42574629	111 111 108,00 UAH
--	-----------------------

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМЕД-СЕРВІС"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 04071, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, будинок 31

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ: 42574629	09/251-08/2022
--	----------------

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%