

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
UA-2022-09-09-000090-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Чернігівської районної ради Чернігівської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38955665
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	15518, Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Редьківка, вул. Визволителів, 40
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Наталія Івоніна, +380462940037, chrpmsd@ukr.net
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Медичні матеріали (розчини для промивання, матеріал контролю гематологічний, системи для забору крові)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
--	---	--	---	--

<p>Diluent, packaging: 20L Розчин ізотонічний (фасування: 20 літрів) Призначення: Для розведення при підрахунку числа та розміру клітин у гематологічних аналізаторах Об'єм фасування, л: 20; Загальний термін придатності, місяців: 24; Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, днів: 90; Температура зберігання, С: 4-35. Продукт повинен мати відповідне маркування із обов'язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду для застосування на гематологічному аналізаторі MicroCC-20 (закрита система).</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>2 штуки</p>	<p>14000, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 114</p>	<p>до 07 жовтня 2022</p>
<p>Lytic Reagent, packaging: 1L. Лізуючий розчин (фасування: 1 літр) Призначення : Для руйнування еритроцитів крові при підрахунку лейкоцитів Об'єм фасування, л: 1; Загальний термін придатності, місяців: 24; Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, днів: 90; Температура зберігання, С: 4-35. Продукт повинен мати відповідне маркування із обов'язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування, наявність на упаковці QR-коду для застосування на гематологічному аналізаторі MicroCC-20 (закрита система).</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали</p>	<p>2 штуки</p>	<p>14000, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 114</p>	<p>до 07 жовтня 2022</p>

<p>Enzymatic Cleaner, packaging:  1L Розчин для промивання  (фасування: 1 літр)  Призначення : Для очищення  рідинно-провідних магістралей  у гематологічних аналізаторах  Об'єм фасування, л: 1;  Температура зберігання, С:  4-35; Загальний термін  придатності, місяців: 36;  Гарантійний термін  придатності розчину після  вскриття, днів: 90. Продукт  повинен мати відповідне  маркування із обов'язковим  зазначенням наступної  інформації: назва продукту,  дата виготовлення продукту,  кінцева дата придатності,  номер та дата державної  реєстрації, його призначенням  до застосування, наявність на  упаковці QR-коду для  застосування на  гематологічному аналізаторі  MicroCC-20 (закрита система).</p>	<p>ДК 021:2015:  33140000-3 —  Медичні матеріали</p>	<p>9 штуки</p>	<p>14000,  Україна,  Чернігівська  область, м.  Чернігів , вул.  Шевченка  ,114</p>	<p>до 07  жовтня 2022</p>
<p>Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1  Норма) Матеріал контролю  гематологічний атестований  багато параметричний.  Призначення: Для оцінки  точності та достовірності  результатів, отриманих на  гематологічних аналізаторах.  Об'єм фасування, мл: 2,5;  Температура зберігання, С:  2-8; Загальний термін  придатності, місяців: 6;  Гарантований термін  придатності після відкриття,  днів: 30; Кількість атестованих  показників: 12. Наявність у  паспорті атестованих значень:  для MicroCC20 Plus</p>	<p>ДК 021:2015:  33140000-3 —  Медичні матеріали</p>	<p>6 штуки</p>	<p>14000,  Україна,  Чернігівська  область, м.  Чернігів , вул.  Шевченка  ,114</p>	<p>до 07  жовтня 2022</p>
<p>Capillary Blood Collection  System Система для забору  крові з капіляром (200 мкл  ЕДТА-К3 (червона) 1 упаковка  - 50 штук термін придатності  не менше ніж до 12.2023 року)</p>	<p>ДК 021:2015:  33140000-3 —  Медичні матеріали</p>	<p>50 упаковка</p>	<p>14000,  Україна,  Чернігівська  область, м.  Чернігів , вул.  Шевченка  ,114</p>	<p>до 07  жовтня 2022</p>

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Замовник здійснює оплату Постачальнику протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Замовником оригіналу видаткової накладної	Післяоплата	15	Банківські	100

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 73 000,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти НСЗУ	73000 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 730,00 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 23 вересня 2022 08:16

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 23 вересня 2022 08:16

**Дата та час проведення електронного аукціону:** відсутній