

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-11-04-010224-a

Дата формування звіту: 16 грудня 2022

Найменування замовника:	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012906
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Прорізна, 19
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Дихальне обладнання, 7 лотів
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
лот 1 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат ШВЛ для новонароджених (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 3 шт.	ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії НК 024:2019: 47244 — Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії	3 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 29 грудня 2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до договору, після їх отримання та згідно пред'явленої учасником видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 банківських днів з дати отримання замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.	Післяплата	5	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 04 листопада 2022 15:21

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "ДАНА МС"	6 300 000,00 UAH без ПДВ	6 300 000,00 UAH без ПДВ	тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки учасником не надано підтвердних документів щодо відповідності запропонованого товару пунктів 1, 2, 4, 7, 8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 31.1, 31.2, 33 та 35 Технічних вимог до предмета закупівлі, а саме: «1. Призначення: Апарат штучної вентиляції легенів з високою чутливістю датчиків для тривалої респіраторної підтримки в умовах відділень реанімації та інтенсивної терапії. Відповідність.»; «2. Категорії пацієнтів. Новонароджені та діти вагою від 0,5 кг до 30 кг.»; «4. Вбудовані акумулятори. Не менше 60 хвилин роботи (з можливістю розширення при необхідності до 3 годин)»; «7. Ультразвуковий датчик потоку, який вбудований в апарат. Наявність»; «8. Ультразвуковий кисневий датчик. Наявність»; «10.1 Вентиляція, керована по тиску; синхронізована переміжна примусова вентиляція з контролем по тиску з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (VC; SIMV(VC)+PS) або аналог. Можливість»; «10.2 Вибір профілю інспіраторного потоку в об'ємній вентиляції: *з адаптованим потоком, *з постійним потоком, *зі сповільненим потоком з регуляцією швидкості сповільнення від 0 до 75% пікового потоку. Наявність»; «10.3 Вентиляція, керована за тиском; синхронізована переміжна примусова вентиляція в межах встановленого тиску з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (PC; SIMV(PC)+PS) або аналог»; «10.6 Регульована тиском, керована за об'ємом вентиляція; синхронізована переміжна примусова вентиляція з доставкою цільового дихального об'єму з автоматичним підбором оптимального рівня тиску в дихальних шляхах та можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (PRVC; SIMV (PRVC) +PS) або аналог. Можливість»; «12. Інспіраційний хвилинний об'єм. Не гірше 0,3 - 20 л/хв.»; «13. Частота керованих дихальних циклів. Не гірше 4-150 дих/хв.» «14. SIMV-частота. Не гірше 1-60 дих/хв.»; «16. Рівень тиску вищий ніж ПТКВ. Не гірше 0-(80- ПТКВ) см H2O»; «18. Співвідношення вдих : видих Не гірше 1:10-4:1»; «19. Наростання вдиху. Не гірше 0-20% часу дих. циклу»; «20. Переключення вдиху. Не гірше 1-70% від пікового потоку»; «21.Час апное. Не гірше 2 - 45 сек.»; «22. Можливість встановлення затримки включення звукового сигналу тривоги апное. Наявність»; «24. Чутливість тригера по тиску. Не гірше -20 -0 см H2O»; «25. Чутливість тригера по потоку. Не гірше 0-100%»; «26. Базовий піток. Не гірше 0,5 л/хв.»; «27. Компенсація витоків в контурі при проведенні неінвазивної вентиляції. Не менше 25 л/хв.»; «28. Автоматичний режим пре-і постоксігенації при від'єднанні для санації бронхів. Наявність»; «29.2 Інспіраторний дихальний об'єм в режимі резервної вентиляції. Не гірше 2 - 350 мл.»; «29.3 Керований тиск в режимі резервної вентиляції. Не гірше 5-(80-ПДКВ) см H2O»; «29.4 Частота дихання в режимі резервної вентиляції. Не гірше 4-100 дих/хв.»; «29.5 Співвідношення вдих : видих в режимі резервної вентиляції. Не гірше 1:10-4:1»; «29.6 Час вдоху в режимі резервної вентиляції. Не гірше 0.1-5 сек.»; «31.1 криві Потік-час Тиск-час Об'єм-час etCO2 - час (модуль etCO2)»; «31.2 петлі Об'єм-тиск Потік-об'єм Збереження референтних петель»; «33. Тренди. За 24 години по всім параметрам, що монітуються з масштабуванням шкали»; «35. Запис дихальних кривих та цифрових значень 20 секунд епізоди» та пункту 4 Загальних вимог до предмета закупівлі, а саме: «4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).».
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ"	7 815 000,00 UAH без ПДВ	7 815 000,00 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

05.12.2022 14:41

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:

16 грудня 2022

Сума, визначена в договорі про закупівлю:	7 815 000,00 UAH
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	01021, Україна, Київська область, Київ, вул. Грушевського, будинок 28/2, Н/П № 43
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Залучення субпідрядника не передбачається
Ідентифікатор договору:	153
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%