

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-05-17-012642-a

Дата формування звіту: 22 червня 2023

Найменування замовника:	ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26385055
Місцезнаходження замовника:	04050, Україна, м. Київ, Київ, вул. Юрія Ілленка,24
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 - ДК 021:2015 - 42930000-4 Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (Системи центрифугування крові для банків крові - 2 комплекти) (код НК 024:2019 - 60336 - Система центрифугування крові)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42930000-4: Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Система центрифугування крові для банків крові, тип 1	ДК 021:2015: 42931100-2 — Лабораторні центрифуги та приладдя до них	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023
Система центрифугування крові для банків крові, тип 2	ДК 021:2015: 42931100-2 — Лабораторні центрифуги та приладдя до них	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару		Післяплата	30	Календарні	100
-----------------	--	------------	----	------------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 17 травня 2023 15:57

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "ЛЕДУМ"	3 640 000,00 UAH з ПДВ	3 640 000,00 UAH з ПДВ	<p>тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;</p> <p>За результатами проведеного детального розгляду тендерної пропозиції Учасника, яка була завантажена ним на веб-порталі Уповноваженого органу, на відповідність вимогам, визначеним в тендерній документації Закупівлі та вимогам до предмета Закупівлі наявні підстави для відхилення його пропозиції, а саме: згідно розділу III. Медико-технічні вимоги Учасник повинен вказати відповідність товару, що пропонується на торги параметрам технічних вимог та обов'язково внести всю інформацію в таблицю. Відповідно до пункту 3 Додатку № 2 до тендерної документації запропонований товар повинен відповідати по кожній із визначених у таблиці вимог без винятків. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.</p> <p>На виконання вищезазначеного, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» (Код в ЄДРПОУ 21869802) надано Таблицю медико-технічних вимог щодо 1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1, де у пункті 2 зазначено:</p> <p>Вимоги Необхідні характеристики Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника</p> <p>2. Максимальна швидкість центрифугування з встановленим ротором для контейнерів для крові 450 мл. (швидкість обертання ротору) не менше ніж 4900 об./хв. 4500 об./хв</p> <p>с.3,5Технічного опису</p> <p>Вищезазначене свідчить, що учасником не підтверджено відповідність запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у Додатку № 2 до тендерної документації в частині необхідної характеристики (вимоги) «1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1»:</p> <p>- умова тендерної документації - максимальна швидкість центрифугування з встановленим ротором для контейнерів для крові 450 мл. (швидкість обертання ротору) не менше ніж 4900 об./хв., а учасником запропоновано 4500 об./хв.</p> <p>У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» (Код в ЄДРПОУ 21869802) надано Таблицю медико-технічних вимог щодо 1. Системи центрифугування крові для банків крові, тип 1, де у пункті 3 зазначено:</p> <p>Вимоги Необхідні характеристики Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника</p> <p>3. Максимальна відносна відцентрова сила центрифуги (із встановленим ротором для контейнерів для крові 450 мл) не менше ніж 6840g 6520g, с.3,5 Технічного опису</p> <p>Вищезазначене свідчить, що учасником не підтверджено відповідність запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у Додатку № 2 до тендерної документації в частині необхідної характеристики (вимоги) «1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1»:</p> <p>- умова тендерної документації - максимальна відносна відцентрова сила центрифуги (із встановленим ротором для контейнерів для крові 450 мл) не менше ніж 6840g, а учасником запропоновано 6520g.</p> <p>У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» (Код в ЄДРПОУ 21869802) надано Таблицю медико-технічних вимог щодо 1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1, де у пункті 6 зазначено:</p> <p>Вимоги Необхідні характеристики Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника</p> <p>6. Кількість збережених програм у пам'яті центрифуги не менше ніж 99 89 програм, с.4 Технічного опису, с.24 Керівництва з експлуатації</p> <p>Вищезазначене свідчить, що учасником не підтверджено відповідність запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у Додатку № 2 до тендерної документації в частині необхідної характеристики (вимоги) «1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1»:</p> <p>- умова тендерної документації - кількість збережених програм у пам'яті центрифуги не менше ніж 99, а учасником запропоновано 89 програм.</p> <p>У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» (Код в ЄДРПОУ 21869802) надано Таблицю медико-технічних вимог щодо 1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1, де у пункті 12 зазначено:</p> <p>Вимоги Необхідні характеристики Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника</p> <p>12. Максимальна потужність з використанням аеродинамічного кожуху (обтікателю) не більше ніж 5 кВА 9,7 кВА, с. 2 Технічного опису, с. 11 Керівництва з експлуатації (максимальна потужність не перевищує 5кВА за умови T=4 °C і об/хв =3000 і не більше 9 кВА за умов T=4 °C і об/хв=4500, с.1 Декларації виробника)</p> <p>Вищезазначене свідчить, що учасником не підтверджено відповідність запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у Додатку № 2 до тендерної документації в частині необхідної характеристики (вимоги) «1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1»:</p> <p>- умова тендерної документації - Максимальна потужність з використанням аеродинамічного кожуху (обтікателю) не більше ніж 5 кВА, а учасником запропоновано 9,7 кВА.</p> <p>У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» (Код в ЄДРПОУ 21869802) надано Таблицю медико-технічних вимог щодо 1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1, де у пункті 14 зазначено:</p> <p>Вимоги Необхідні характеристики Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника</p> <p>14. Габаритні розміри (Ш х Г х В, мм): не більше 816 х 960 х 965 973*813*1015, с.4 Технічного опису, с.11 Керівництва з експлуатації</p> <p>Вищезазначене свідчить, що учасником не підтверджено відповідність запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у Додатку № 2 до тендерної документації в частині необхідної характеристики (вимоги) «1. Система центрифугування крові для банків крові, тип 1»:</p> <p>- умова тендерної документації - Габаритні розміри (Ш х Г х В, мм): не більше 816 х 960 х 965, а учасником запропоновано 973*813*1015.</p> <p>У складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» (Код в ЄДРПОУ 21869802) надано Таблицю медико-технічних вимог щодо 2. Система центрифугування крові для банків крові, тип 2, де у пункті 9 зазначено:</p> <p>Вимоги Необхідні характеристики Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника</p> <p>9. Максимальна потужність з використанням аеродинамічного кожуху (обтікателю) не більше ніж 5,8 кВА 9,7 кВА, с.2 Технічного опису, с.11 Керівництва з експлуатації (максимальна потужність не перевищує 5кВА за умови T=4 °C і об/хв =3000 і не більше 9 кВА за умов T=4 °C і об/хв=4500, с.1 Декларації виробника)</p> <p>Вищезазначене свідчить, що учасником не підтверджено відповідність запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у Додатку № 2 до тендерної документації в частині необхідної характеристики (вимоги) «2. Система центрифугування крові для банків крові, тип 2»:</p> <p>- умова тендерної документації - Максимальна потужність з використанням аеродинамічного кожуху (обтікателю) не більше ніж 5,8 кВА, а учасником запропоновано 9,7 кВА.</p> <p>За результатами оцінки та розгляду пропозиції Замовник приймає рішення про відхилення пропозиції учасника ТОВ «ЛЕДУМ» (Код в ЄДРПОУ 21869802) по предмету закупівлі ДК 021:2015 – ДК 021:2015 – 42300004 Центрифуги, вальцовальні машини чи торгові автомати (Системи центрифугування крові для банків крові – 2 комплекти) (код НК 024:2019 - 60336 - Система центрифугування крові) згідно абзацу 2 пп.2 п. 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей.</p>
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕР.ВІ.АЙ.ГРУП"	4 098 635,00 UAH з ПДВ	4 098 635,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

**Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:**

12.06.2023 15:47

**Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:**

Відсутні

**Дата укладення договору про
закупівлю:**

20 червня 2023

**Сума, визначена в договорі про
закупівлю:**

4 098 635,00 УАН з ПДВ

**Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:**

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЕР.ВІ.АЙ.ГРУП"

**Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:**

04123, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Вітряні Гори, 2-
Б, секція 2, офіс 1

**Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):**

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЕР.ВІ.АЙ.ГРУП" повідомляє, що для виконання
замовлення на поставку товару Товариство не
залучатиме третіх осіб (субпідрядників) та буде
використовувати власні ресурси, матеріально-
технічну базу, кваліфікований персонал для
своєчасної поставки товару Замовнику.

Ідентифікатор договору:

311/2023Т

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%