

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-07-12-005475-a

Дата формування звіту: 23 серпня 2023

Найменування замовника:	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012906
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Прорізна, 19
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Комплект дозиметричного обладнання для медичного лінійного прискорювача Elekta Versa HD з функціями IMRT, VMAT, IGRT, SBRT та SRS (38351 Дозиметр випромінювання на основі електростатичної іонізаційної камери) - 1 компл.
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Комплект дозиметричного обладнання для медичного лінійного прискорювача Elekta Versa HD з функціями IMRT, VMAT, IGRT, SBRT та SRS (38351 Дозиметр випромінювання на основі електростатичної іонізаційної камери) - 1 компл.	ДК 021:2015:33190000-8 — Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні НК 024:2023: 38351 — Дозиметр випромінювання на основі електростатичної іонізаційної камери	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 29 грудня 2023

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до договору, після їх отримання та згідно пред'явленої учасником видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 робочих днів з дати отримання замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.	Післяоплата	5	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 12 липня 2023 13:27

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозицій на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

ТОВ "ОНКОМЕДИКА"	16 975 002,00 UAH з ПДВ	15 949,00 UAH з ПДВ	<p>не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Відповідно до:</p> <p>а) абзацу 2, підпункту 2, пункту 44 ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (із змінами), а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки: вступереч Спеціальних вимог Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю, учасником в складі тендерної пропозиції не надано підтверджувальних документів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підпункту 1.3 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D1 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі «Резервуар для води (можливо в поєднанні з пересувним механізмом) з додатковою функцією автоматичного контролю рівня води»; - підпункту 1.4 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D1 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі «Пристрій (каретка) для прецизійного позиціювання виміральної іонізаційної камери»; - підпункту 1.5 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D1 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «електрометр є двоканалний». Значення току витоку не більше 20 фА може бути тільки при роботі в найчутливішому діапазоні, відповідно до наданого учасником документу; - підпункту 1.7 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D1 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «розміру активної частини «не менше 12x12 см»»; - підпункту 1.8 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D1 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «іонізаційні камери для відносної дозиметрії - «циліндричні»»); - підпункту 1.9 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D3 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «детектор для відносної дозиметрії малих полів опромінення - «діодний»»); - підпункту 1.10 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D4 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «камера для вимірювання електронного випромінювання - «іонізаційна плоско-паралельна»»); - підпункту 1.12 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D5 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Тримач камери Фармера для використання у водному фантомі»; - підпункту 1.13 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D5 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Тримач плоскопаралельної камери для вимірювання електронного випромінювання для використання в водному фантомі»); - підпункту 1.14 пункту 1: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D1 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Програмне забезпечення для отримання характеристик пучка прискорювача (профіль, глибино-дозових розподілів, тощо) та обробки графік»; - підпункту 2.1 пункту 2: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D8, 9 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «Глибини сканування «не менше 30 см», а зазначено що діапазон переміщення по вертикалі - 254 мм»; - підпункту 2.3 пункту 2: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D12 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Іонізаційна камера (камера Фармера) - «циліндрична»»; - підпункту 2.4 пункту 2: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D13, 14 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Нікельовий або латунний ковзочок для дозодного детектора або камери Фармера для енергій 6-8 МР»; - підпункту 2.6 пункту 2: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D15 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Універсальний дозиметр для променевої терапії, діагностичної радіології та медичної фізики»; - підпункту 2.7 пункту 2: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D16, 17 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Спеціальна пластина твердотільного пластинчатого фантома з отвором для іонізаційної камери 23342 soft X-ray для абсолютної дозиметрії»; - підпункту 2.8 пункту 2: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D16, 17 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Спеціальна пластина твердотільного пластинчатого фантома з отвором для плоско-паралельної іонізаційної камери для абсолютної дозиметрії»; - підпункту 3.2 пункту 3: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D19 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Програмне забезпечення дозволяє отримати «гомогенність пучка, енергетичну стабільність»»; - підпункту 4.1 пункту 4: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D21 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, що «Спеціальний настільний фантом, який оточує матрицю детекторів з усіх боків для зменшення кутової похибки та має ротарційний холдер»; - підпункту 4.2 пункту 4: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D21 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «кількості детекторів не менше 1500 для верифікації планів лікування в променевої терапії»; - підпункту 4.3 пункту 4: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D21 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «Спеціальний настільний твердотільний фантом для верифікації планів лікування при використанні SBRT та SRS»; - підпункту 4.4 пункту 4: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D22 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «Матриця детекторів розміром не менше 12x12 см та високою роздільною здатністю для верифікації планів лікування при використанні SBRT та SRS»; - підпункту 4.5 пункту 4: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D21 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «Програмне забезпечення дозволяє отримати параметри при верифікації планів лікування»; - підпункту 5.1 пункту 5: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» (посилання на який вказано учасником в заповненій таблиці щодо відповідності - «Опис додається, док. D23, 24 наданому учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «Спеціальний набір для контролю доз на пацієнта при використанні IGRT»; - пункту 7: в файлі «18. Опис (інструкція з експлуатації).pdf» наданим учасником в складі тендерної пропозиції, відсутнє підтвердження вимозі, щодо «Операційної системи ноутбука «OS Windows або аналог»; - пункту 4 загальних вимог Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю учасником не надано документ підтвердуючий, що сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України. <p>б) абзацу 6, підпункту 1, пункту 44 ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (із змінами), а саме: учасник не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі»/абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАТЕК МЕД"	15 950 000,00 UAH з ПДВ	15 950 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

10.08.2023 14:09

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:

23 серпня 2023

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

15 950 000,00 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАТЕК МЕД"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03150, Україна, м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 5-б, офіс 18
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Не будуть залучатись.
Ідентифікатор договору:	94
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%