

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-08-11-009863-a

Дата формування звіту: 31 жовтня 2023

Найменування замовника:	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012906
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Прорізна, 19
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Медичне обладнання різне, 6 лотів
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42510000-4: Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
лот 1 - 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої - Інкубатор CO2 (35482 Інкубатор лабораторний аеробний) - 4 шт.	ДК 021:2015:42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 29 грудня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до договору, після їх отримання та згідно пред'явленої учасником видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 робочих днів з дати отримання замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.	Післяплата	5	Робочі	100
-----------------	--	------------	---	--------	-----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 11 серпня 2023 16:30

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕМПІРІКА"	1 140 451,20 UAH з ПДВ	1 140 451,20 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

ТОВ "ЛЕДУМ"	1 012 800,00 УАН з ПДВ	1 012 800,00 УАН з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Відповідно до абзацу 2, підпункту 2, пункту 44 ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (із змінами), а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки, всупереч Загальним та Спеціальним вимогам Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю, учасником в складі тендерної пропозиції не надано підтверджень документів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункту 3 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю. ТОВ «ЛЕДУМ» подано пропозицію, у складі якої на підтвердження вимоги «Крок встановлення температури, не більше 0,1°С» надано посилання на стор. 5 Інструкції та стор. 176 Каталогів. На цих сторінках відсутня інформація щодо кроку встановлення температури. Таким чином, характеристики приладу, запропонованого ТОВ «ЛЕДУМ»Ю не відповідають пункту 3 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю; - пункту 5 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю. ТОВ «ЛЕДУМ» подано пропозицію, у складі якої на підтвердження вимоги «Рівномірність підтримки температури при 37°С (±0,3°С)» надано посилання на стор. 31 Інструкції. На цій сторінці відсутня інформація щодо рівномірності підтримки температури саме при 37°С (±0,3°С). Таким чином, характеристики приладу, запропонованого ТОВ «ЛЕДУМ», не відповідають пункту 5 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю; - пункту 8 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю. ТОВ «ЛЕДУМ» подано пропозицію, у складі якої на підтвердження вимоги «Зовнішні двері: сталеві з підігрівом» надано посилання на стор. 5, 31 Інструкції. На цих сторінках відсутня інформація щодо матеріалу, з якого вироблені зовнішні двері. Таким чином, характеристики приладу, запропонованого ТОВ «ЛЕДУМ», не відповідають пункту 8 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю; - пункту 10 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю. ТОВ «ЛЕДУМ» подано пропозицію, у складі якої на підтвердження вимоги «Відносна вологість >90% при 37°С» надано посилання на стор. 31 Інструкції. На цій сторінці відсутня інформація саме при якій температурі відносна вологість становить >90%. Таким чином, характеристики приладу, запропонованого ТОВ «ЛЕДУМ», не відповідають пункту 10 Спеціальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю; - пункту 11 Загальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю. ТОВ «ЛЕДУМ» подано пропозицію, у складі якої на підтвердження вимоги «Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз'яснення» надано пояснювальний лист № 4556 від 28.08.2023 щодо документів, які підтверджують якісні параметри предмета закупівлі. <p>У вказаному листі зазначено, зокрема: «Тому у складі своєї пропозиції ми надаємо Декларацію про відповідність, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичних виробів за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту згідно Постанови КМУ від 02.10.2023 № 753-754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностування in vitro.</p> <p>Надання паспортів/сертифікатів якості/сертифікатів відповідності вимогам ГОСТ, ДСТУ, ТУ, виданих уповноваженим на те державним органом України, згідно Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2023 № 753-754, не передбачено.».</p> <p>Однак, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» не подано зазначеної у листі № 4556 від 28.08.2023 Декларації про відповідність, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичних виробів за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту згідно Постанови КМУ від 02.10.2023 № 753-754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностування in vitro».</p> <p>Натомість, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ЛЕДУМ» подано Декларацію про відповідність № Д-0061:2020 від 01.08.2023 вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 18.12.2015 № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання» та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання». А також додано лист-роз'яснення № 4561 від 28.08.2023, що до обладнання, згідно технічної документації виробника, не відноситься до медичних виробів і тому процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеними регламентами.</p> <p>Таким чином, у листі № 4556 від 28.08.2023 ТОВ «ЛЕДУМ» вказано інформацію, яка суперечить листу-роз'ясненню № 4561 від 28.08.2023, що не пояснює відсутність у складі тендерної пропозиції сертифіката відповідності.</p> <p>Відтак, ТОВ «ЛЕДУМ» не надано підтвердження відповідності пункту 11 Загальних вимог, що були оприлюднені в Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю.</p>
-------------	------------------------	------------------------	--

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 17.10.2023 16:31

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 31 жовтня 2023

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1 140 451,20 УАН з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕМПІРІКА"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	01133, Україна, м. Київ, Київ, Вулиця Євгена Коновальця, буд. 26 літера А, оф.3/1
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	не залучається
Ідентифікатор договору:	163
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%