

ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір
UA-2024-03-04-001565-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД" МАЧУХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43245813
Місцезнаходження замовника:	38754, Україна, Полтавська область, Полтавський р- н, село Мачухи, ВУЛИЦЯ ІСТОРИЧНА, будинок 1
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Денис Баликов, +380957812740, knp.otg2@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	Товари

Назва предмета закупівлі:

Бактерицидний опромінювач стаціонарний, безозоновий, настінно-стельовий, 1 лампа 30 Вт. 24штук. Параметри та вимоги (додатково шнур електричний 2метри та електрична вилка без заземлення до кожної лампи) Призначений для профілактичної санітарно - притиєпідеміологічної обробки повітря у присутності людей Призначений для використання в туберкульозних диспансерах, палатах інтенсивної терапії та опікових центрів. Бактерицидна лампа, випромінює короткохвильове ультрафіолетове випромінювання з піковим значенням на довжині хвилі 253,7 нм, що має бактерицидну дію. Скло лампи відфільтровує озонуутворюючу спектральну лінію з довжиною хвилі 185 нм. Внутрішнє захисне покриття лампи підтримує корисне випромінювання на постійному рівні. Конструкція опромінювача представляє собою металевий корпус, укомплектований однією бактерицидною лампою Має захисний екран, що дозволяє направляти бактерицидну дію випромінювання в зону, недоступну для очей пацієнтів і медичного персоналу Бактерицидна лампа закрита металевим екраном та не чинить шкідливого впливу на пластикові поверхні обладнання і меблі Комплектація однією бактерицидною лампою Phillips потужністю 30Вт Сумарний бактерицидний потік 11,2 Вт Коефіцієнт використання бактерицидного потоку 0,75 Опромінення на відстані 1 м, не менше 0,8 Вт/м² Споживана потужність 34 Вт Джерело випромінювання -1 лампа бактерицидна: 30 Вт Термін роботи ламп не менше 9000 год Об'єм знезараження повітря не менше 60 м³/год Габаритні розміри не повинні перевищувати: Ширина 85 мм Висота 130 мм Довжина 930 мм Вага 2,3 кг Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців Інструкція з експлуатації українською або російською мовою Наявність гарантійного листа від виробника про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів Післягарантійне обслуговування

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Бактерицидне обладнання	ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні	24 штуки	38751, Україна, Полтавська область, с. Розсошенці, вул. Перспективна, 5а	до 31 грудня 2024

Очікувана вартість предмета закупівлі: 40 500,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 березня 2024 08:00

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 07 березня 2024 08:00

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній