

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2024-04-01-000404-a
Дата формування звіту: 16 квітня 2024

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ "
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327121
Місцезнаходження замовника:	69002, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ, будинок 61
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Спектрофотометр ULAB 102)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Спектрофотометр ULAB 102	ДК 021:2015:33151300-6 — Спектрографи	2 штука	69002, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 61	до 31 грудня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	власні кошти	Післяоплата	90	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

01 квітня 2024 09:07

Кількість учасників закупівлі:

1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ"</p>	<p>90 866,60 UAH без ПДВ</p>	<p>90 866,60 UAH без ПДВ</p>	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; а саме</p> <ul style="list-style-type: none"> • Відповідно до вимог, наведених п.1 Розділу III тендерної документації та Додатку 2, Учасником в стовбці «Необхідні документи до закупівлі» повинна бути надана «Інструкція з експлуатації». Учасником наданий «Посібник користувача». • Технічні параметри спектрофотометра, зазначені в посібнику користувача, не відповідають технічним параметрам, зазначеним в «Інформації про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики щодо предмета закупівлі (технічне завдання) (Додаток 2 до тендерної документації), а саме: <ul style="list-style-type: none"> - довжина оптичного шляху кювет, мм в технічному завданні Замовника зазначена 40 мм, в посібнику – дана довжина відсутня; - габаритні розміри в технічному завданні Замовника зазначені не більше, мм 480x380x180 - в посібнику - 420мм x 280мм x 210 мм; - фотометрична похибка, %T в технічному завданні Замовника зазначено $\pm 0,8$ від 325-400нм та 800-1100нм, в посібнику - фотометрична точність $\pm 0,5$ %T; - параметри «Встановлення довжини хвилі» та «Режими вимірювання» в інструкції не зазначені
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: відсутність пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%