

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-04-26-004610-a

Дата формування звіту: 03 червня 2024

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Гайворонської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38817151
Місцезнаходження замовника:	26300, Україна, Кіровоградська область, Гайворон, вулиця Київська, будинок 7
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Безтіньова операційна світлодіодна лампа
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Безтіньова операційна світлодіодна лампа	ДК 021:2015:33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 12282 — Операційний світильник	2 штука	26300, Україна, Кіровоградська область, Гайворон, вулиця Київська, будинок 7	до 30 червня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

26 квітня 2024 11:49

Кількість учасників закупівлі:

2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФОП "ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ"	345 000,00 UAH без ПДВ	239 999,00 UAH без ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>1. Додаток 2 до тендерної документації МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ п.4 Таблиці кількісних та якісних вимог Замовника містить вимогу «Світильник повинен забезпечувати можливість легкої дезінфекції та мати зйомні рукаятки, що можна стерилізувати - відповідність». Учасником ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ надано файл «Інструкція.pdf», в якому на відповідність даній вимозі зазначено посилання на сторінку технічної документації, а саме «Ст. 1 Посібника експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 700 (LED) Світлодіодної безтіньової операційної лампи». Згідно наданого документу «Інструкція.pdf», на сторінці 1 відсутня інформація про можливість легкої дезінфекції світильника та наявність зйомних рукаток, що можна стерилізувати. Відповідно до вищезазначеного, Учасником не підтверджено відповідність Медико-технічним вимогам Замовника.</p> <p>2. Додаток 2 до тендерної документації МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ п.6 Таблиці кількісних та якісних вимог Замовника містить вимогу «Можливість відрегулювати межу підняття важелю в вертикальній площині - відповідність». Учасником ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ надано файл «Інструкція.pdf», в якому на відповідність даній вимозі зазначено посилання на сторінку технічної документації, а саме «Ст. 1 Посібника експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 700 (LED) Світлодіодної безтіньової операційної лампи». Згідно наданого документу «Інструкція.pdf», на сторінці 1 відсутня інформація про можливість регулювання межі підняття важелю в вертикальній площині. Відповідно до вищезазначеного, Учасником не підтверджено відповідність Медико-технічним вимогам Замовника.</p> <p>3. Додаток 2 до тендерної документації МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ п.7 Таблиці кількісних та якісних вимог Замовника містить вимогу «Система важелів має систему фіксування у вибраному положенні - відповідність». Учасником ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ надано файл «Інструкція.pdf», в якому на відповідність даній вимозі зазначено посилання на сторінку технічної документації, а саме «Ст. 6 Посібника експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 700 (LED) Світлодіодної безтіньової операційної лампи». Згідно наданого документу «Інструкція.pdf», на сторінці 6 відсутня інформація про систему важелів, яка має систему фіксування у вибраному положенні. Відповідно до вищезазначеного, Учасником не підтверджено відповідність Медико-технічним вимогам Замовника.</p> <p>4. Додаток 2 до тендерної документації МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ п.10 Таблиці кількісних та якісних вимог Замовника містить вимогу «Глибина фокусування світла, не менше <math>\geq 1300</math> мм - відповідність». Учасником ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ надано файл «Інструкція.pdf», в якому на відповідність даній вимозі зазначено посилання на сторінку технічної документації, а саме «Ст. 1 Посібника експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 700 (LED) Світлодіодної безтіньової операційної лампи». Згідно наданого документу «Інструкція.pdf», на сторінці 1 відсутня інформація про глибину фокусування світла. Відповідно до вищезазначеного, Учасником не підтверджено відповідність Медико-технічним вимогам Замовника.</p> <p>5. Додаток 2 до тендерної документації МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ п.12 Таблиці кількісних та якісних вимог Замовника містить вимогу «Максимальне освітлення на відстані 1-го метра - не менше 160 000 люкс - відповідність». Учасником ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ надано файл «Інструкція.pdf», в якому на відповідність даній вимозі зазначено посилання на сторінку технічної документації, а саме «Ст. 1 Посібника експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 700 (LED) Світлодіодної безтіньової операційної лампи». Згідно наданого документу «Інструкція.pdf», на сторінці 1 відсутня інформація про максимальне освітлення на відстані 1-го метра. Відповідно до вищезазначеного, Учасником не підтверджено відповідність Медико-технічним вимогам Замовника.</p> <p>6. Додаток 2 до тендерної документації МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ п.21 Таблиці кількісних та якісних вимог Замовника містить вимогу «Загальна потужність не більше 60 Вт - відповідність». Учасником ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ надано файл «Інструкція.pdf», в якому на відповідність даній вимозі зазначено посилання на сторінку технічної документації, а саме «Ст. 1 Посібника експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 700 (LED) Світлодіодної безтіньової операційної лампи». Згідно наданого документу «Інструкція.pdf», на сторінці 1 наявна інформація про потужність на вході зі значенням 60 ВА, що не відповідає вимозі Замовника, а саме: не вказана загальна величина потужності та її відповідне значення в належних одиницях виміру. Відповідно до вищезазначеного, Учасником не підтверджено відповідність Медико-технічним вимогам Замовника.</p> <p>7. Додаток 2 до тендерної документації МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ п.22 Таблиці кількісних та якісних вимог Замовника містить вимогу «Можливість контролювати силу амортизації при повороті корпусу лампи - відповідність». Учасником ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ЮЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ надано файл «Інструкція.pdf», в якому на відповідність даній вимозі зазначено посилання на сторінку технічної документації, а саме «Ст. 6 Посібника експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 700 (LED) Світлодіодної безтіньової операційної лампи». Згідно наданого документу «Інструкція.pdf», на сторінці 6 відсутня інформація про можливість контролювання сили амортизації при повороті корпусу лампи. Відповідно до вищезазначеного, Учасником не підтверджено відповідність Медико-технічним вимогам Замовника.</p> <p>Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p> <p>Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі зазначеної норми.</p>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЙРОТЕК"	348 894,90 UAH без ПДВ	240 000,00 UAH без ПДВ	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

09.05.2024 13:34

<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	03 червня 2024
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	240 000,00 УАН з ПДВ
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЙРОТЕК"
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	07405, Україна, Київська область, Бровари, вул.Київська, будинок 261-А, приміщення 76, офіс 1
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	304
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%