

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-06-21-006013-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ В.Т.ЗАЙЦЕВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012154
Місцезнаходження замовника:	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«Медичні матеріали» (код НК 024:2023 - 47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний; 17846 Одноразовий судинний напрямний катетер; 17846 Одноразовий судинний напрямний катетер; 17846 Одноразовий судинний напрямний катетер; 58115 Периферійний судинний провідник ручний; 58865 Набір для введення судинного катетера; 46633 Шприц-манометр для балонного катетера одноразового застосування відновлений)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона до 1,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	3 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Коронарний балон-катетер для, L балона 11-15 мм, Ø балона 1,75-2,00 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 8 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 2,07 F, Ø дистального шафту від 2,52 F, L від 142 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	6 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Коронарний балон-катетер для, L балона 20-25 мм, Ø балона 1,75-2,00 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 8 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 2,07 F, Ø дистального шафту від 2,52 F, L від 142 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Коронарний балон-катетер для, L балона 11-15 мм, Ø балона 1,75-2,50 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 8 Атм, тиск розриву балону від 14 Атм, Ø проксимального шафту від 2,07 F, Ø дистального шафту від 2,52 F, L від 142 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	6 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024

Коронарний балон-катетер для, L балона 20-25 мм, Ø балона 1,75-2,50 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 8 Атм, тиск розриву балону від 14 Атм, Ø проксимального шафту від 2,07 F, Ø дистального шафту від 2,52 F, L від 142 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРЄВА, будинок 1	до 31 грудня 2024

Коронарний балон-катетер, L балона 11-20 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 18 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	20 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Направляючий катетер, Judkins Right, JR3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Направляючий катетер, EBU Left, EBU4.0/XB4.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Направляючий катетер, Judkins Right, JR4.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Направляючий катетер, EBU Left, EBU3.5/XB3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	10 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024

Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	100 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Набір діагностичний для проведення коронарографії трансрадіальним доступом	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	100 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024
Інфляційний пристрій, об'єм 30 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	50 штука	61103, Україна, Харківська область, Харків, В'їзд БАЛАКІРСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2024

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ФАРМАКЕЙ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

1 204 285,00 UAH з ПДВ