

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-10-03-013185-a

Дата формування звіту: 25 жовтня 2024

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Перечинська лікарня" Перечинської міської ради Закарпатської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01992386
Місцезнаходження замовника:	89200, Україна, Закарпатська область, Перечин, вул.Ужанська,8
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Столик реанімації для немовлят
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Столик реанімації для немовлят	ДК 021:2015:33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації НК 024:2023: 36685 — Столик реанімації для немовлят	1 штука	89200, Україна, Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська,8	до 31 грудня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	10	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 03 жовтня 2024 18:13

Кількість учасників закупівлі: 2

<b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b>	<b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b>
--	---	---	--

ТОВ "ТЕХНІКОМЕД"	378 000,00 УАН з ПДВ	378 000,00 УАН з ПДВ	<p>не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;</p> <p>Додаток 2 Інформація про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі, містить технічний опис товару що закуповується. Учасник ТОВ «ТЕХНІКОМЕД» код ЄДРПОУ 45294878 надав заповнений Додаток 2 (файл pdf №19 Технічне завдання), проте були виявлені такі невідповідності:</p> <p>1) На вимогу підтвердження можливості поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені Тендерною Документацією та пропозицією Учасника, надано файл pdf 22. Гарантійний лист представника виробника та довіреність від виробника Heal Force Hufyao Biological Technology (Shanghai) Co., LTD. При розгляді Довіреності було виявлено, що її термін дії становить 1 рік від дати видачі 08.06.2022р. На момент подачі тендерної пропозиції, дана довіреність є недійсною, що суперечить вимогам тендерної документації замовника.</p> <p>2) Відповідно до Медико-технічних вимог: п. 16 «Реанімаційна система повинна мати режим контролю температури режим попереднього нагріву, режим автонагріву (дитячий) (контролюється температурою тіла дитини), ручний режим» за вказаним посиланням відсутня температурою тіла дитини), ручний режим» за вказаним посиланням відсутня.</p> <p>3) Пункт 21 «Показник температурної однорідності поверхні ліжка не більше 1 °С» відсутній за вказаним посиланням.</p> <p>4) У пункті 24 «Система повинна мати звукові та візуальні тривоги: - відключення датчика температури, - відключення живлення, - вихід з ладу електроніки, - відхилення температури (якщо відображена температура на 1 °С вища чи нижча від контрольної температури), - сигнал надмірної температури (при досягненні температури 38°C для заданої температури ≤37 °С, або досягла 39°C для заданої температури &gt;37°C), - час-апгар не гірше: при роботі від 50 секунд до 1 хвилини, 4 хвилин 50 секунд до 5 хвилин, 9 хвилин 50 секунд до 10 хвилин, 19 хвилин 50 секунд до 20 хвилин» за вказаним посиланням на стор. 19 не виявлено жодної інформації, яка б стосувалася даної вимоги. Також інформація про сигнал тривоги при надмірній температурі на стор. 22 перечить інформації на стор. 27.</p>
Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДХОЛДІНГ"	422 650,00 УАН з ПДВ	422 650,00 УАН з ПДВ	<p>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>

<b>Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:</b>	17.10.2024 14:34
<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 жовтня 2024
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	422 650,00 UAH з ПДВ
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДХОЛДІНГ"
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	01001, Україна, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Михайлівська, будинок 24 В
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	ОС-10/25
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%