

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-10-07-001559-a

Дата формування звіту: 04 листопада 2024

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Долинська центральна лікарня Долинської міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01995154
Місцезнаходження замовника:	28500, Україна, Кіровоградська область, Долинська, вулиця Чкалова, будинок 69
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Мобільна рентген система (ДК 021:2015: 33111000-1 Рентгенологічне обладнання; код НК 024:2023: 37647 "Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова) ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Мобільна рентген система	ДК 021:2015: 33111000-1 — Рентгенологічне обладнання НК 024:2023: 37647 — Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова	1 штука	28500, Україна, Кіровоградська область, Долинська, вулиця Чкалова, будинок 69	до 31 грудня 2024

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	10	Банківські	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 07 жовтня 2024 10:16

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтю 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтю 17 цього Закону
ТОВ "Завод рентгенівського обладнання "КВАНТ"	1 850 000,00 УАН з ПДВ	1 850 000,00 УАН з ПДВ	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Відповідно до пункту 41 Особливостей розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин 2, 12, 16 абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Частиною 1 статті 29 Закону визначено, що оцінка тендерних пропозицій / пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону.</p> <p>Відповідно до частини 9 статті 29 Закону після оцінки тендерних пропозицій / пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.</p> <p>Згідно з частиною 10 статті 29 Закону строк розгляду тендерної пропозиції / пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.</p> <p>В Додатку 1 до тендерної документації, а саме в розділі Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі було встановлено вимоги щодо Медико-технічних характеристик: Мобільна рентген система (ДК 021:2015: 33111000-1 Рентгенологічне обладнання; код НК 024:2023: 37647 "Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова) ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини Розглянувши подані документи учасником: ТОВ "Завод рентгенівського обладнання "КВАНТ", було виявлено інформацію в медико-технічних вимогах, що не відповідають МЕДИКО-ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:</p> <p>Пункт 1.4. - Потужність генератора не менше 4 кВт. Учасник надав: Споживча потужність не більше 5/8 кВт (короткочасно).</p> <p>Споживча потужність - це скільки енергії використовує пристрій. А потужність генератора - це показник енергії, яку генератор може виробляти для системи. Тобто дані про Потужність генератора та Споживча потужність є різними параметрами.</p> <p>Пункт 1.7. - Поворот рентгенівської трубки, не менше -85 ° ~ 265 °. Учасник надав: Загальний кут обертання моноблоку перпендикулярно осі траверси: 265 ° (85 ° + 180 °).</p> <p>У вимозі було зазначено, що рентгенівська трубка повинна обертатися від 85 ° до 265 °. Тобто рентгенівська трубка повинна здійснювати один рух. А в учасника зазначено, що загальний кут обертання 265 °, але через розбивку на 85 ° та + додаткові 180 ° дана рентгенівська трубка здійснює не один суцільний рух, а два окремі.</p> <p>Пункт 8 - Комплектація:</p> <p>Пункт 8.1. - Мобільна рентгенівська система. Учасник надав: штатив рентгенологічний пересувний Мобільна рентгенівська система може включати в себе не лише кріплення для рентгенівського обладнання, але й саме таке обладнання та інші складові, передбачені конкретною маркою такого обладнання, а штатив рентгенологічний пересувний - каркас для кріплення рентгенівського апарату, що створює зручні умови для його переміщення. Тобто штатив рентгенологічний пересувний є частиною Мобільної рентгенівської системи.</p> <p>Якщо ж учасник все таки надав «еквівалент» Мобільна рентгенівська система - штатив рентгенологічний пересувний, то згідно Додатку 1 до тендерної документації: Учасник додатково у складі пропозиції надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних медико-технічних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних медико-технічних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому медико-технічні характеристики запропонованого еквіваленту товару має відповідати медико-технічним характеристикам, що заявлені у технічній специфікації Замовника.</p> <p>Відсутність порівняльної таблиці де Учасник показує відповідність характеристик "штатива рентгенологічного пересувного" до характеристик "Мобільної рентгенівської системи" це відсутність документів, що підтверджують відповідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p> <p>Пункт 8.2. - Цифровий плоскостанельний детектор. Учасник надав: камера цифрова плоска.</p> <p>Цифровий плоскостанельний детектор (ППД) допомагає оцифрувати рентгенівський знімок для отримання чіткого зображення. Пристрій здатний інтегруватися з рентген-апаратами як аналогового, так і цифрового типу, передаючи дані в сучасний зручний формат. Цифрова камера – пристрій, що використовується для створення фото-знімків. Якщо ж це все таки Цифрова камера є «еквівалент» до Цифрового плоскостанельного детектора, то Учасник додатково у складі пропозиції надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних медико-технічних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних медико-технічних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому медико-технічні характеристики запропонованого еквіваленту товару має відповідати медико-технічним характеристикам, що заявлені у технічній специфікації Замовника. Відсутність порівняльної таблиці це відсутність документів, що підтверджують відповідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p> <p>Згідно з пунктом 43 Особливостей якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.</p> <p>Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та / або інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.</p> <p>Дані документи не є невідповідностями у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p> <p>Абзацом 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей визначено, що замовник відхилив тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.</p> <p>Керуючись абзацом 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхилив тендерну пропозицію ТОВ "Завод рентгенівського обладнання "КВАНТ".</p>

ТОВ ФОРВАРДМЕД	1 999 830,00 УАН з ПДВ	1 999 830,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
----------------	------------------------	------------------------	--

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 23.10.2024 12:16

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 04 листопада 2024

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1 999 830,00 УАН з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВ ФОРВАРДМЕД

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Україна, м. Київ, Київ

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 56/2024

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%